

Specificatii Tehnice (F4.1)

IMSP Centrul de Sănătate Sângerei

Numărul COP-lui : 21017602					Data: 20.01.20 - 23.01.20		Alternativa nr.
Denumirea COP-lui: Consumabile medicale					Lot:		Pagina 1 din 1
Cod CPV	Descrierea bunurilor si /sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	3,7	8
33140000-3	Lancete sterile pentru colectarea sângelui din deget la copii		Taiwan	Tyson	În ambalaj din plastic, individual, cu ac 21G ascuns, automate, lungimea acului de 5,0 mm, adâncimea puncției 1,8 mm. Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	În ambalaj din plastic, individual, cu ac 21G ascuns, automate, lungimea acului de 5,0 mm, adâncimea puncției 1,8 mm. Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	ISO, CE
33140000-3	Teste pentru glucometru	HT-100	Taiwan	Tyson	Se solicită 10 buc de dispozitive de măsurare a glicemiei oferit cu titlul gratuit	Teste pentru glucometru HT-100 Se solicită 10 buc de dispozitive de măsurare a glicemiei oferit cu titlul GRATUIT Înregistrare în Republica Moldova	ISO, CE

Semnat :



Nume: Varman Irina

În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5