

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21087855 din 25.08.2023
Denumirea procedurii de achiziție: Dispozitive medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 5. Dispozitiv medical: Microscop trinocular						
Microscop trinocular	Leica DM750	China	Leica Microsystems LTD Shanghai	Microscop de tip vertical, ergonomic – da Tub trinocular cu înclinare de 45° - da Înălțimea punctului ocular: reglabil în 2 poziții – da Ocular: Port: 50:50 %, lentilă releu 0,55X încorporată în portul camerei – da Oculare cu montură de tip C de 10x cu câmp vizual min. 20mm – da oculare cu corecție dioptrică – da Revolver pentru obiective pentru min. 5 poziții (obiective) – da Iluminare LED cu durată lungă de viață - da Dotat cu optică de tip fly-eye – da Masă mecanică XY cu poziție joasă cca. 135 mm – da Suport specimen pentru 2 lame microscopice – da Focalizare coaxială grosieră/fină (situată pe ambele părți) – da ghidaj cu role transversale – da Cursa de focalizare – min. 15mm Condensator Abbe, NA 1,25, mobil și	Microscop Leica DM750 Microscop de tip vertical, ergonomic – DA Tub trinocular cu înclinare de 45° - DA Înălțimea punctului ocular: reglabil în 2 poziții – DA Oculare cu montură de tip C de 10x cu câmp vizual min. 20mm – DA Revolver pentru obiective pentru min. 5 poziții (obiective) – DA Iluminare LED cu durată lungă de viață - DA calitatea luminii - lumina zilei omogena, fara UV coaxial ponderat controale de focalizare; focalizare cu auto-ajustare mecanism; 300 microni pe rotire fină a focalizării; calibrat în 3 micro incremente Masă mecanică XY cu poziție joasă cca. 135 mm – 185mm (150mm față) lățime x 140 mm adâncime kit de polarizare a câmpului întunecat cu contrast de fază, măsurare a fluorescenței gratificul/micrometru de etapă, carcasă	CE

				centrabil pe verticală – da Obiective de tip PLAN Achromat: 4X (N.A. 0,1/L. D. 30 mm) - da 10X (N.A. 0,25/W.D. 7mm) - da 40X (N.A. 0,65/W.D. 0,65 mm) - da 100X (N.A. 1.25/W.D. 0.20 mm) – da Vopsea antifungică în jurul sistemului optic – da Garanție: minim 12 luni. Manual de utilizare în limba română: da <u>Anul fabricării:</u> 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.	moale și rigidă; Daimetrul campului : în funcție de ocularele utilizate: 0,14 mm până la 5,6 mm Calea fasciculului- Trinoc 50% și 50% video/foto Sistem optic: infinit; Focalizare coaxială grosieră/fină (situată pe ambele părți) – DA Condensator Abbe, NA 1,25, mobil și centrabil pe verticală – DA Obiective de tip PLAN Achromat: 4X (N.A. 0,1/L. D. 30 mm) - DA 10X (N.A. 0,25/W.D. 7mm) - DA 40X (N.A. 0,65/W.D. 0,65 mm) - DA 100X (N.A. 1.25/W.D. 0.20 mm) – DA Dimensiuni: 40cm x 37cm x 39 cm Garanție: minim 12 luni. -DA Manual de utilizare în limba română: Engleza/Rusă <u>Anul fabricării:</u> 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii. - DA	
Lotul 6. Dispozitiv medical: Glucometru						
Glucometru	Clever Check TD 4116	Taiwan	Taidoc	Codificare automată: da Iluminare ecran: da Cantitate de sânge necesară pentru testare: 0,75...1,4μl Timp necesar măsurării: 5...10 sec. Capacitate memorie: 200...300 măsurări cu dată și oră Tip alimentare: Baterii Accesorii: Trusă: da Dispozitiv de înțepare: da Benzi de testare: da, 50-100 buc. Baterii: da Greutate: 300... 400 g Manual de utilizare în limba română: da Garanție: minim 12 luni. <u>Anul fabricării:</u> 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.	Glucometru Clever Check TD-4116 Codificare automată: DA ,pag 26 Iluminare ecran: DA, pag.26 Cantitate de sânge necesară pentru testare: 0,75...1,4μl – 0.7 mcl, pag .26 Timp necesar măsurării: 5...10 sec. - 7 sec, pag.18 Capacitate memorie: 200...300 - 450 măsurări cu dată și oră – pag.18 Tip alimentare: Baterii –DA, pag 26 Accesorii: Trusă: DA Dispozitiv de înțepare: DA Benzi de testare: da, 50-100 buc. –DA , compatibile cu glucometru oferit. Baterii: DA, pag. 20 Greutate: 300... 400 g – DA Manual de utilizare în limba română: DA,	ISO, CE

					este in cutie la fiecare glucometru. Garanție: minim 12 luni - DA <u>Anul fabricării:</u> 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii. - DA	
Total						

Semnat:_____Numele, Prenumele: Zagareanu Tatiana În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: POLISANO PRIM SRL Adresa: or. Chișinău, str. N. Testemițianu 3/18