

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Dispensarul Republican de Narcologie.

Numărul procedurii de achiziție: 21051939, ocds-b3wdp1-MD-1645086263428							Data: 25.02.2022	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reactive, consumabile și gaze pentru laborator anul 2022							Lot:	pag. 1 din 2
Nº d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Reactive p/u determinarea stupifiantelor în urină.								
1	33140000-3	Multicalibrator 5 nivele p/u opiate și amphetamine în urină	Multidrug Calibrator for urine concentrations of AMP/COC/MTD/COT/OPI/BAR	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele. Turbidimetrica. Material pentru investigații: Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu vol. pînă la 10 ml. 5 fl/set. Standarde de referință ISO, CE.	Multicalibrator 5 nivele pentru <i>opiate și amphetamine</i> în urină, (5fl x 10ml). Turbidimetrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33140000-3	Multicalibrator 5 nivele p/u cannabinoide în urină	Cannabinoid Calibrator (5Level) for urine	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele. Turbidimetrica. Material pentru investigații: Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum pînă la 4 ml. 5 fl/set. Standarde de referință ISO, CE.	Multicalibrator 5 nivele pentru <i>cannabinoide</i> în urină, (5fl x 4ml). Turbidimetrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33140000-3	Multicalibrator 5 nivele p/u benzodiazepine în urină	Benzodiacepines Calibrator (5Level) for urine	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata pentru folosire. 5 nivele. Turbidimetrica. Material pentru investigații: Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu volum pînă la 10 ml. 5 fl/set. Standarde de referință ISO, CE.	Multicalibrator 5 nivele pentru <i>benzodiazepine</i> în urină, (5fl x 10ml). Turbidimetrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33140000-3	Opiate în urină	Opiates EIA Urine	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Turbidimetrica. Material pentru investigații: urina; Limita minimă de detecție pentru set 225 ng/ml, Coefic.de variație intraserial 0,3 %, Coefic.de variație extraserial 2,2 %, Interferențe Amitriptilina, 11-hidroxi- Δ9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina, B-phenylamina, Amphetamine, Chlorpheniramine; Ambalaj solicitat: 2 Flacoane cu volum de R1-105 ml și R2- 38 ml. Standarde de referință ISO, CE.	<i>Opiate</i> în urină, (1fl x 105ml/1fl x 38ml). Turbidimetrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
5	33140000-3	Cannabinoide în urină	Cannabinoid EIA Urine	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Turbidimetrica. Material pentru investigații: urina; Limita minimă de detecție pentru set 20 ng/ml, Coefic.de variație intraserial 0,3 %, Coefic.de variație extraserial 1,4 %, Interferențe 6-Acetyl-Morfin, Amitriptilina, Amobarbital, Aspirina, Amphetamine, Canabidiol, Cocaina, Codeina; Ambalaj solicitat: (1fl x 105ml/1fl x 38ml). Standarde de referință ISO, CE.	<i>Cannabinoide</i> în urină, (1fl x 105ml/1fl x 38ml). Turbidimetrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
6	33140000-3	Amfetamine în urină	Amphetamine EIA Urine	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Turbidimetrica. Material pentru investigații: urina; Limita minimă de detecție pentru set 225 ng/ml, Coefic.de variație intraserial 0,4 %, Coefic.de variație extraserial 1,2 %, Interferențe Amitriptilina, 11-hidroxi- Δ9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina; Ambalaj solicitat: (1fl x 105ml/1fl x 38ml). Standarde de referință ISO, CE.	<i>Amfetamine</i> în urină, (1fl x 105ml/1fl x 38ml). Turbidimetrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
7	33140000-3	Benzodiazepine în urină	Benzodiacepines EIA Urine	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Turbidimetrica. Material pentru investigații: urina; Ambalaj solicitat: (2fl x21ml/2fl x 8ml). Standarde de referință ISO, CE.	<i>Benzodiazepine</i> în urină, (2fl x21ml/2fl x 8ml). Turbidimetrică. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

2. Reactive și consumabile pentru analizator hematologic Horiba ABX Micros ES 60

1	33140000-3	Reagent	Dialyse-Diff-LMG	Ungaria	Diagon	Reagent p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 1 L.	Reagent pentru lizare, compatibil cu analizorul hematologic Horiba ABX 60 micro, fl 1L. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33140000-3	Soluție de curățare	Dia-Cleaner	Ungaria	Diagon	Soluție de curățare p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 1 L.	Soluție pentru spălare, compatibil cu analizorul hematologic Horiba ABX 60 micro, fl 1L. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33140000-3	Diluant	Diaton-Diff-LMG-Diluent	Ungaria	Diagon	Diluant p/u aparat Hematologic Horiba ABX 60 micro . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalaj de 20 L.	Soluție pentru diluare (Diluant), compatibil cu analizorul hematologic Horiba ABX 60 micro, fl 1L. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33140000-3	Set de control hematologic 3 nivele	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High (3fl x 2,5 ml)	Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High, (3fl x 2ml), pentru 3-Diff pentru 18 parametri. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
5	33140000-3	Hîrtie pentru termoprinter	Paper	Italia	Aptaca	Latime 5,5cm	Hârtie termică pentru termoprinter, cu lățime 5,5cm. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO.

9. Expres teste p/u urină.

1	33140000-3	Expres teste p/u urină	DAC-11	Moldova	Dac-SpectroMed	Expres-teste p/u urină - 10 parametri (Glucoza, proteine, PH, sânge ocult, cetone, bilirubin, urobilinogen, nitriți, greutate specifică, leucocite). Amb. cite 100 teste în set.	Teste pentru determinarea în urină a 11 paramtri. 1set= 100teste. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
---	------------	------------------------	--------	---------	----------------	--	--	----------

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Virsi Roman**
În calitate de: **Director firmă**
Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**
Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 25.02.2022
Valabilitatea ofertei - 30 zile.