

Destinatari:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANATATE
Sergiu BaltaTel.: + 373 022 222 364E-mail sergiu.balta@capcs.md Sergiu BaltaTel.: + 373 022 222 364E-mail sergiu.balta@capcs.md
ocds-b3wddp1-MD-1759503257358 din 07.11.2025

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
13	33100000-1	Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi)	BKC-TH16RD(220V)+angl e rotor No2, 24x2/1,5ml	China	Biobase	Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi) Descriere Centrifugele de laborator sunt concepute pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥1500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 1,5 - 2,0 ml Numărul de tuburi rotor unghiular ≥ 24 de tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 99 min funcționare continuă, mod ciclu scurt (buton impuls) obligatoriu Incrementarea ≤ 1 min Refrigerare obligatoriu interval de temperatură de la -10 °C la +40 °C Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 60 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu	Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi) Descriere Centrifugele de laborator sunt concepute pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm pînă la 16500, cu rotor pînă la 15.000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 1,5 - 2,0 ml Numărul de tuburi rotor unghiular 24 de tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - 99 min 59 sec funcționare continuă, mod ciclu scurt (buton impuls) obligatoriu Incrementarea 1 min/1sec Refrigerare - da interval de temperatură de la -20 °C la +40 °C Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare, Pornire/oprire , Capac deschis , Display Digital, Nivelul de zgomot ≤ 55 dB (A) Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare	ISO, CE Marca, DM000424178

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	33100000-1	Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi)	bucată	1	107.921,0000	129.505,2000	107.921,00	129.505,20	11. Termenul de livrare/prestare/executare/installare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							107.921,00	129.505,20	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE DE CALITATE ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHEMIE"
Nicolae Iurcu