

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: **nr. ocds-b3wdp1-MD-1699270200588, ID: 21114426 din 27.11.2023**

Obiectul achiziției: **Produse parafarmaceutice - 2023 (2)**

Cod CPV	Nr.lot	Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33600000-6	4	4.Set operații coxo-femorale, steril, jetabil	97128849	Suedia	Molnlycke Health Care	Set operații coxo-femorale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp coxo-femoral dimensiuni 220/300 x 340 cm ($\pm$ 2 cm), cu orificiu elastic universal p/u toate mărimile, circular, cu marginile flexibile p/u articulația coxo-femorală 15 x 20cm ($\pm$ 3 cm), cu 2 saci laterali p/u poziționare membre și colectare lichide 130 x 75 cm ($\pm$ 2 cm), ambii saci cu robineti; zonă superabsorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50 x 150cm, cu 2 saci p/u instrumente minim 30 x 20cm, bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m2 pe toată suprafața; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat superabsorbant de viscoză și poliester minim 50g/m2 în zona critică; fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele; 2) 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm ($\pm$ 5 cm). Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide; 3) 2 buc.: Panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 10 x 50 cm ($\pm$ 5 cm); din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2; 4) 1buc.: câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm ($\pm$ 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm ($\pm$ 5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare; 5) 1 buc.: Câmp p/u masă 150 x 190 cm ($\pm$ 2 cm), zonă absorbantă 80 x 190 cm ($\pm$ 5 cm). Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, din polietilenă minim 55mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; 6) 1 buc.: Câmp p/u masă ranforsat 150x190cm ($\pm$ 2 cm), zonă absorbantă 150 x 190 cm ($\pm$ 2 cm) pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55	Set operații coxo-femorale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp coxo-femoral dimensiuni 220/300 x 340 cm, cu orificiu elastic universal p/u toate mărimile, circular, cu marginile flexibile p/u articulația coxo-femorală 18 x 22cm, cu 2 saci laterali p/u poziționare membre și colectare lichide 130 x 75 cm, ambii saci cu robineti; zonă superabsorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni de 50 x 154 cm, cu 2 saci p/u instrumente 30 x 24 cm, bilateral. Material din 3 straturi bine delimitate: a) strat absorbant de viscoză și poliester 30g/m2 pe toată suprafața; b) strat impermeabil 100% din polietilenă 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat superabsorbant de viscoză și poliester 50g/m2 în zona critică; fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele; 2) 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75cm. Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide; 3) 2 buc.: Panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 9 x 49 cm; din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester 40g/m2; 4) 1buc.: câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 79 x 145cm, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm, din viscoză 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare; 5) 1 buc.: Câmp p/u masă 150 x 190 cm, zonă absorbantă 75 x 190 cm. Compus din 2 straturi: a) strat impermeabil, din polietilenă 55mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; 6) 1 buc.: Câmp p/u masă ranforsat 150x190cm, zonă absorbantă 150 x 190 cm pe toată suprafața. Compus din 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă 55 mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilen 30g/m2; 7) 1 buc.: Stockinet 32 x 120 cm, din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide;	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;

						mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilen minim 30g/m2; 7) 1 buc.: Stockinet 30 x 120 cm (± 2 cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide; 8) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 40cm x 40cm (± 2 cm),pe baza de acrilat; 9) 1 buc.: Halat chirurgical standard mărime L, din material neșesut celuloză cu poliester 68g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la poale minim 120 cm; regiunea toracală minim 53cm, mîneca cusută cu laser; 10) 2 buc.: Halat chirurgical ranforsat față și mîneci, mărime XL, din material neșesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la poale 145cm (± 2 cm); regiunea toracală minim 60 cm; ranforsare: față – minim 50 x 100 cm, mîneacă – minim 40cm; mîneca cusută cu laser; 11) 1 buc.: Marker p/u piele, standard; 12) 2 buc.: Meșe cu fir radiocontrastant, dimensiuni 50 x 50 cm (± 5 cm); 13) 1 buc.: Container cu capac, p/u prelevarea specimenelor, volum minim 500ml; 14) 1 buc.: Susținător cabluri, tip velcro cu lipici minim 2 x 30cm; 15) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 2-0, lungime 70 cm; 16) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 1, lungime 90cm; 17) 1 buc.: Pansament postoperator autoadeziv, absorbant. Dimensiunea zonei de absorbtie minim 10 x 20cm, capacitate de absorbtie – minim 6 g/10cm²/24 h (conform standardului EN13726); 18) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbată, cu legători la spate. *Documente de calificare: 1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil. 2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite, valabilă. 3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil. 4) Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit. În ofertă se vor indica codurile p/u fiecare poziție propusă p/u a putea fi identificate conform catalogului. 5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare. 6) Mostre la solicitare.	8) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 40cm x 40cm, pe baza de acrilat; 9) 1 buc.: Halat chirurgical standard mărime L, din material neșesut celuloză cu poliester 68g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la poale minim 120 cm; regiunea toracală minim 53cm, mîneca cusută cu laser; 10) 2 buc.: Halat chirurgical ranforsat față și mîneci, mărime XL, din material neșesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la poale 145cm (± 2 cm); regiunea toracală minim 60 cm; ranforsare: față – minim 50 x 100 cm, mîneacă – minim 40cm; mîneca cusută cu laser; 11) 1 buc.: Marker p/u piele, standard; 12) 2 buc.: Meșe cu fir radiocontrastant, dimensiuni 45 x 45 cm; 13) 1 buc.: Container cu capac, p/u prelevarea specimenelor, volum 500ml; 14) 1 buc.: Susținător cabluri, tip velcro cu lipici 2,5 x 30cm; 15) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 2-0, lungime 70 cm; 16) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 1, lungime 90cm; 17) 1 buc.: Pansament postoperator autoadeziv, absorbant. Dimensiunea zonei de absorbtie 10 x 25cm, capacitate de absorbtie – minim 6 g/10cm²/24 h (conform standardului EN13726); 18) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbată, cu legători la spate. Catalogul anexat. Dat fiind numărul considerabil de componente incluse în set, fișele tehnice per produs vor fi expediate la solicitare. *Documente de calificare anexate: 1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil. 2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite, valabilă. 3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil. 4) Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit. În ofertă se vor indica codurile p/u fiecare poziție propusă p/u a putea fi identificate conform catalogului. 5) Produsul este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical al AMDM. Nr. de înregistrare DM000465401	
33600000-6	5	5.Acute thoracic set (chirurgie Toracică/Spinală)	669600	Suedia	Molnlycke Health Care	Acute thoracic set (chirurgie Toracică/Spinală), componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbtie în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare. 2) 6 buc.: Ștergare p/u mâini, 20 x 25 cm (± 5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: Absorbant perineal 20 x 40 cm (± 5cm), impermeabil. 4) 2 buc.:Susținător p/u tuburi velcro 2,5 x 30 cm (± 2cm). 5) 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm (± 5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort p/u pacient, din celuloză	Acute thoracic set (chirurgie Toracică/Spinală), componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat, dimensiuni 79 x 145cm, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm, din viscoză 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbtie în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare. 2) 6 buc.: Ștergare p/u mâini, 18 x 25 cm, din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: Absorbant perineal 17 x 40 cm, impermeabil. 4) 2 buc.:Susținător p/u tuburi velcro 2,5 x 30 cm. 5) 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm. Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort p/u pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;

						sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului p/u evitarea acumulării de lichide. 6) 1 buc.: Sac p/u defibrilator, minim 30 x 40 cm (± 2cm), transparent, cu lipici, detașabil. 7) 2 buc.: Panglici de operație – 10 x 50 cm (± 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața. 8) 1 buc.:Cearșaf toracic minim 200/300 x 330cm (± 2cm), aria de incizie 35 x 65cm (± 2cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafata, în zona critică 50 x 140 cm(± 5 cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat ranforsat din polietilenă minim 40 mcm; d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m2. Film de incizie integrat, canale integrate p/u fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă rezistentă, minim 80mcm grosime, integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30 x 70 cm (± 3 cm), pictograme p/u ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 9) 1 buc.:Cîmp de masă absorbant, dimensiuni minim 150 x 240cm (± 2cm), zonă absorbantă minim 70 x 240cm, compus din minim 2 straturi: a) strat de polietilenă de minim 50 mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m². *Documente de calificare: 1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil. 2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite, valabilă. 3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil. 4) Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit. În ofertă se vor indica codurile p/u fiecare poziție propusă p/u a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare. 6) Mostre la solicitare.	polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului p/u evitarea acumulării de lichide. 6) 1 buc.: Sac p/u defibrilator, 33 x 38 cm, transparent, cu lipici, detașabil. 7) 2 buc.: Panglici de operație – 9 x 50 cm. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața. 8) 1 buc.:Cearșaf toracic minim 200/300 x 350cm, aria de incizie 37 x 65cm. Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafata, în zona critică 50 x 140 cm compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat ranforsat din polietilenă minim 40 mcm; d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m2. Film de incizie integrat, canale integrate p/u fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă rezistentă, minim 80mcm grosime, integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30 x 70 cm (± 3 cm), pictograme p/u ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 9) 1 buc.:Cîmp de masă absorbant, dimensiuni 150 x 240cm, zonă absorbantă 75 x 240cm, compus din minim 2 straturi: a) strat de polietilenă de minim 50 mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m². Catalogul anexat. Dat fiind numărul considerabil de componente incluse în set, fișele tehnice per produs vor fi expediate la solicitare. *Documente de calificare anexate: 1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil. 2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite, valabilă. 3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil. 4) Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit. În ofertă se vor indica codurile p/u fiecare poziție propusă p/u a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5) Produsul este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical al AMDM. Nr. de înregistrare DM000375989	
33600000-6	6	6.Set steril p/u implant la genunchi	97128754	Suedia	Molnlycke Health Care	Set steril p/u implant la genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp p/u operații la genunchi 220 x 320 cm (± 2 cm), cu orificiu elastic universal de diam.7 cm p/u toate mărimile, circular, cu bordura flexibilă transparentă p/u articulația genunchiului, cu sac integrat p/u colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort p/u pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m2; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m2; fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirirgicale grele. 2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafata, plus	Set steril p/u implant la genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp p/u operații la genunchi 220 x 320 cm, cu orificiu elastic universal de diam.7 cm p/u toate mărimile, circular, cu bordura flexibilă transparentă p/u articulația genunchiului, cu sac integrat p/u colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din 3 straturi bine delimitate: a) strat confort p/u pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m2; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m2; fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirirgicale grele. 2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75 cm. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafata, plus	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;

					plus ranforsare în zona critică: a) strat confort p/u pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică – minim 3,5 g/dm2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. 3) 2 buc.: Sac detașabil, cu bandă adezivă, transparent, p/u instrumente de diatermie și aspirație 40 x 40 cm (± 5 cm), din polietilenă minim 80 mcm grosime. 4) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 25 cm (± 2 cm), adeziv pe bază de acrilat. 5) 1buc.: câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare. 6) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 7) 1 buc.: Stockinet 20 x 75 cm (± 5 cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide. 8) 1 buc.: Marker p/u piele, standard. 9) 1 buc.: Container cu capac, p/u prelevarea specimenelor, volum minim 500ml. 10) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbată, cu legători la spate. *Documente de calificare: 1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil. 2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite, valabilă. 3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil. 4) Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit. În ofertă se vor indica codurile p/u fiecare poziție propusă p/u a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare. 6) Mostre la solicitare.	ranforsare în zona critică: a) strat confort p/u pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/dm2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. 3) 2 buc.: Sac detașabil, cu bandă adezivă, transparent, p/u instrumente de diatermie și aspirație 40 x 35cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime. 4) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 26 cm, adeziv pe bază de acrilat. 5) 1 buc.: câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare. 6) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm, zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 7) 1 buc.: Stockinet 22 x 75 cm, din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide. 8) 1 buc.: Marker p/u piele, standard. 9) 1 buc.: Container cu capac, p/u prelevarea specimenelor, volum 500ml. 10) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbată, cu legători la spate. Catalogul anexat. Dat fiind numărul considerabil de componente incluse în set, fișele tehnice per produs vor fi expediate la solicitare. *Documente de calificare anexate: 1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil. 2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite, valabilă. 3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil. 4) Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit. În ofertă se vor indica codurile p/u fiecare poziție propusă p/u a putea fi identificate conform catalogului. 5) Produsul este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical al AMDM. Nr. de înregistrare DM000465403
--	--	--	--	--	---	--

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu