

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1709423287778 din 9 mart 2024, 11:32 - 12 mart 2024, 11:32

Obiectul achiziției: Consumabile pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară (60 de zile permisiunea CAPCS) pentru anul 2024

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
1	331000 00-1	24. Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Radifocus™ Glidewire Advantage™ RA*FA14181CM RA*FA14301CM RA*FA18301CM RA*CA35185CM RA*CA35265CM RA*FS14301CM RA*FS18301CM RA*CS35185CM RA*CS35265CM	Japonia	TERUMO CORPORATION	Ghid periferic cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică; vârf conic, atraumatic. Acoperire hidrofilică: asemănătoare mucoasei min. 25 cm. Configurații vârf: angled, straight. Dimesiuni obligatorii: Lungimi obligatorii: 180 cm, 260 cm, 300 cm. Diametre obligatorii: 0,014”, 0,018”, 0,035”. Lungimea vârfului flexibil obligatorii: 10 mm, 50 mm.	Ghid periferic cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică; vârf conic, atraumatic. Acoperire hidrofilică: asemănătoare mucoasei min. 25 cm. Configurații vârf: angled, straight. Dimesiuni obligatorii: Lungimi obligatorii: 180 cm, 260 cm, 300 cm. Diametre obligatorii: 0,014”, 0,018”, 0,035”. Lungimea vârfului flexibil obligatorii: 10 mm, 50 mm.	CE/ISO/MDR
3	331000 00-1	168. Set introducător pentru puncție arterială femurală scurtă	Radifocus™ Introducer II RS*A50K10AQ RS*A50K10SQ RS*A60K10SQ RS*A60K10AQ RS*A70K10SQ RS*A80K10SQ RS*A90K10SQ RS*A10K10SQ RS*A11K10SQ RS*A50G07SQ RS*A60G07SQ	Japonia/ Belgia	Terumo	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac de puncție de 20-22G lungime de 3-4 cm în interiorul setului, “Side port” cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil, drept, angulat sau în forma de J. Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off. Teaca din material ETFE rezistentă la kinking, se poate spala si steriliza usor. Introducătorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introducătorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a	Ac de puncție de 20-22G lungime de 3-4 cm în interiorul setului, “Side port” cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil, drept, angulat sau în forma de J. Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off. Teaca din material ETFE rezistentă la kinking, se poate spala si steriliza usor. Introducătorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introducătorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Tote componentele setului sa fie amplasate într-un suport de plastic sigilat. Dimensiuni obligatorie: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; 10 Fr Lungime: 7-10 cm	CE/ISO

					mărimii în F. Tote componentele setului sa fie amplasate într-un suport de plastic sigilat. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Dimensiuni obligatorie: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; 10 Fr Lungime: 7-10 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) mini-ghid 0.018", 0.021" sau 0.025" Mini-ghid lungime. 35-45 cm	mini-ghid 025" Mini-ghid lungime. 35-45 cm	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**