

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1553507175123

Denumirea procedurii de achiziție: Deservirea dispozitivelor medicale 2019

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lot 44 Deservirea utilajului din Bloc Operator						
44.1	Microscop operator OPMI Vario / S-88	OPMI Vario S88	Germania	Carl Zeiss		<p>Проверка механических и моторизованных функций системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка оптических и механических компонентов; - очистка оптических поверхностей операционного микроскопа и концевиков световода; - проверка подвижных механических компонентов операционного микроскопа; - очистка и смазка механических узлов (при необходимости); - проверка функционирования рукояток микроскопа; - проверка калибровки автофокусировки; - проверка системы масштабирования (Zoom); - проверка источника света (HLQ); - очистка источника света от пыли; - проверка целостности покрытия лампы; - проверка линий электропитания источника света, штекерных контактов на наличие признаков износа; - проверка функционирования педали управления, FCP. <p>Проверка механических и электрических узлов штатива:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка разъемов питания и линий кабелей на наличие износа, повреждения; - проверка колесной базы стэнда; - проверка крепежных винтов; - проверка функционирования магнитных тормозов для всех осей, где они используются; - очистка всех охлаждающих вентиляторов на стэнде; - проверка балансировки микроскопа. 	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316