



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51016624

Centrul de Încercări de Laborator  
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Hârtie igienică super soft m.c.Nua,

Beneficiar: STANDELEV SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani,  
str. Doina, 199/1

Data și ora prelevării: 10.04.2024  
Livrat în laborator: 10.04.2024 14:19:20  
Data eliberării raportul 18.04.2024 9:19:29

Producătorul Lila Kagit Sanayi ve Ticaret A.Ş, Turcia

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:  
HG nr. 1207/2016

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Arsen	<0,02	mg/dm <sup>3</sup>		0,05	GOST 26930-86, POS 1.44
Plumb	<0,01	mg/dm <sup>3</sup>		0,03	GOST 30178-96, POS 1,31
Data începerii investigației	10/04/2024				
Data finisării investigației	17/04/2024				

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu simbolul \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu\* sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:

Rita Ciugurean; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniuc Olga





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51016628

Centrul de Încercări de Laborator  
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Prosoape din hârtie m.c.Nua

Beneficiar: STANDELEV SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani,  
str. Doina, 199/1

Data și ora prelevării: 10.04.2024

Livrat în laborator: 10.04.2024 15:25:12

Data eliberării raportul: 15.04.2024 12:35:28

Producătorul: Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turcia

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:  
HG nr. 278/2013

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
pH în cosmetică	6,75		±0,07	4,5-8,8	SM GOST R 52354:2006
Data începerii investigației	10/04/2024				
Data finisării investigației	15/04/2024				

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu simbolul \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu\* sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Rita Ciugurean; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniciu Olga

