

Anexa nr. 22
la Documentația standard
nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1769437622759 din 26 ian 2026
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2. Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru analizatorul imunologic automat „Minividas”						
Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru analizatorul imunologic automat „Minividas”	Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru analizatorul imunologic automat "Vidas Kube"	Franta	bioMérieux SA	Servicii de mentenanță si deservire anuală SILVER. Timpul de intervenție în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore, Kit de mentenanță pentru 12 luni original	Servicii de mentenanță si deservire anuală SILVER: 1 revizie anuală conform recomandărilor producătorului, piese/reactivi necesari la revizie (kit de mentenanță pentru 12 luni original); 2 intervenții în caz de defecțiuni accidentale (include deplasare, manoperă); Timp de răspuns solicitare on site 48	Certificat de participare la instruire de la producator

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: Director
Ofertantul: SRL "Mediclim AM" Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1