

Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr. 21481827 / ocde-b3wdp1-MD-1759148765688	Data: 16.10.2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028	Lot: 15, 16, 23, 26, 27, 53, 54	Pagina: 1 din 7

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
15	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (002614)	CS16200	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual.	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 5] Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual.	ISO, CE DM000510337
16	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat (002616)	CS18200	Turcia	TMT Tibbi Medikal	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 18G. Steril, ambalat individual.	[Catalog_TMT Tibbi_Biopsy Needle - pagina 5] Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 18G. Steril, ambalat individual.	ISO, CE DM000510341
23	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm (002629)	B-B611643 16G, 23-60mm	China / Germania	German Medical Technology	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	[Catalog_GMT - pagina 9] Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 23-60mm, - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare a adâncimii de penetrare (Adjustable lengths), orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
26.1	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632)	26067P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] G18 90mm [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	ISO, CE DM000371115
26.2	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633)	26060P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] G19 90mm [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	ISO, CE DM000371116

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
26.3	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634)	26053P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	G20 90mm (±2mm) 1. Metalic (oțel inoxidabil) 2. de unică folosință 3. ambou transparent 4. Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5. steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minimă a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] G20 90mm [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 1. Metalic (oțel inoxidabil) 2. de unică folosință 3. ambou transparent 4. Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5. steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minimă a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	ISO, CE DM000371117
26.4	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635)	26039P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	G22 90mm (±2mm), 1. de unică folosință 2. ambou transparent 3. Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4. steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minimă a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] G22 90mm, [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 1. de unică folosință 2. ambou transparent 3. Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4. steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minimă a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	ISO, CE DM000371119

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
26.5	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636)	TSPQK25120	Turcia	TMT Tibbi Medikal	G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul și introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	[Catalog_TMT Tibbi Quincke - pagina 3] G25 120mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul și introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	ISO, CE
26.6	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637)	26018P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] G25 90mm, [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	ISO, CE DM000371124

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
26.7	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638)	26011P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] G26 90mm, [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	ISO, CE DM000371126
27.1	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (002639)	36027P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] 1.Pencil-point Ø 22G. [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm, distanța vârf-orificiu ≤1.2mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.	ISO, CE DM000371132
27.2	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre)	Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G (002640)	36017P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] 1.Pencil-point Ø 24G. [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm distanța vârf-orificiu ≤1.2mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală	ISO, CE DM000371135

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
27.3	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 25G (002641)	36012P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] 1.Pencil-point Ø 25G. [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm distanța vârf-orificiu ≤1.2mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	ISO, CE DM000371137
27.4	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 26G (002642)	36007P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] 1.Pencil-point Ø 26G. [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm distanța vârf-orificiu ≤1.2mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	ISO, CE DM000371139
27.5	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 27G (002643)	36002P	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	[Catalog_Runqiang_ac anestezie] 1.Pencil-point Ø 27G. [Manual_Runqiang_ac anestezie - pagina 1; 3]: 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm distanța vârf-orificiu ≤1.2mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	ISO, CE DM000371142
53	Set-nefroscomie transcutană-ecoghidată 10-12 FR	Set-nefroscomie transcutană-ecoghidată 10-12 FR (003369)	ZNEF10F ZNEF11F ZNEF12F	Polonia	Balton	Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 10-12Fr, Pigtail, transcutan, cu mecanism de fixare	[Catalog_Balton_urologie - pagina 3] Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 10-12Fr, Pigtail, transcutan, cu mecanism de fixare	ISO, CE DM000394838 DM000394839 DM000394840

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
54	Sistem închis pentru măsurarea diurezei	Sistem închis pentru măsurarea diurezei (003476)	30114	India	Poly Medicur (Polymed)	Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilenă cu dublu lumen pentru reducerea riscului de stază a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urină fără folosirea acelor de Seringă, Pungă de urină min. 2000 ml, cameră de recoltare până la 500 ml, sistem de închidere/deschidere pentru ușoară golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din cameră min 30 secunde, sistem de prindere de patul pacientului	[Data Sheet_Polymed_Polyurimeter] Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux , tub din polipropilenă/PVC [pagina 4] , port pentru colectarea mostrelor de urină fără folosirea acelor de Seringă (The sampling port helps to avoid needle-stick injuries and reduces the risk of infection) , Pungă de urină min. 2000 ml [pagina 4] , cameră de recoltare până la 500 ml (Urine collection bag graduated in ml with measured volume meter offers accurate measurement of urine - pagina 4, 500ml - pagina 2, sistem de închidere/deschidere pentru ușoară golire a camerei de recoltare (Urine collection bag is available with T-type bottom outlet and sampling port for clean single hand operation and efficient emptying of the bag) , scurgerea vertical a urinei din cameră min 30 secunde, sistem de prindere de patul pacientului (handle for easy handling) [pagina 4]	ISO, CE DM000424794

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**