

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1689068375838 / 21084513 din: 01.08.2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialului de sutură pentru pozițiile care nu au fost atribuite/contractate în rezultatul licitației centralizate nr.21065114

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Capron chirurgical USP 2 (EP5)	Capron USP 2 (EP5)	Taiwan	UNIK SURGICAL SUTURES MFG. CO.	USP 2 (EP5); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minima la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m sterile; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	USP 2 (EP5); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minima la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m sterile; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	CE/ISO
2	Capron chirurgical USP 1 (EP4)	Capron USP 1 (EP4)	Taiwan	UNIK SURGICAL SUTURES MFG. CO.	USP 1 (EP4); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minima la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m sterile; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală. Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână, minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare. Absorbție completă în maxim 110 zile, mănuire și înnodare excelente, memorie minimă a firului pentru labilitate, pasaj fin prin țesuturi.	USP 1 (EP4); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minima la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m sterile; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală. Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână, minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare. Absorbție completă în maxim 110 zile, mănuire și înnodare excelente, memorie minimă a firului pentru labilitate, pasaj fin prin țesuturi.	CE/ISO
3	Capron chirurgical USP 2/0 (EP3)	Capron USP 2/0 (EP3)	Taiwan	Taiwan	USP 2/0 (EP3); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minima la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m sterile; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	USP 2/0 (EP3); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minima la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m sterile; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	CE/ISO

Semnăt: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301