

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1662385901571	Data: 12.09.2022
Denumirea licitației: Achiziționarea Pentru omogenizarea soluțiilor chimice și curățarea ustensilelor de laborator	Pagina 1 din 1

Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	Baie ultrasunet	ULTR-2L0-001	Spania	LabBox	Baie ultrasunet Setări de temperatură: cu reglare până la 60 °C Protecție supraîncălzire Timer: max. 30 min. Frecvența: min. 42 kHz Alimentare: 220 V/50 Hz Putere: 280 – 300 W Volumul cuvei: min.1 L, max. 2 L Material cuvă: oțel inoxidabil Garanție: min 12 luni	Baie ultrasunet, Plasa și capac inclus. Ecran digital - temperatura și timp. Setări de temperatură: cu reglare până la 80 °C Protecție supraîncălzire Timer: max. 30 min. Frecvența: min. 40-42 kHz Alimentare: 220 V/50 Hz Volumul cuvei: 2 L Material cuvă: oțel inoxidabil Garanție: min 12 luni	

Valabilitatea ofertei - 30 zile

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferantul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chişinău, bd. Decebal, 17/Z-7**