

Specificații tehnice

Numărul licitației:		LP nr. 21063000 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1662536410242						Data: „10” octombrie 2022	Alternativ a nr.: -
Denumirea licitației:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023							Pagina: 1 din 2
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferată	Standarde de referință
33100000-1	73	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)	AMPLATZER PFO Occluder, 18 mm/ 25mm/ 35mm; ref: 9-PFO-018/ 9-PFO-025/ 9-PFO-035	USA	Abbott	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Design asimetric cu doua discuri (disc mai mic pentru atriu sting), confectionat din plasa din nitinol intrețesut cu fir din poliester. Trombogenitate zero. Posibilitatea de recuperare deplina si repositionare completa, pana la deploimentul dispozitivului. Teaca recomandata - min 8F cu curba 45 grade pentru diametre disc atriu drept 18 si 25 si 9F cu curba 45 grade pentru diametrul 35mm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre Disc atrial drept - 18, 25, 35 mm; Diametre disc atrial sting obligatorii: - 18,18,25mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Design asimetric cu doua discuri (disc mai mic pentru atriu sting), confectionat din plasa din nitinol intrețesut cu fir din poliester. Trombogenitate zero. Posibilitatea de recuperare deplina si repositionare completa, pana la deploimentul dispozitivului. Teaca recomandata - min 8F cu curba 45 grade pentru diametre disc atriu drept 18 si 25 si 9F cu curba 45 grade pentru diametrul 35mm. Diametre Disc atrial drept - 18, 25, 35 mm; Diametre disc atrial sting obligatorii: - 18,18,25mm.	ISO, DC
33100000-1	73	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)	AMPLATZER TorqVue Delivery System, 8F/9F; ref: 9-ITV08F45/80 / 9-ITV09F45/80	USA	Abbott	Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și acoperire PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită, fiind dedicat intervențiilor de radiologie intervențională cardiacă. Vârf atraumatic “J-tip”, torcabilitate sporită. Proprietăți antitrombotice ale stratului extern.	Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și acoperire PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită, fiind dedicat intervențiilor de radiologie intervențională cardiacă. Vârf atraumatic “J-tip”, torcabilitate sporită. Proprietăți antitrombotice ale stratului extern.	ISO, DC
33100000-1	73	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)	AMPLATZER Guidewire, ref:9-GW-002	USA	Abbott	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Sistemul de livrare obligator sa conțină 1. Teaca de livrare, acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, să conțină un strat de spirală metalică pentru rezistență, și radioopacitate, conector proximal “feminin” pentru conectarea cu dilatatorul sau cu încărcătorul. Unghiuri de 45 și 180 grade; 2. Dilatator, confectionat din material cu coeficient de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035”; 3. Încărcător transparent; 4. Y-conector cu valvă hemostatică. Compatibilitate cu ocludere “ocludech”. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Teaca de livrare Lungimi obligatorii- 80, 110 cm, Diametre obligatorii: - 6,7,8,9,10,11,12,14 F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	1. Teaca de livrare, acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, să conțină un strat de spirală metalică pentru rezistență, și radioopacitate, conector proximal “feminin” pentru conectarea cu dilatatorul sau cu încărcătorul. Unghiuri de 45 și 180 grade; 2. Dilatator, confectionat din material cu coeficient de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035”; 3. Încărcător transparent; 4. Y-conector cu valvă hemostatică. Compatibilitate cu ocludere “ocludech”. Teaca de livrare Lungimi obligatorii- 80, 110 cm, Diametre obligatorii: - 6,7,8,9,10,11,12,14 F	ISO, DC

33100000-1	283	Valva aortica autoexpandabila transcater	Valva aortica autoexpandabila transcater	Portico 23mm/ 25mm/ 27mm; ref: PRT-23/ PRT-25/ PRT-27	USA	Abbott	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set de valva aortica transcater din pericard porc; Implantare prin abord transfemural, direct aortic sau subclavicular; Bioproteza din pericard porc tratat împotriva calcificării, configurație cu trei foite; Cadru de susținere confecționat din Nitinol, autoexpandabil; Design supra-annular, pentru performanțe hemodinamice bune; Sistemul de livrare să permită re poziționarea valvei înainte de fixarea definitivă; Sistem de livrare compatibil cu introducător 18-19 Fr. Kit complet de accesorii necesare pentru implantare; Sistem compatibil cu ghid de 0.035”; Marca CE; Aprobare FDA; Studii clinice; Furnizorul să asigure instruirea echipei medicale și asistența tehnică la primele 10 implantări gratis. Se solicită studii pentru acest tip de valvă (documentare). Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Dimensiuni: 23, 25, 27 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Set de valva aortica transcater din pericard porc; Implantare prin abord transfemural, direct aortic sau subclavicular; Bioproteza din pericard porc tratat împotriva calcificării, configurație cu trei foite; Cadru de susținere confecționat din Nitinol, autoexpandabil; Design supra-annular, pentru performanțe hemodinamice bune; Sistemul de livrare să permită re poziționarea valvei înainte de fixarea definitivă; Sistem de livrare compatibil cu introducător 18-19 Fr. Kit complet de accesorii necesare pentru implantare; Sistem compatibil cu ghid de 0.035”; Marca CE; Aprobare FDA; Studii clinice; Instruirea echipei medicale și asistența tehnică la primele 10 implantări gratis. Studii pentru acest tip de valvă. Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română. Dimensiuni: 23, 25, 27 mm	DC, EC, ISO, FDA
------------	-----	--	--	---	-----	--------	--	---	------------------

Semnat: _____; Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: Director General;

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL_ Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2