

Specificații tehnice (F4.1)

Licitatie Publică nr. 21015980						Data: „20” Ianuarie 2020	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației: "Produse parafarmaceutice – 2020"						Lot: _____	Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	33600000-6	2.Ac puncție lombară 22G-G23	Glospine G22- G23	INDIA	Global Medikit	Quincke-slipning ;0,7x88mm ;22Gx3 1/2; steril; apirogen; ambalat individual.	Ac puncție lombară 22G-G23 , Quincke Bevel, 0,7 x 90 mm, steril; apirogen; ambalat individual.	Certificat CE, ISO
3	33600000-6	3.Ac puncție spinală 25G cu știlet	Glospine Pencil Point G25	INDIA	Global Medikit	Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanta vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm.	Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanta vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm.	Certificat CE, ISO
55	33600000-6	55.Container (colector) urină	331162	ITALIA	SYNTESYS	Volum: 120ml, cu etichetă, capac filetat	Volum: 120ml, cu etichetă, capac filetat	Certificat CE, ISO
147	33600000-6	147.Prelungitoare p/u sisteme infuzie, de înaltă presiune	Gloveins Alpha 150 cm	INDIA	Global Medikit	Presiune: 800psi; lungime: 100-150cm; diametru: 3,0mm.	Presiune: 40 kg/cm2 (568 psi), lungime: 150cm; diametru: 3,0mm	Certificat CE, ISO
156	33600000-6	156.Robinet tridirecțional	Gloflexo 100cm	INDIA	Global Medikit	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm.	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm.	Certificat CE, ISO
208	33600000-6	208.Set p/u anestezie epidurală cu filtru	Epidural Kit 18G	INDIA	Global Medikit	Componența setului: ac G18 cu marcaj la fiecare 1cm, cateter din poliamid, conector, seringă Epimotic 10ml cu conexiune Luer Lock PERIFIX, filtru antibacterial.	Componența setului: ac G18 cu marcaj la fiecare 1cm, cateter din poliamid, conector, seringă Epimotic 10ml cu conexiune Luer Lock PERIFIX, filtru antibacterial.	Certificat CE, ISO
234	33600000-6	234.Test-expres p/u determinarea H.Pylory	71020	SUA	LUMIQUICK	Reagent lichid, păstrarea la temperatura camerei, timpul reacției până la 5min..	Test-expres p/u determinarea H.Pylory în masele fecale, test- casetă , păstrarea la temperatura camerei, timpul reacției până la 10min..	Certificat CE, ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9