

Specificații tehnice (F4.1)

Licitație deschisă: 21016215

Obiectul achiziției: Servicii de reparație externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2020

Autoritatea Contractantă: IMSP Institutul Oncologic

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT 16						
33190000-8	Ventilator pulmonar Monnal T75, Air Liquide France Seria MT75-04043	Seria MT75-04043	Franta	Air Liquide	Error 044 (inițializare eșuată)	Servicii de diagnosticare si reparatia(piese de schimb nu sunt incluse)	CE
	LOT 17						
33190000-8	Ventilator pulmonar Monnal T75, Air Liquide France Seria MT75-03973	Seria MT75-03973	Franta	Air Liquide	După efectuarea testării cu rezultat pozitiv, "efectuată", apare imediat eroarea 023	Servicii de diagnosticare si reparatia(piese de schimb nu sunt incluse)	CE
	LOT 18						
33190000-8	Ventilator pulmonar Monnal T75, Air Liquide France Seria MT75-04034	Seria MT75-04034	Franta	Air Liquide	Dispozitivul nu trece verificarea periodica. Dupa cateva minute de ventilare indica persistent eroarea 020	Servicii de diagnosticare si reparatia(piese de schimb nu sunt incluse)	CE
	LOT 19						
33190000-8	Ventilator pulmonar Monnal T75, Air Liquide France Seria MT75-03971	Seria MT75-03971	Franta	Air Liquide	Defectiunea senzorului de presiune O2. Eroare 51	Servicii de diagnosticare si reparatia(piese de schimb nu sunt incluse)	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: „Neotec” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Zaikin, 37