

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1755871276676 din 22 august 2025

Denumirea licitației: Achiziționarea consumabilelor, reagenților de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2026

Cod CPV	Numar	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3310000-1	17	21341_VITEK 2 GN	Franta	Biomerieux	Cardul pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21341	Cardul pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21341; Specificatia tehnica atasata	CE/ ISO	DM000306627 din 07.05.2021
3310000-1	18	21342_VITEK 2 GP	Franta	Biomerieux	Cardul pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Bucata= set/20 carduri compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21342	Cardul pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Bucata= set/20 carduri compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21342; Specificatia tehnica atasata	CE/ ISO	DM000306628 din 07.05.2021
3310000-1	19	21346_VITEK 2 NH KIT	Franta	Biomerieux	Cardul pentru identificarea germenilor Neisseria-Haemophilus (NH) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a microorganismelor rezistente (dificile) cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21346	Cardul pentru identificarea germenilor Neisseria-Haemophilus (NH) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a microorganismelor rezistente (dificile) cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21346; Specificatia tehnica atasata.	CE/ ISO	DM000303959 din 09.03.2021
3310000-1	20	21343_VITEK 2 YST	Franta	Biomerieux	Cardul VITEK® 2 pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata=20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21343	Cardul VITEK® 2 pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata=20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21343; Specificatia tehnica atasata	CE/ ISO	DM000306629 din 07.05.2021
3310000-1	21	424195_AST-N426 TEST KIT 20 CARDS	Franta	Biomerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compactsau echivalent REF 424195	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compactsau echivalent REF 424195. Specificatia tehnica atasata	CE/ ISO	DM000528309 din 05.06.2023
3310000-1	22	424196_AST-N427 TEST KIT 20 CARDS	Franta	Biomerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424196	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424196. Specificatia tehnica atasata.	CE/ ISO	DM000528310 din 05.06.2023
3310000-1	23	424500_AST-XX26 TEST KIT 20 CARDS	Franta	Biomerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424500	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424500. Specificatia tehnica atasata	CE/ ISO	DM000654169 din 09.11.2023
3310000-1	24	424498_AST-N437 TEST KIT 20 CARDS	Franta	Biomerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424498	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424498. Specificatie tehnica atasata.	CE/ ISO	DM000654167 din 09.11.2023
3310000-1	25	424501_AST-N439 TEST KIT 20 CARDS	Franta	Biomerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424501	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424501. Specificatia tehnica atasata.	CE/ ISO	DM000654170 din 09.11.2023
3310000-1	26	424502_AST-N440 TEST KIT 20 CARDS	Franta	Biomerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gramnegativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424502	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gramnegativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424502. Specificatia tehnica atasata.	CE/ ISO	DM000654171 din 09.11.2023

33100 000-1	27	22287_VITEK 2 AST P592	Franta	Biomerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucată= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 22287	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucată= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 22287. Specificația tehnică atasată.	CE/ ISO	DM000306631 din 07.05.2021
33100 000-1	28	423051_AST-P658 TEST KIT 20 CARDS	Franta	Biomerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucată= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 423051	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucată= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 423051. Specificația tehnică atasată.	CE/ ISO	DM000528308 din 05.06.2023
33100 000-1	29	423050_AST-P659 TEST KIT 20 CARDS	Franta	Biomerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucată= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 423050	Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucată= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 423050. Specificația tehnică atasată.	CE/ ISO	DM000528307 din 05.06.2023
33100 000-1	30	421040_VITEK AST- ST03	Franta	Biomerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea S. pneumoniae, Streptococcus beta-hemolitic și Viridans Streptococcus la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucată= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 421040	Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea S. pneumoniae, Streptococcus beta-hemolitic și Viridans Streptococcus la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucată= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 421040. Specificația tehnică atasată.	CE/ ISO	DM000306637 din 07.05.2021
33100 000-1	31	420739_VITEK AST- YS08	Franta	Biomerieux	Cardul pentru testarea sensibilității la infecțiile fungice, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antifungici, conform instrucțiunilor. Bucată= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 420739	Cardul pentru testarea sensibilității la infecțiile fungice, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antifungici, conform instrucțiunilor. Bucată= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 420739. Specificația tehnică atasată.	CE/ ISO	DM000306636 din 07.05.2021
33100 000-1	32	69285_TUBURI DE POLISTIRENA (12X75 mm)	Franta	Biomerieux	Tuburi de polistiren (transparente 12x75 mm) Bucată =cutie cu 2000 tuburi transparente, 12x75 mm; compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact, sau echivalent REF 69285	Tuburi de polistiren (transparente 12x75 mm) Bucată =cutie cu 2000 tuburi transparente, 12x75 mm; compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact, sau echivalent REF 69285	CE/ ISO	Nu este IVD
33100 000-1	33	411071_VITEK MS- CHCA	Franta	Biomerieux	VITEK MS-CHCA Matricea MS-CHCA este folosită împreună cu sistemele VITEK MS pentru a permite identificarea microorganismelor. Matricea absoarbe energia din laserul instrumentului și o transferă către microorganisme pentru a activa ionizarea. 5x0,5 ml sau echivalent REF 411071	VITEK MS-CHCA Matricea MS-CHCA este folosită împreună cu sistemele VITEK MS pentru a permite identificarea microorganismelor. Matricea absoarbe energia din laserul instrumentului și o transferă către microorganisme pentru a activa ionizarea. 5x0,5 ml sau echivalent REF 411071	CE/ ISO	DM000323715 din 22.11.2021
33100 000-1	34	411072_VITEK MS- FA	Franta	Biomerieux	VITEK MS-FA MS-FA este folosit pentru a pretrata levurile cu scopul de a facilita identificarea acestora conform metodei MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionisation-Time Of Flight - Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice- timp de zbor). 5x0,5 ml, sau echivalent REF 411072	VITEK MS-FA MS-FA este folosit pentru a pretrata levurile cu scopul de a facilita identificarea acestora conform metodei MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionisation-Time Of Flight - Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). 5x0,5 ml, sau echivalent REF 411072	CE/ ISO	DM000323716 din 22.11.2021
33100 000-1	35	410893_VITEK MS- DS SLIDE	Franta	Biomerieux	Lamelele țintă MS DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). 8x4 slide, sau echivalent REF 410893	Lamelele țintă MS DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). 8x4 slide, sau echivalent REF 410893	CE/ ISO	DM000323714 din 22.11.2021
33100 000-1	36	423551_VITEK PICKME NBS	Franta	Biomerieux	VITEK PICKME NBS 18x96 vârfuri sau echivalent REF 423551	VITEK PICKME NBS 18x96 vârfuri sau echivalent REF 423551	CE/ ISO	Nu este IVD
33100 000-1	60	0647P_H. INFLUENZAEATCC reg: 49247trade;®	USA	Microbiologies	Tulpina de referință Haemophilus influenzae ATCC 49247 Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2 tulpini/ set. Biosafety Level: 2. Product Format: KWIK-STIK™ 2 Pack. Strain Characteristics: Reduced susceptibility to beta-lactam agents due to PBP mutations in Haemophilus influenzae Ampicillin resistant CLSI and EUCAST control for antimicrobial susceptibility testing. Test Method: Antimicrobial Susceptibility Testing, Microbial Identification. Catalog number: 0647. Standards and Guidelines: Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Taxonomy: Bacteria. Industry Type: Clinical. Media: Chocolate Agar. Temperature: 35°C. Atmosphere: 5 to 7% Carbon Dioxide. Growth Time: 24 to 48 hours	CE/ ISO	DM000820920 din 24.04.2025
33100 000-1	61	0919P_H. INFLUENZAE ATCCreg: 49766trade;®	USA	Microbiologies	Tulpina de referință Haemophilus influenzae ATCC 49766 Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2 tulpini/ set. Biosafety Level: 2. Product Format: KWIK-STIK™ 2 Pack. Strain Characteristics: CLSI and EUCAST antimicrobial susceptibility control strain. Test Method: Antimicrobial Susceptibility Testing, Microbial Identification. Catalog number: 0919. Standards and Guidelines: Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Taxonomy: Bacteria. Industry Type: Clinical. Media: Chocolate Agar. Temperature: 35°C. Atmosphere: 5 to 7% Carbon Dioxide. Growth Time: 24 to 48 hours. Specificații tehnice atasate.	CE/ ISO	DM000820925 din 24.04.2025

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bondarcu Roman În calitate de: director

Ofertantul: SRL Mediclim AM Adresa: Chisinau, str Vasile Alecsandri 141 et 1