

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	MTenderID - ocids-b3wdp1-MD-1753429591664
Obiectul achiziției:	“Piese de schimb pentru dispozitive medicale 2025 - IV”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Tub radiologic compatibil cu dispozitivul radiologic digital de model PRS 500B, Protec. Anul producerii 2020 Lot 1	RAD 21	Germ ania	Protec X- ray Systems GmbH/Va rex Imaging	Numărul de focusuri – minim 2; Focus mic - Max. 0.6 mm; Focus mare - Max. 1.2 mm; Putere focus mic - 35 kW±5 kW; Putere focus mare - 100 kW ±10 kW; Capacitate de stocare termica anod: min. 300 kHU; Termen de garanție 12 luni din data instalării, punerii în funcțiune a piesei și semnării actului de predare-primire. Instalarea, punerea în funcțiune și efectuarea testelor de acceptanță va fi inclusă în prețul tubului.	Numărul de focusuri – minim 2; Focus mic - Max. 0.6 mm; Focus mare - Max. 1.2 mm; Putere focus mic - 35 kW±5 kW; Putere focus mare - 100 kW ±10 kW; Capacitate de stocare termica anod: min. 300 kHU; Termen de garanție 12 luni din data instalării, punerii în funcțiune a piesei și semnării actului de predare-primire. Instalarea, punerea în funcțiune și efectuarea testelor de acceptanță va fi inclusă în prețul tubului.	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)