

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1656666126158 din 19 iulie 2022						
Obiectul achiziției: Echipament veterinar						
Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Concentrator de oxigen	KSOC-5	China	Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology Co., Ltd.	Debit oxigen: 0,5 ~ 5 l / min Concentrația de oxigen: 95,5-87% Presiune de ieșire: 40 ~ 70 kPa Putere de intrare: 400VA Alimentare: 230V-50 Hz	Debit oxigen: 0,5 ~ 5 l / min <u>Da</u> Concentrația de oxigen: 93 ± 3% <u>Da</u> Presiune de ieșire: 30 ~ 70 kPa <u>Da</u> Putere de intrare: 350 W <u>Da</u> Alimentare: 220V/110V - 50 Hz <u>Da</u>	ISO 13485: 2016 CE
Autoclav	Kronos S-class, capacity 6L	Italia	NewMed	Capacitate camera: Ø min 17x27 cm Volum min. 5 L Temperatura de sterilizare: 134°C sau 121 °C Capacitate rezervoare apa: min 200 ml Funcție auto-uscare: DA Putere: min 1300 W Presiunea de lucru: 2,1-2,2 bari Autoclavarea: Abur	Capacitate camera: Ø min 17x265 cm <u>Da</u> Volum 6 L <u>Da</u> Temperatura de sterilizare: 134 ° C sau 121 ° C <u>Da</u> Capacitate rezervoare apa 400 ml <u>Da</u> Funcție auto-uscare: <u>Da</u> Putere: 1550 W <u>Da</u> Presiunea de lucru: 2,1-2,2 bari <u>Da</u> Autoclavarea: Abur <u>Da</u>	ISO 9001: 2015 ISO 13485: 2016 CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Morozov Maria

În calitate de: Director

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA

Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23