

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742569531039									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.4)									
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE									
nr. crt	Cod	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 6	33100000-1	Termometru mecanic	Termometru mecanic	Mercury free	China	Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.	DescriereTermometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără mercur Rezoluție0.1 grade Acuratețe0.1 grade DescriereaAfișare 35.0°C-42.0°C	DescriereTermometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără mercur Rezoluție0.1 grade da Acuratețe0.1 grade da DescriereaAfișare 35.0°C-42.0°C da	CE, ISO, Declarație de conformitate
Lot 7	33100000-1	Tonometru ocular	Tonometru ocular	TVGD-02	Rusia	ELAMED	Descriere: Tonometrul ocular este destinat pentru măsurarea presiunii intraoculareParametruSpecificația Tipnon-corneal Autocalibrareobligatoriu Precizie: ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii	Descriere: Tonometrul ocular este destinat pentru măsurarea presiunii intraoculareParametruSpecificația Tipnon-corneal da Autocalibrareobligatoriu da Precizie: după Goldman 20mmHg 20mmHg Ecran LCD da Alimentare baterii da	ISO, Declarație de conformitate
Lot 11	33100000-1	Concentrator de oxigen 5L	Concentrator de oxigen 5L	XY-6S-5L	China	Shenzhen Hongxinyuan electronic Co. Ltd	Cod110400 Descriere: Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. ParametruSpecificație Tipportabil pe 4 roți Concentrația O2 in fluxul produs≥ 90% Reglarea fluxului de O2 diapazon minim 1 - 5 L/min Indicatorul fluxuluigrafic/numeric Nivelul zgomotului produs≤ 50 dB Display grafic (afișaj parametri de lucru)LED, LCD Prezența filtrelor de particule aerienepraf, bacteriene, HEPA, etc Ieșiri pentru tubul de O2minim 1 Alarmer vizuale dacă concentrația O2 ≤ 82% obligatoriu Alarmer sonore dacă fluxul este redusobligatoriu Deviere la concentrația de O2±3% Borcan de umidificare a O22/buc., să se indice codul produsului Mască facială2/buc., să se indice codul produsului Canulă nazală2/set., să se indice codul produsului Filtru de particule aerian, rezervă1/buc., să se indice codul produsului Alimentare220 V 50 Hz	Descriere: Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. ParametruSpecificație Tipportabil pe 4 roți da Concentrația O2 in fluxul produs90% da Reglarea fluxului de O2 diapazon minim 1 - 5 L/min da Indicatorul fluxuluigrafic/numeric Nivelul zgomotului produs 50 dB Display grafic (afișaj parametri de lucru) LED, LCD da Prezența filtrelor de particule aerienepraf, bacteriene, HEPA, etc da Ieșiri pentru tubul de O2 1 da Alarmer vizuale dacă concentrația O2 ≤ 82% obligatoriu da Alarmer sonore dacă fluxul este redusobligatoriu da Deviere la concentrația de O23% da Borcan de umidificare a O2 2 buc. , să se indice codul produsului Mască facială 2/buc. , să se indice codul produsului Canulă nazală 2/set. , să se indice codul produsului Filtru de particule aerian, rezervă 1/buc. , să se indice codul produsului Alimentare 220 V 50 Hz da	CE, ISO, Declarație de conformitate

Lot 16	33100000-1	Lampă pentru examinare, braț articulat,	Lampă pentru examinare, braț articulat,	Ks-Q3	China	Shantou Easywell Electronic Technologies Co. Ltd	Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminous ≥ 150 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii obligatoriu Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1400-1900 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\,000$ h Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulat obligatoriu Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 60 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu "Mîner pentru ajustarea înclinării reflectorul lămpii" obligatoriu	Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 240V, 50Hz. da Dimensiunea câmpului luminous 80-150 mm da Temperatura culorii 4500 - 5500 K da Ajustarea intensității luminii obligatoriu da Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1400-1900 mm da Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala da Baza cu acoperire anticorozivă da Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED da Timpul de viață a LED-urilor 50 000 h da Creșterea temperaturii în câmpul luminos 1 grad da Braț articulat obligatoriu da Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 40 000 lux de 30 cm 70 00 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu da "Mîner pentru ajustarea înclinării	CE, Declaratie de conformitate
Lot 17	33100000-1	Pat pentru examinare (mecanic) adulți,	Pat pentru examinare (mecanic) adulți,	OM901	Turcia	OMMED	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificație Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm $\geq 180 \times 60 \times 60$ Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 20 buc.	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificație Sectiuni 2 da Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit da Husă obligatoriu Saltea obligatoriu da Dimensiune, cm 180x60x55 da Greutate pacient maxim, kg 180 da Tetiera reglabilă da Suport rolă hartie obligatoriu da hirtie 20 buc. da	CE, ISO, Declarație de conformitate

