



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail:office@capcs.md

Nr. Rg 02-587 din " 19 " 02. 2019

AG Medical SRL

sc.agmedical.srl@gmail.com

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1544443946808 din 05.02.2019 privind achiziționarea *"Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix conform necesităților IMSP IMU și IMSP SCTO pentru anul 2019"*, Vă comunică că oferta Dvs. nu a fost acceptată din motivele după cum urmează:

1. Conform pct. 15.6 din anunțul de participare urma să prezentați mostre a produselor oferite în ziua deschiderii între orele 14:00 și 16:00. În ziua deschiderii ofertelor, pe data de 09.01.2019, nu au fost prezentate mostre a produselor oferite de Dvs.

2. În baza documentelor tehnice prezentate nu s-a confirmat corespunderea tehnică, și anume:

Componenta femurală:

- Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra patelei
- Design care sa permita flexie cel puțin pana la 130°
- Dimensiunile de tibie si femur sa poata fi combinate între ele, pastrandu-se congruenta articulara.
- Congruenta femuro-tibiala maxima
- Suprafata articulara sa fie lustruita;
- Suprafata de implantare sa fie rugoasa;
- Modalitate de implantare: cimentata, (suprafata rugoasa)

Componenta tibială:

- Să prezinte modularitate, dimensiunile de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie
- Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata;
- Modalitatea de implantare cimentata;
- Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern;

Componenta patelară:

S-a solicitat să prezinte 5 dimensiuni, s-a oferit produs care are 3 dimensiuni.

Astfel, oferta Dvs. pentru pozițiile sus menționate nu a fost acceptată în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (6) lit. b) - oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director

Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate



Ivan Antoci