



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2, tel./fax 022 222 445, e-mail:office@capcs.md

Nr. 802-4362 din "15" decembrie 2021

IMSP Spitalul Clinic de boli infecțioase "Toma Ciorbă"

Operatorilor economici

participanți la procedura de achiziție publică

nr. ocds-b3wdp1-MD-1629120138856

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1629120138856 privind Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Național de combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2022, Vă comunică conform **deciziei de atribuire din 14.12.2021**, motivele respingerii ofertelor conform tabelului de mai jos:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
FSP DAC-SpectroMed SRL pentru lotul nr. 7 - Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HCV din sângele capilar	Cantitatea oferită este mai mică decât cea solicitată (solicitat: 90.000 în Anunțul de participare, oferit: 85.645 conform formularului F4.2 se anexează).
Medeferent Grup SC SRL - pentru lotul nr. 7 - Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HCV din sângele capilar	S-a solicitat (Sensibilitatea 100%, specificitatea 100%), dar s-a oferit produsul Rapid Anti-HCV Test Model: ITPW01153.TC40/China/Intec Products In, care: 1) conform Instrucțiunii are Sensibilitatea (Sensitivity) pentru serum/plasma de 99,1%, (95% CL (96,63 -99,89)) și specificitatea (Specificity) pentru plasmă de 99,6% (95%CL (98,98 -99,89)), <i>lipsește informația pentru serum</i> ; 2) conform WHO Prequalification of in Vitro Diagnostics Public Report are specificitatea 99,7%, (95% CL (98,8% - 100%));
Imunotehnomed SRL - pentru lotul nr. 7 - Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HCV din sângele capilar	S-a solicitat Sensibilitate 100%, specificitate 100% , dar s-a oferit produsul 02FK16/Koreia/Abbott Diagnostics Korea Inc cu Sensibilitatea 95% CL (99,3% (96,1-99,9%)) și specificitatea 95% CL (98,1% (94,5-99,4%)).
FSP DAC-SpectroMed SRL pentru lotul nr. 8 - Teste rapide pentru determinarea HBsAg din sângele integral/ser/plasma	Cantitatea oferită este mai mică decât cea solicitată (solicitat: 90.000 în Anunțul de participare, oferit: 88.950 conform formularului F4.2).

Cu respect,
Director adjunct

Ex: Sergiu Baltă, tel: 022 222-364

Ala GOJAN