

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1759324724631 / 21483086 din 01 octombrie 2025
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP AMT Botanica (repetat)</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 3 Impedansmetru	touchTymp MI 34	Germania	Maico Diagnostics GMBH	Impedansmetru Test reflex ipsilateral și contralateral • Teste funcționale ale trompei lui Eustachio intacte/perforate • Frecvența sondei: min 3 frecvențe măsurate 226 Hz, 678 Hz și 1000 Hz • Presiune de aer : +400daPa până la - 600daPa • Viteza presiunii pompei Maxim : 600daPa/s±50daPa/s Minim >=50daPa/s • Intensitățile tonului sondei: 85 dB SPL ±3 dB sau 75 dB SPL ±3 dB sau 70 dB SPL ±3 dB. • Set de olive auriculare asortate Reflex acoustic:	Impedansmetru Test reflex ipsilateral și contralateral Da pag 73 UserManual.pdf • Teste funcționale ale trompei lui Eustachio intacte/perforate Da pag 72 UserManual.pdf • Frecvența sondei: min 3 frecvențe măsurate 226 Hz, 678 Hz și 1000 Hz Da pag 72 UserManual.pdf • Presiune de aer : +400daPa până la - 600daPa Da pag 72 UserManual.pdf • Viteza presiunii pompei Maxim : 600daPa/s±50daPa/s Minim >=50daPa/s Da pag 72 UserManual.pdf • Intensitățile tonului sondei: 85 dB SPL ±3 dB sau 75 dB SPL ±3 dB sau	CE ISO AMDM Nr. DM000847997

				- Ton pur IPSI: 500,1000, 2000 și 4000 Hz +/- 3% - Intesitate IPSI: 110 dB HL +/- 10dB - Ton CONTRA-pur: 500,1000, 2000 și 4000 Hz +/- 3% - Intensitate CONTRA: Max. 120 dB HL +/- 3dB -Masurare: automata sau manuala - Display LCD tactil: minim 7 inci -Imprimanta: incorporata	70 dB SPL $\pm$3 dB. Da pag 72 UserManual.pdf • Set de olive auriculare asortate Da pag 25 UserManual.pdf (Eartip kit) Reflex acoustic: - Ton pur IPSI: 500,1000, 2000 și 4000 Hz +/- 1% Da pag 73 UserManual.pdf - Intesitate IPSI: 105 dB HL Da pag 73 UserManual.pdf - Ton CONTRA-pur: 500,1000, 2000 și 4000 Hz +/- 1% Da pag 73 UserManual.pdf - Intensitate CONTRA: Max. 120 dB Da pag 73 UserManual.pdf -Masurare: automata sau manuala Automat Da pag 73 UserManual.pdf - Display LCD tactil: minim 7 inci Da 10.4 inch -Imprimanta: incorporata da 110mm Da pag 71 UserManual.pdf	
LOT 4 Spirometru cu conexiune la PC	Datospir Aira T (Code 09885)	Spania	SIBEL S.A.U.	Spirometru cu conexiune la PC Parametri tehnici Specificația Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare. Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției Da Gama de volum De la 0,025 până la 8 L Eroare de volum $\pm$3% Gama de flux Până la 16 l/s Eroare de flux $\pm$5% Memorizarea tuturor testelor efectuate obligatoriu	Spirometru cu conexiune la PC Parametri tehnici Specificația Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare. Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției Da Gama de volum: De la 0 până la 16 L; DA (Anexa 11.1 pag.24); Eroare de volum: 2.5%; DA (Anexa 11.1 pag.24); Gama de flux: De la 0 până la 16 l/s; DA (Anexa 11.1 pag.24);	CE ISO AMDM Nr. DM000511952

				Parametrii mășurați FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf Elaborare și printare raport obligatoriu Interfața PC USB/RS 232 Soft licențiat inclus pentru procesarea datelor măsurate obligatoriu Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile Minim 5 bucăți	Eroare de flux: 3%; DA (Anexa 11.1 pag.24); Memorizarea tuturor testelor efectuate: DA (Anexa 11.2 pag.145); Parametrii mășurați: FVC, Best FVC, FEV0.75,FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV1/FEV6, PIF, ERV, IRV, TV, IC, FIVC, MVV, MVVind; DA (Anexa 11.2 pag.26, 62, 103); Elaborare și printare raport: DA (Anexa 11.2 pag.16); Interfața PC: USB, Bluetooth 5.0(BR/EDR/LE); DA (Anexa 11.1 pag.10); Soft licențiat inclus pentru procesarea și printarea datelor măsurate: DA (Anexa 11.1 pag.10); Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile : 03175 Turbine transducer reutilizabil - 1 buc; 09698 Bacterial-viral filter - 100 buc.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev În calitate de: Director

Ofertantul: EDELMED Adresa: str. Burebista 17A of 119, Chisinau, Moldova