

Specificații tehnice

Specificații tehnice									
Numărul licitației:			LP nr. 21224569					Data: „25” mai 2024	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			Achiziționarea suplimentară a reagenților imunologici conform necesităților IMSP AMT CIOCANĂ și IMSP AMT RÎȘCANI pentru anul 2024						Pagina: 1 din 3
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33100 000-1	1	AFP, cu calibratori	AFP, cu calibratori	1925-300	SUA	Monobind	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	AFP, componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Setul include 96 teste. Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	DM000661362
33100 000-1	2	Anti HCV sumar	Anti HCV sumar	CVAB.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Anti HCV sumar , Componenta kitului: set diagnostic standart, include controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000391666
33100 000-1	3	HBsAg, 96 teste ELISA	HBsAg, 96 teste ELISA	SAG1ULTRA.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96		

33100 000-1	5	CEA , cu calibratori, ELISA	CEA , cu calibratori, ELISA	4625-300, ML-300B control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	CEA , cu control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000380054, DM000674807
33100 000-1	6	Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA	Imunoglobulin a A, cu calibratori, ELISA	D-8666	Rusia	Vector Best	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detașabile, reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator	Imunoglobulin A (IGA) , setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	DM000111394
33100 000-1	7	Imunoglobulina E totală cu calibratori	Imunoglobulin a E totală cu calibratori	2525-300, ML-300B control	SUA	Monobind	Cerințe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control	Imunoglobulin E (IGE) , cu control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000661338, DM000674807
33100 000-1	8	Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA,	Imunoglobulin a G, cu calibratori, ELISA,	D-8662	Rusia	Vector Best	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detașabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	Imunoglobulin G (IGG) , setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	DM000111336
33100 000-1	9	Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA	Imunoglobulin a M, cu calibratori, ELISA	D-8664	Rusia	Vector Best	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detașabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	Imunoglobulin M (IGM) , setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	DM000111393
33100 000-1	10	PSA, cu calibratori, ELISA	PSA, cu calibratori, ELISA	2125-300, ML-300B	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile,cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător.	PSA , cu control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000368081, DM000674807

33100 000-1	11	T 3 cu calibratori	T 3 cu calibratori	125-300, ML-300 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	T3 , cu control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000661480, DM000674807
33100 000-1	12	T 4 cu calibratori	T 4 cu calibratori	225-300, ML-300 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	T4 , cu control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000661494, DM000674807
33100 000-1	13	TSH cu calibratori	TSH cu calibratori	325-300, ML-300B	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	TSH , cu control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000661506, DM000674807
33100 000-1	14	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	1225-300, ML-300B control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	T4 liber , cu control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000661498, DM000674807

Semnat:_____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL____ Adresa: _mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.