

Specificații tehnice										
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]										
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1762272286293					Data: 19/11/2025		Alternativa nr.: ____
Denumirea licitației:			În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (nr. ocds...30646 din 14.01.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718205130646 din 12.06.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea endoprotezelor pentru anii 2025-2027							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumire a poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2			3		5	6		8	
33100 000-1	9-30646	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment osos cu antibiotic Gentamicină (Codul produsului: 1711/SG)	Turcia	Ormed Grup Medikal Tur. Sağ. Hiz. San. Ve Tic.Ltd.Şti.	Disponibil în pachete ce conțin minim 40 grame de pudră ce va conține polimer și monomer sub formă lichidă. - Să prezinte viscozitate medie, indicat pentru artroplastii de şold și genunchi si alte articulații. - Să contină oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. -Să conțină Gentamicină. - Să prezinte o toxicitate redusă și să posede proprietăți hipoalergene. - să corespundă standardului ISO 5833. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării.	Disponibil în pachete ce conține 40 grame de pudră ce conține polimer și monomer sub formă lichidă. - Prezintă viscozitate medie, indicat pentru artroplastii de şold și genunchi si alte articulații. - Conține oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. - Conține Gentamicină. - Prezintă o toxicitate redusă și posedă proprietăți hipoalergene. - Corespunde standardului ISO 5833. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării. (pagina 2 din Lot 9_Bone Cement Catalog, pagina 2 din Lot 9_Safety data sheet.)	DM000322462	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

	Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23							