

Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1748427167894 din 30 iulie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.13)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
3	Dermatoscop	Bucată	1	66664,00	79996,80	66664,00	79996,80	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
11	Fotoliu pentru colectarea sângelui și efectuarea injecțiilor	Bucată	4	31250,00	37500,00	125000,00	150000,00		
23	Tensiometru mecanic cu stetoscop	Bucată	45	245,00	294,00	11025,00	13230,00		
28	Tonometru mecanic	Bucată	10	199,00	238,80	1990,00	2388,00		
35	Suport pompe de infuzie cu reglare hidraulică	Bucată	4	35990,00	43188,00	143960,00	172752,00		
36	Suport pentru pompe de infuzie cu roți	Bucată	8	8375,00	10050,00	67000,00	80400,00		
37	Centuri imobilizare gleznă	set	5	859,00	1030,80	4295,00	5154,00		
38	Centuri imobilizare mâini	set	5	967,00	1160,40	4835,00	5802,00		
40	Masa autopsie (secționări), spălare și balsamare	Bucată	1	151450,00	181740,00	151450,00	181740,00		
53	Perimetru oftalmologic	Bucată	1	166920,00	200304,00	166920,00	200304,00		
	TOTAL					743 139,00	891 766,80		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1748427167894 din 30 iulie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.13)

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
3	Dermatoscop	"DELTA 20T K-010.28.388	Germania	HEINE OPTOTECHNIK GMBH & CO. KG/	Specificații tehnice Optica: Mărire de la 10x până la 15x Posibilitatea de comutarea între iluminarea polarizată și nepolarizată; Tehnologia de iluminare: LED; Să asigure posibilitatea de vizualizare a straturilor pielii (structurile pigmentate și vasculare, leziuni pigmentate), să se explice tehnologia și să fie demonstrat prin documente tehnice; Nivele de control a luminozității Da; Focalizare individual, interval de corecție - 6 până la +6 dpt.; Alimentarea: Bateria reîncărcabilă; Indicator de încărcare; Accesorii: Cablu de încărcare; Baza de încărcare (în cazul în care modul de încărcare este prin baza de încărcare); Adaptor pentru telefon mobil - opțional; Riglă pentru măsurarea leziunilor - opțional; Placi de contact – minim 1 buc.,	Specificații tehnice Optica: Mărire de la 10x până la 15x Posibilitatea de comutarea între iluminarea polarizată și nepolarizată; Tehnologia de iluminare: LED; Să asigure posibilitatea de vizualizare a straturilor pielii (structurile pigmentate și vasculare, leziuni pigmentate), să se explice tehnologia și să fie demonstrat prin documente tehnice; Nivele de control a luminozității Da; Focalizare individual, interval de corecție -6 până la +6 dpt.; Alimentarea: Bateria reîncărcabilă; Indicator de încărcare; Accesorii: Cablu de încărcare; Baza de încărcare (în cazul în care modul de încărcare este prin baza de încărcare); Adaptor pentru telefon mobil - opțional; Riglă pentru măsurarea leziunilor - opțional; Placi de contact – 1 buc.,	DM000048827
11	Fotoliu pentru colectarea sângelui și efectuarea injecțiilor	DONOR WHEELCHAIR with wheel - mechanical - white	Italia	CALDARA S.R.L.	Caracteristici: 3 secțiuni mobil (4 roți) Reglaje pentru spătar, picioare și cotier Cadru realizat din oțel vopsit Blaturile secțiunilor din pal cu burete gros de 5-9 cm Specificații tehnice: Lungime totală: 165-170cm Lățime cu cotieră: 80-87cm Înălțime spătar ridicat: 110-115cm Lungimea zonei de ședere: 50-60cm Lățime zonei de ședere: 60-70cm Inclinarea spătarului: 0° -80° Husa de protecție.	Caracteristici: 3 secțiuni mobil (4 roți) Reglaje pentru spătar, picioare și cotier Cadru realizat din oțel vopsit Blaturile secțiunilor din pal cu burete gros de 5-9 cm Specificații tehnice: Lungime totală: 175 cm Lățime cu cotieră: 80-87cm Înălțime spătar ridicat: 1120 cm Lungimea zonei de ședere: 51 cm Lățime zonei de ședere: 60-70cm Inclinarea spătarului: 0° -80° Husa de protecție.	DM000312687

23	Tensiometru mecanic cu stetoscop	MC-20(-50) ZY1002	China	WUXI EXANOVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Descriere: Manometru metalic durabil; Para din latex prevăzută cu filtru de praf. Un stetoscop metalic este integrat în manjetă, ceea ce face ușor măsurarea pulsului în timp ce stetoscopul este situat cu precizie deasupra arterei. Specificații: Nylon manjetă 32-46 cm cu inel de blocare metalic. Dimensiunea cadranelor pe ecartament ≥ 45 mm Valoarea scalei instrumentului: 2 mmHg. Intervalul de măsurare a presiunii: 0 - 300 mmHg. Marja de eroare: ± 3 mmHg.	Descriere: Manometru metalic durabil; Para din latex prevăzută cu filtru de praf. Un stetoscop metalic este integrat în manjetă, ceea ce face ușor măsurarea pulsului în timp ce stetoscopul este situat cu precizie deasupra arterei. Specificații: Nylon manjetă 32-46 cm cu inel de blocare metalic. Dimensiunea cadranelor pe ecartament ≥ 45 mm Valoarea scalei instrumentului: 2 mmHg. Intervalul de măsurare a presiunii: 0 - 300 mmHg. Marja de eroare: ± 3 mmHg.	DM0005 71831 DM0005 71833
28	Tonometrul mecanic	MC-20(-50)	China	WUXI EXANOVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Descriere: Tonometru / tensiometru mecanic pentru măsurarea tensiunii arteriale conform metodei Korotkov. Specificație: - Funcționare mecanică; - Manometru metalic; - Manseta extra large, 33 – 46 cm; - Stetoscop atasat; - Supapa metalică; - Dimensiuni marcate și inel metalic pentru fixare. Parametrii: Plaja de măsurare: 0 - 300 mmHg	Descriere: Tonometru / tensiometru mecanic pentru măsurarea tensiunii arteriale conform metodei Korotkov. Specificație: - Funcționare mecanică; - Manometru metalic; - Manseta extra large, 33 – 46 cm; - Stetoscop atasat; - Supapa metalică; - Dimensiuni marcate și inel metalic pentru fixare. Parametrii: Plaja de măsurare: 0 - 300 mmHg	DM0005 71831
35	Suport pompe de infuzie cu reglare hidraulică	Hypodermoclysis stand 28kg capacity	Italia	GIMA S.P.A.	Supot din oțel inoxidabil (AISI 304) – da Stand cu reglare hidraulică în înălțime Înălțimea reglabilă: Min. 147cm – max. 247cm Pedală pentru reglarea înălțimii – da Mâner de prindere pentru transportare ușoară – da Cărlige din oțel inoxidabil (AISI 304) cu dispozitiv de siguranță – 4 buc. Roți pivotante – 5 buc. (dintre care, minim -2 cu frână) Bare de protecție gri vipla Încărcare – ≥ 28 kg. Cerințe speciale: Service în garanție: minim 3 ani Fabricat 2024-2025 Instalare și punere în funcțiune da Instruire personal medical da	Supot din oțel inoxidabil (AISI 304) – da Stand cu reglare hidraulică în înălțime Înălțimea reglabilă: Min. 147cm – max. 247cm Pedală pentru reglarea înălțimii – da Mâner de prindere pentru transportare ușoară – da Cărlige din oțel inoxidabil (AISI 304) cu dispozitiv de siguranță – 4 buc. Roți pivotante – 5 buc. (dintre care, minim -2 cu frână) Bare de protecție gri vipla Încărcare – ≥ 28 kg. Cerințe speciale: Service în garanție: 3 ani Fabricat 2024-2025 Instalare și punere în funcțiune da Instruire personal medical da	DM0001 47987

36	Suport pentru pompe de infuzie cu roți	M600698	Italia	TITANO X S.R.L	Supot din oțel cromat – da Bază oțel inoxidabil cu cinci spițe cu roți, dintre care, minim -2 cu frână Înălțimea reglabilă: Min. 160cm – max. 250cm Mâner de prindere pentru transportare ușoară – da Cărlige din oțel inoxidabil, cu dispozitiv de siguranță Încărcare – ≥ 30 kg. Cerințe speciale: Service în garanție: minim 3 ani Fabricat 2024-2025 Instalare și punere in functiune da Instruire personal medical da	Supot din oțel cromat – da Bază oțel inoxidabil cu cinci spițe cu roți, dintre care, minim -2 cu frână Înălțimea reglabilă: Min. 160cm – max. 250cm Mâner de prindere pentru transportare ușoară – da Cărlige din oțel inoxidabil, cu dispozitiv de siguranță Încărcare – ≥ 30 kg. Cerințe speciale: Service în garanție: minim 3 ani Fabricat: 2024-2025 Instalare și punere in functiune: da Instruire personal medical: da	DM0005 94999
37	Centuri imobilizare gleznă	AD66	Spania	SHANA E SERVICIOS GERIATRICOS S.L.U	Descriere: Centuri imobilizare gleznă pentru a limita miscarile piciorului pacientului și oferirea siguranței, evitându-se producerea traumatizmelor de orice natura. Specificație: Acoperire cu un material special pentru protejarea gleznei și prevenirea ranirii acesteia. Ușor de prins de glezna pacientului datorită clemei si cârligului. Centură ajustabilă pentru a fi legata de pat. Parametrii: Lungimea centurii: 135 cm Marime universala – manseta reglabilă: 0-40 cm	Descriere: Centuri imobilizare gleznă pentru a limita miscarile piciorului pacientului și oferirea siguranței, evitându-se producerea traumatizmelor de orice natura. Specificație: Acoperire cu un material special pentru protejarea gleznei și prevenirea ranirii acesteia. Ușor de prins de glezna pacientului datorită clemei si cârligului. Centură ajustabilă pentru a fi legata de pat. Parametrii: Lungimea centurii: 135 cm Marime universala – manseta reglabilă: 0-40 cm	DM0004 38940
38	Centuri imobilizare mâini	AD61	Spania	SHANA E SERVICIOS GERIATRICOS S.L.U	Descriere: Centuri imobilizare mâini pentru a limita miscarile mâinii pacientului și oferirea siguranței, evitându-se producerea traumatizmelor de orice natura. Specificație: Acoperire cu un material special pentru protejarea gleznei și prevenirea ranirii acesteia. Ușor de prins de glezna pacientului datorită clemei si cârligului. Centură ajustabilă pentru a fi legata de pat. Parametrii: Lungimea centurii: 145 cm Marime universala – manseta reglabilă: 0-30 cm	Descriere: Centuri imobilizare mâini pentru a limita miscarile mâinii pacientului și oferirea siguranței, evitându-se producerea traumatizmelor de orice natura. Specificație: Acoperire cu un material special pentru protejarea gleznei și prevenirea ranirii acesteia. Ușor de prins de glezna pacientului datorită clemei si cârligului. Centură ajustabilă pentru a fi legata de pat. Parametrii: Lungimea centurii: 145 cm Marime universala – manseta reglabilă: 0-30 cm	DM0004 38938

40	Masa autopsie (secționări), spălare și balsamare	MOT 2010	Turcia	MIXTA TIBBÎ CÎHAZL AR VE DONAN IMLARI ULUSL ARARA SI TAAHH ÛT TÎC.SAN .A.Ş	Masa autopsie (secționări), spălare și balsamare Constructiv: ramă din țevă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm; masa să fie amplasată pe o tumbă de inox cu dimensiunile de 900x900mm, dotat cu o ușă și 2 rafturi în interior din inox. Mărimile mesei: (lungimea x lățimea x înălțimea): standard 2150x 900x 900 mm +/- 30 mm, ajustat după cerințele beneficiarului. Capacitatea de încărcare: minim 230 kg În complecția mesei obligatoriu se includ accesoriile: Susținător cap (din inox) 1 buc. Susținător spate (din inox) 1 buc. Măsuță pentru instrumente și organe (din inox) Drenaj 2 buc. Picioare reglabile pe înălțime 4 buc. Prize electrice 2 buc. Grille detaşabile (optional) 1 buc. System de spălare sub grilă (optional) 1 buc. Elemente tehnica sanitară Chiuvetă simplă 1buc. Amestecător simplu 1buc. Sifon cu pistol de apă 1buc. Amestecător cu furtun 1buc.	Masa autopsie (secționări), spălare și balsamare Constructiv: ramă din țevă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm; masa să fie amplasată pe o tumbă de inox cu dimensiunile de 900x900mm, dotat cu o ușă și 2 rafturi în interior din inox. Mărimile mesei: (lungimea x lățimea x înălțimea): standard 900x2650x900 mm (inclusiv 500 mm lungimea chiuvettei). Suprafața de lucru a mesei 2150 mm ajustat după cerințele beneficiarului. Capacitatea de încărcare: minim 230 kg În complecția mesei obligatoriu se includ accesoriile: Susținător cap (din inox) 1 buc. MNE 2858.1 Susținător spate (din inox) 1 buc. MNE 2858.3 Măsuță pentru instrumente și organe (din inox) Drenaj 2 buc. Ref: 2858.7 Picioare reglabile pe înălțime 4 buc. Prize electrice 2 buc. Grille detaşabile (optional) 1 buc. System de spălare sub grilă (optional) 1 buc. Elemente tehnica sanitară Chiuvetă simplă 1buc. Amestecător simplu 1buc. Sifon cu pistol de apă 1buc. Amestecător cu furtun 1buc.	Nu este dispozitiv medical
53	Perimetru oftalmologic	APS-T00	China	Chongqing Kanghua Ruiming Science Technology Co.,Ltd	Perimetru oftalmologic Parametrii tehnici: Bol de examinare: Raza 300 mm, sferic, tip închis, ventilat Câmpul de vizualizare testat: Superior 50° ,Inferior 50° Tehnica perimetriei: Static Dimensiunea stimulului: Goldman III Culori de stimulare: Albastru, verde sau Albastru, alb, rosu Intensitatea maximă a stimulului: 1000 asb Controlul fixării: Urmărirea privirii, Monitorizare clipire, Monitorizarea punctului mort Control pe bărbie: Electric sus-jos Soft specializat pentru analiza și prelucrarea măsurărilor	Perimetru oftalmologic Parametrii tehnici: Bol de examinare: Raza 300 mm, sferic, tip închis, ventilat Câmpul de vizualizare testat: Superior 50° ,Inferior 50° Tehnica perimetriei: Static Dimensiunea stimulului: Goldman III Culori de stimulare: Albastru, verde sau Albastru, alb, rosu Intensitatea maximă a stimulului: 1000 asb Controlul fixării: Urmărirea privirii, Monitorizare clipire, Monitorizarea punctului mort Control pe bărbie: Electric sus-jos Soft specializat pentru analiza și prelucrarea măsurărilor Test albastru pe galben Iluminare de fundal: 314±5 asb fundal galben pentru stimuli albastru Câmpuri de testare Radiale Strategii de testare: Screening (Cuantificare defect, 3 zone, 2 zone), Prag (prag, prag rapid, prag avansat, dinamic),	DM0008 37348

				Test albastru pe galben Iluminare de fundal: 314±5 asb fundal galben pentru stimuli albastri Câmpuri de testare Radiale Strategii de testare: Screening (Cuantificare defect, 3 zone, 2 zone), Prag (prag, prag rapid, prag avansat, dinamic), Special (BSV, Flicker), Testul monocular Esterman, Testul binocular Esterman sau echivalentele Analiză: Analiza unui singur câmp, Analiza comparativă a rezultatelor, Analiza progresiei defectelor, Pachetul statistic Conectivitate: DICOM, Networking Interfața USB Alimentare 220 V Calculator Monobloc/ integrat pentru instalarea softului specializat Tastieră, mouse Ecran tactil Rezoluția ecranului: minim 1920x1080 FHD Masa oftalmologica medicala cu actionare electrica, cu doua locuri Blat 55±5cm x 90±5cm 4 Roți Minim 2 cu blocare	Special (BSV, Flicker), Testul monocular Esterman, Testul binocular Esterman sau echivalentele Analiză: Analiza unui singur câmp, Analiza comparativă a rezultatelor, Analiza progresiei defectelor, Pachetul statistic Conectivitate: DICOM, Networking Interfața USB Alimentare 220 V Calculator Monobloc/ integrat pentru instalarea softului specializat Tastieră, mouse Ecran tactil Rezoluția ecranului: minim 1920x1080 FHD Masa oftalmologica medicala cu actionare electrica, cu doua locuri Blat 55±5cm x 90±5cm 4 Roți Minim 2 cu blocare	
--	--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia