



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
POLICLINICA STOMATOLOGICĂ REPUBLICANĂ
MD-2012 mun. CHIȘINĂU, str. VLAICU PÎRCĂLAB, 17
Tel. +373 22 222 229, Tel/fax +373 22 226 905
e-mail: repubdent@ms.md, imsppsr@gmail.com

Nr. 01/164 din 09.07.2024

SRL Reloc-Com
SRL Triumpf-Motiv
CS Vivodent SRL
SRL Visiosystems

IMSP Policlinica Stomatologică Republicană vă informează despre rezultatele evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717146884775 din 12.06.2024 cu privire la achiziționarea instrumentarului stomatologic.

În temeiul prevederilor pct. 51 din Regulamentul cu privire la achizițiile de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870 din 14.12.2022, Grupul de lucru pentru achiziții publice partea medicală a decis de a respinge ofertele operatorilor economici, ofertele cărora nu corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă, după cum urmează:

1) SRL Triumpf-Motiv:

- pentru loturile nr. 6 și 35 conform prevederilor pct. 50 din Regulamentul cu privire la achizițiile de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870 din 14.12.2022 *"operatorul economic, în decurs de 24 ore din momentul finalizării licitației electronice, are obligația să depună oferta finală cu prețul și/sau valorile noi ale ofertei"*. La data de 14.06.2024 a fost solicitată prezentarea Specificației de preț actualizată după licitație electronică. Operatorul economic SRL Triumpf-Motiv nu a prezentat oferta actualizată în termen stabilit.

2) SRL Reloc-Com:

- loturile nr. 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 37 – a fost prezentat catalogul cu bunurile solicitate, ce duce la imposibilitatea examinării și testării acestora;

- lotul nr. 16, colba nu se fixează stabil pe suprafață;

- lotul nr. 33, în urma testării mostrei prezentate, s-a depistat că instrumentul nu reacționează din prima apăsare;

- loturile nr. 37 și 38, polipantele sunt prea moi.

3) SRL Visiosystems - pentru lotul nr. 29, s-a solicitat dimensiunea 12 cm, dar s-a propus 9 cm.

4) CS Vivodent SRL:

- lotul nr. 34, s-a solicitat dilatator canal asorti, dar s-a propus K-files;
- lotul nr. 5, s-a solicitat mâner de culoare cafenie, dar s-a prezentat mostra cu mâner negru.

Totodată, se anulează procedura de atribuire pentru lotul nr. 28, deoarece nu a fost depusă nici o ofertă și pentru lotul nr. 30, deoarece nici o ofertă nu corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă.

Luând în considerare cele expuse supra, au fost desemnați câștigători următorii operatori economici, ofertele și mostrele cărora corespund tuturor cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează:

- 1) **SRL Triumf-Motiv** pentru loturile nr. 2.
- 2) **SRL Reloc-Com** pentru loturile nr. 1, 6, 10, 34, 35, 36, 40, 41, 42.
- 3) **CS Vivodent SRL** pentru loturile nr. 3, 4, 8, 9, 11, 16, 20, 29, 33, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
- 4) **SRL Visiosystems** pentru lotul nr. 5, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32.

**Președintele grupului de
lucru pentru achiziții publice
partea medicală**

Maria DULGHER

*Irina Chiroșca,
022-22-22-29,
069974446*