

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1704887180606 din 22.01.2024						
Obiectul de achiziției: Reactive si consumabile conform necesitatilor pentru anul 2024						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lotul 5 – Alte reactive si consumabile de laborator						
D-Dimeri (teste rapide)	GDDDI-402b	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Cerințe generale ambalaj standart	Cerințe generale ambalaj standart. Set conține 25 teste. Sensibilitate - 98,6%, Specificitate - 98,6%. Catalogul și instrucțiune de la producător se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Troponine (teste rapide)	GDTRO-402a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Cerințe generale ambalaj standart	Cerințe generale ambalaj standart. Set conține 25 teste. Sensibilitate - 98,6%, Specificitate - 99,7%. Catalogul și instrucțiune de la producător se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9