

## Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1727693998533

Obiectul achiziției: “piese și elemente defecte pentru utilajul medical din cadrul secției medicină nucleară”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>						
Schimbător de căldură pentru PET CT LOT 1	<b>Piesă de schimb pentru sistemul PET/CT Part number: 210065603 Varian Heat Exchanger</b>	<b>Ungaria</b>	<b>Mediso</b>	Schimbător de căldură de tip „Varian heat exchanger”, Ref: 210065603, compatibil cu dispozitivul Mediso AnyScan SCP, cu numărul de serie: AS-301094-SC. Termenul de livrare nu mai mare de 14 zile din data solicitării. Instalarea piesei, verificarea și punerea în funcțiune a dispozitivului va fi asigurată de către Vânzător. La finele instalării Vânzătorul va prezenta un act ce confirmă instalarea piesei și statutul funcțional al dispozitivului. Acte confirmative: Broșură sau alt document de la producător ce confirmă compatibilitatea piesei cu dispozitivul indicat. Certificat de instruire pentru inginerul responsabil de instalare, emis de producătorul dispozitivului, ce permite Vânzătorului efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă. Termen de garanția al piesei minim 6 luni de la data instalării.	Schimbător de căldură de tip „Varian heat exchanger”, Ref: 210065603, compatibil cu dispozitivul Mediso AnyScan SCP, cu numărul de serie: AS-301094-SC. Termenul de livrare nu mai mare de 14 zile din data solicitării. Instalarea piesei, verificarea și punerea în funcțiune a dispozitivului va fi asigurată de către Vânzător. La finele instalării Vânzătorul va prezenta un act ce confirmă instalarea piesei și statutul funcțional al dispozitivului. Acte confirmative: Broșură sau alt document de la producător ce confirmă compatibilitatea piesei cu dispozitivul indicat. Certificat de instruire pentru inginerul responsabil de instalare, emis de producătorul dispozitivului, ce permite Vânzătorului efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă. Termen de garanția al piesei minim 6 luni de la data instalării.	<b>CE, ISO</b>
Piesa pentru Servo driver LOT 2	<b>Piesă de schimb Servo driver</b>	<b>Ungaria</b>	<b>Mediso</b>	Servo driver, Ref: EB-01-08-00/1 (Easy box detector radius servo), compatibil cu dispozitivul Mediso	Servo driver, Ref: EB-01-08-00/1 (Easy box detector radius servo), compatibil cu dispozitivul Mediso	<b>CE, ISO</b>

	<p><b>P/N: EB-01-08-00/1 (Easy box detector radius servo)</b></p>			<p>AnyScan SCP, cu numărul de serie: AS-301094-SC. Termenul de livrare nu mai mare de 14 zile din data solicitării. Instalarea piesei, verificarea și punerea în funcțiune a dispozitivului va fi asigurată de către Vânzător. La finele instalării Vânzătorul va prezenta un act ce confirmă instalarea piesei și statutul funcțional al dispozitivului. Acte confirmative: Broșură sau alt document de la producător ce confirmă compatibilitatea piesei cu dispozitivul indicat. Certificat de instruire pentru inginerul responsabil de instalare, emis de producătorul dispozitivului, ce permite Vânzătorului efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă. Termen de garanție al piesei minim 6 luni de la data instalării.</p>	<p>AnyScan SCP, cu numărul de serie: AS-301094-SC. Termenul de livrare nu mai mare de 14 zile din data solicitării. Instalarea piesei, verificarea și punerea în funcțiune a dispozitivului va fi asigurată de către Vânzător. La finele instalării Vânzătorul va prezenta un act ce confirmă instalarea piesei și statutul funcțional al dispozitivului. Acte confirmative: Broșură sau alt document de la producător ce confirmă compatibilitatea piesei cu dispozitivul indicat. Certificat de instruire pentru inginerul responsabil de instalare, emis de producătorul dispozitivului, ce permite Vânzătorului efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă. Termen de garanție al piesei minim 6 luni de la data instalării.</p>	
--	---	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDEXCOM-TEH SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)