Specificații tehnice

Lăsați rubrici în d.ematelor de către ofertanții în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8)

Numărul licitației:	14 cc							Data: - - 20.		Alternativa nr.:											
Denumirea licitației:	Achiziționarea dezinfectărilor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lotii neplătiți) se 25%									Poziția: - din											
Cod CPV	**Nr. Lot**	**Denumire Lot**	**Denumirea poziției**	**Modelul articolului**	**Țara de origine**	**Producătorul**	**Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă**	**Specificația tehnică propusă de operatorul economic**	**standarde de referință**												
33100000-1	1	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750				Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Acestе frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri; Număr de rafturi ≥ 10 Ușa Numărăr ≥ 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Rezervă ≥ 4 Frânat ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevăzute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea' uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC													
33100000-1	2	Incubator (termostat) 80 - 100 l 290330	Incubator (termostat) 80 - 100 l 290330				Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 290330 Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperaturi constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleici pentru utilizarea în tehnici de secvențiere. Parametru Specificație Descriere Termostat utilizat în laborator Capacitate internă a camerei ≥ 80 l și 100 l; Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 40 grade) Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control: Microprocesor Ușa dublă obligatoriu Ușa internă din sticla obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuală și sonoră divergenți fără de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz													
33100000-1	3	Higrometru / Pulhrometru 15-40C 2608640	Higrometru / Pulhrometru 15-40C 2608640				Higrometru / Pulhrometru 15-40C Cod 2608640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric excepție mercur Rezoluție ± 0,2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %													
33100000-1	4	Tensiometru semi-automat Adult 2607740	Tensiometru semi-automat Adult 2607740				Tensiometru semi-automat Adult Cod 2607740 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic destinat măsurarii tensiunii arteriale Tip portabil, pacient adult Caracteristici tehnice pompa tip exterior din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tensiometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Ensuma nu mai mare de 3 mm Hg Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alimentare baterii alcaline, + 220V optional Accesorii manșeta pentru adult - 2 buc													
33100000-1	5	Distilator cu mono distilare 25L 270450	Distilator cu mono distilare 25L 270450				Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laboratoare, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 50l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul de contact și elemente de incalzire oțel inox Conductivitate ≤ 2,5 µS/cm Modul de operare continuu Protecție în cazul întreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 380 V- 50 Hz Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu teuite componentele necesare pentru montare Filtru pentru filtrare mecanică, 1µm min. 8 buc. Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule) min. 2 rezervi de granule Filtru de clor min. 4 buc.													
33100000-1	6	Alcotest cu imprimantă portabilă 300700	Alcotest cu imprimantă portabilă 300700				Alcotest cu imprimantă portabilă Cod 300700 Descriere Dispozitiv portabil destinat depistării alcoolului în aerul expirat de la pacient Parametru Specificație Depistare alcool senzor electrochimic Monitorizarea datelor pe monitor LCD sau afișor LED Unitatea de măsură mg/L Domeniul de măsurare 0 - 2,5 mg/L Pasul de măsurare 0,01 Eroarea admisibilă ≤ 10% Prelevare probă posibilitatea de prelevare a probei cu mustiac și fără depistarea automat la atingerea unui volum minim de aer expirat prelevarea pasivă la acționarea butonului Memorie investigație ≥ 2000 Alarme acustică, vizuală Pornirea dispozitivului ≤ 20s. Afișare rezultate ≤ 30s. Alimentare acumulator intern sau baterii reciclicabile indicator a nivelului de încărcare a acumulatorului autonomie de la acumulator min. 500 investigații deconectarea automată în cazul de neutilizare Încărcător de la 220V, 50Hz Temperatura de lucru -5 ... +50°C													
33100000-1	7	Diatermie cu microunde 400100	Diatermie cu microunde 400100				Diatermie cu microunde Cod 400100 Descriere terapia cu microunde este indicata în canal contractiilor musculam, osteoartrita, durere posttraumatica, tendinita Parametru Specificație Modurî de operare continua și pulsatil Frecventa de lucru ≥ 2400 MHz Ecran dimensiune ≥ 7 inch culor, touchscreen Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 0 - 250W Puterea de vârf ≥ 1500 W CONTROL AUTOMAT TEMPERATURĂ magnetron cu emisie oprită la supraîncălzire obligatoriu Libraria de protocoale interne de tratament obligatoriu Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Timpul de tratament diapazon minim 1-30 min Calculul energiei conform parametrilor prestabiliți obligatoriu Alarma finalizare tratament obligatoriu Port USB Bint antichar obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Antena radiantă circulara diam min 15 cm, min 1 buc. Lampa de test, min. 1 buc													
33100000-1	8	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120				Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120 este indicatîi în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Specificație Ecran dimensiune min. 4 inch culor, touch-screen Frecventa de lucru diapazon minim 1-3 MHz Modurî de operare continua sîi pulsatorii Funcția de comutarea automata a frecventei obligatoriu Testarea automata da Suprafata de contact a sondei min. 5 cm2 Posibilitatea reglarii puterii obligatoriu Timpul de tratament 1-30 min. Alarma finalizare tratament obligatoriu Alarma sonora sîi vizuala contact sonda obligatoriu Libraria de protocoale interne de tratament ≥ 30 Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 50 Tensiune 220V 50Hz Accesorii Sondă cu suprafață de ~1 cm²: ≥ 1 bucată; Sondă cu suprafață de ~4–5 cm²: ≥ 1 bucată. (sîi se indice codul produsului Gel contact, sîi se indice codul produsului Trolea dispozitiv 1 buc., sîi se indice codul produsului													
33100000-1	9	Dispozitiv pentru electroterapie 400140	Dispozitiv pentru electroterapie 400140				Electroterapie Cod 400140 Descriere Dispozitivul sîi asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 5 inch culor, touch-screen Canale independente ≥ 3 buc. Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferențial, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusoidal, microcurenti, Trabert Calcul automat al rezistanței, crematerii obligatoriu Semnal stimulare CC sîi CV Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Libraria de protocoale interne de tratament ≥ 200 protocoale Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 100 programe Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii NotaModelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferitate de operatorul economic Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajustaîcomplata acorte coduriîmodele cu urmare a clarificarilor fîrti ca acesteîi ajustare sîi fie considerati modificare a ofertei initiale. Accesorii Cablurî bipolare 4 buc., sîi se indice codul produsului Electrod electroterapie 4 buc., sîi se indice codul produsului Trolea dispozitiv 1 buc., sîi se indice codul produsului													

33100001	10	Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150	Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150				Magnetoterapie Cod 400150 Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei. Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 4 inch culoare, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Library de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Note:Modelele accesoriilor (cordon) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajustaci/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fișei ca acesteîi ajustare sîi fie considerată modificare a ofertei inițiale. Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., sîi se indice codul produsului Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., sîi se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., sîi se indice codul produsului Cutele de fixare flexibile 1 set, sîi se indice codul produsului										
33100003	11	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza)	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza)				Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 200200 Descriere Dispozitivul Inregistreazii ECG in 12 derivații simultan, nicitimeul monteritinzî parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificație Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de precoordre 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivații Tip Inregistrare autonom Gama de frecvență ≥ 0.05-100 Hz Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 90 dB Detectare pacemaker obligatoriu Convertor analog-digital ≥ 14 bit Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) da achiziție ≥ 8000 Hz Frecvența ajustabilă obligatoriu Display LCD obligatoriu Lumină fundal obligatoriu Butoane pentru navigare în mania obligatoriu Identificarea activității pacientului: mers/alergare/repaos prin buton evenimente sau senzor incorporat Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC: sau numărbusb USB / SD-Card / WiFi / BT Greutatea fișei accesorii și baterie ≤ 100 gr Protecție la pătrundere redusă, Închidere obligatoriu										
33100001	12	Holter TA	Holter TA	**BTL ABPM NG PRO**	**Marea Britanie**	**BTL Industries Limited**	Domeniul de măsurare 40-200/min (bpm) Alarme pentru tensiunea sistolică și diastolică Memorie 400 măsurători Interval de măsurare a tensiunii arteriale: cel puțin diapazonul 30 to 280 mmHg Precizia ± 3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată Manșete aplicabile dimensiuni mică, standard și mare Alimentare baterii reîncărcabile incluse în set Transmisie date prin USB Cablu USB Ecran LCD Greutate până la 200 g Husă sau cutele pentru fixare de pacient - da	Domeniul de măsurare 40-200/min (bpm) Alarme pentru tensiunea sistolică și diastolică Memorie 400 măsurători Interval de măsurare a tensiunii arteriale: cel puțin diapazonul 30 to 280 mmHg Precizia ± 3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată Manșete aplicabile dimensiuni mică, standard și mare Alimentare baterii reîncărcabile incluse în set Transmisie date prin USB 2.0 Cablu USB Ecran LCD Greutate fișei manșete până la 200 g Husă sau cutele pentru fixare de pacient Software - în limba română/rusă/engleză										
33100001																		
33100001																		
33100001							

3330 0000																
3330 0000																
3330 0000																
3330 0000																

Semnat:_____ Numele, Prenumele:____Vîrtosu Valeria____ În calitate de: _Director__

Ofertantul: __BTL Medical Technologies____ Adresa: __mun. Chișinău, str. M. Viteazul 4, of.508__

Digitally signed by Vîrtosu Valeria
Date: 2025.10.19 15:49:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. Data: „ ” Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.25) Pagina: __din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare		
1		2		3	4	5	6	7	8	9		
33100000-1	1	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	bucată	1					11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	51630,00	IMSP Policlinica de stat
33100000-1	2	Incubator (termostat) 80 - 100 l 250320	Incubator (termostat) 80 - 100 l 250320	bucată	2					11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	21978,33	IMSP Policlinica de stat
33100000-1	3	Higrometru / Psihrometru 15-40C 260640	Higrometru / Psihrometru 15-40C 260640	bucată	11					11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	2321,00	IMSP Policlinica de stat
33100000-1	4	Tensiometru semi-automat Adult 260740	Tensiometru semi-automat Adult 260740	bucată	5					11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	5383,33	IMSP Policlinica de stat
33100000-1	5	Distilator cu mono distilare 25L 270450	Distilator cu mono distilare 25L 270450	bucată	2					11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	41666,67	IMSP Policlinica de stat
33100000-1	6	Alcotest cu imprimantă portabilă 300700	Alcotest cu imprimantă portabilă 300700	bucată	1					11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	22305,83	IMSP Policlinica de stat
33100000-1	7	Diatermie cu microunde 400100	Diatermie cu microunde 400100	bucată	1					11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	83333,33	IMSP Policlinica de stat
33100000-1	8	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120	bucată	1					11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	41666,66	IMSP Policlinica de stat
33100000-1	9	Dispozitiv pentru electroterapie 400140	Dispozitiv pentru electroterapie 400140	bucată	1					11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	83333,33	IMSP Policlinica de stat
33100000-1	10	Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150	Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150	bucată	1					11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	41666,66	IMSP Policlinica de stat
33100000-1	11	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza)	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza)	bucată	1					11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	54461,00	IMSP IMU
33100000-1	12	Holter TA	Holter TA	bucată	1	32 109,42 MDL	38 531,31 MDL	32 109,42 MDL	38 531,31 MDL	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33218	IMSP IMU
33100000-1											482964,15	
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												
33100000-1												

33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											
33100000-1											

Suma totală 32 109,42 MDL (fără TVA) 38 531,31 MDL (cu TVA)

Semnat: Numele, Prenumele: Virtosu Valeria Cu calitatea: Director

Digitally signed by Vîrtosu Valeria
Date: 2025.10.19 15:55:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Ofertantul: BTL Medical Technologies Adresa: mun. Chișinău, str. M. Viteazul 4, of.508

Digitally signed by Vîrtosu Valeria
Date: 2025.10.19 15:55:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Suma total: 32 109,42 MDL (fără TVA) 38 531,31 MDL (cu TVA)

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Virtosu Valeria___ În calitate de: _Director__

Ofertantul: _BTL Medical Technologies___ Adresa: __mun. Chișinău, str. M. Viteazul 4, of.508__