

	PROCES-VERBAL DE VERIFICARE METROLOGICĂ	Cod: F-2.3/PP-01-01 2.3.1/PV-18
	ORGANISM DE INSPECȚIE VERIFICĂRI METROLOGICE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE	Ediția 05/02.03.20
		Pagina 1 din 1

**Proces-verbal de măsurare
a Dozatoare gravimetrice cu funcționare automată
nr. 17 din 15.07.2021**

Solicitant: AMON TRADE SRL

Data petrecerii verificării: 15.07.2020

Tipul dozator: Agregate EUROMECC FIVETECH DRY, Nr. de fabricare: 062005;

Tipul dozator: Ciment EUROMECC FIVETECH DRY, Nr. de fabricare: 062005;

Tipul dozator: Apă EUROMECC FIVETECH DRY, Nr. de fabricare: 062005;

Tipul dozator: Aditiv EUROMECC FIVETECH DRY, Nr. de fabricare: 062005;

Producător: Italia

Locul efectuării măsurărilor a MM: or. Rezina

Mijloace de măsurare, utilaje de încercări și materiale auxiliare utilizate în timpul verificării:

Greutăți etalon clasa M1: tip ΓO-20-IV, nr. 1-50; 50 bucați.

CE nr. 8.3-171/2020 din 02.07.2021; CE nr. 8.3-172/2021 din 02.07.2021;

CE nr. 8.3-173/2021 din 02.07.2021.

Termohigrometru digital: tip AR 807, nr. 103, MD 10 3.4-168/2021 din 01.02.2021 INM, Moldova

Cronometru tip: COPII pp-2a-3-000, nr.6866, CE MD 10 3.6-213/2019 din 06.06.2019.

Condițiile de mediu:

Temperatura mediului ambiant în timpul verificării metrologice: (30,0)°C; (41)%.

1. Determinarea parametrilor metrologice

Aparat de măsură și dozat Agregate		Aparat de măsură și dozat Apă		Aparat de măsură și dozat Ciment		Aparat de măsură și dozat Aditiv	
Valoarea convențională adevărată (kg)	Valoarea indicată (kg)	Valoarea convențională adevărată (kg)	Valoarea indicată (kg)	Valoarea convențională adevărată (kg)	Valoarea indicată (kg)	Valoarea convențională adevărată (kg)	Valoarea indicată (kg)
20	20	10	10	10	10	0,2	0,2
40	40	20	20	20	20	0,4	0,4
80	80	40	40	40	40	0,5	0,5
100	100	60	60	50	50	1,0	1,0
200	200	80	80	60	60	1,5	1,5
400	400	100	100	70	70	2,0	2,0
800	800	140	140	80	80	2,5	2,5
1000	1000	180	180	90	90	3,0	3,0
1200	1200	200	200	100	101	3,5	3,5
1400	1400	220	220	200	201	4,0	4,0
1600	1610	240	240	300	301	4,5	4,5
1800	1810	250	250	350	351	5,0	5,0

Concluzie: **Admis / Respins**

Executantul: Verificator metrolog

Verificat: Șef Secție mărimi mase

Pulbere Vladimiri
(prenumele, numele)

Pulbere Vladimiri
(prenumele, numele)

