

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1695366634781 / 21093734 din 04/10/2023**

Obiectul achiziției: **Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2023, repetat**

Cod CPV	Nr. LOT	Denumire LOT	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri						
33100000-1	1	Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L	Servicii	Japonia	Fujifilm	Reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 6 luni.	Reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 6 luni.	ISO/CE;
33100000-1	2	Histoprocesor Slee Medical GbbH, model: MTP	39500728c	Germania	Slee Medical	Este necesar de brat MTP Upgrade-Kit compatibil cu histoprocesorul Slee MTP. Descrierea tehnică: Twin-vacuum Version. consisting of: - mounting unit with pump and valves - heated paraffin beaker - basket - mechanical fixation - electrical connections - vacuum arm and beaker lid – tubing. Instalarea și testarea produsului oferit. Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 12 luni.	MTP Upgrade-Kit Twin-vacuum Version 1 Set consisting of: - mounting unit with pump and valves - heated paraffin beaker - basket - mechanical fixation - electrical connections - vacuum arm and beaker lid - tubing	ISO/CE;

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petru BOLEA** În calitate de: **Șef Departament Comercial**
Ofertantul: **SC Imunotehnomed SRL** Adresa: **Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova**