

**Specificații tehnice (F4.1)**

**Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: IMSP SCM Sf.Treime  
Mentenanța dispozitivelor medicale a.2021  
Licitație publică 21037854**

<b>Cod CPV</b>	<b>Denumirea serviciilor</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>Servicii de mentenanță</b>			
	<b>LOT:1</b>			
50400000-9	Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	CE
	<b>LOT:4</b>			
50400000-9	X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, Anul 2014	Mentenanța, calibrare, testare reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	Mentenanța, calibrare, testare reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	CE
	<b>Servicii de reparație</b>			
	<b>LOT:2</b>			
50400000-9	Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014	<b>Defect depistat:</b> Sistemul nu se lansează <b>Lucrări necesare:</b> -Inlocuirea HDD -Instalarea software (sistemul hemodinamic)	<b>Lucrări necesare:</b> -Inlocuirea HDD -Instalarea software (sistemul hemodinamic)	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: „Neotec” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Zaikin, 37