

UYGUNLUK DEKLARASYONU
DECLARATION OF CONFORMITY

NOVOS olarak burada deklare ederiz ki,
As NOVOS, here we declare that,

BEBEK TRANSPORT KUVÖZÜ / INFANT TRANSPORT INCUBATOR
(KT-1000)
(GMDN: 35121)

aşağıda belirtilen standartların ilgili maddelerine uyumludur.
It complies with the relevant articles of the standards stated below.

RTCA DO-160G Section 8 Titreşim Testi,
RTCA DO-160G Section 4 İrtifa Testi,
RTCA DO-160G Section 7 Şok Testi,
EN 13718-1 Section 4.4.1 Yüksek Sıcaklık Testi,
EN 13718-1 Section 4.4.1 Düşük Sıcaklık Testi ve
EN 13718-1 Section 4.4.2 Nem Testleri

RTCA DO-160G Section 8 Vibration Test,
RTCA DO-160G Section 4 Altitude Test,
RTCA DO-160G Section 7 Shock Test,
EN 131718-1 Section 4.4.1 High Temperature Test,
EN 13718-1 Section 4.4.1 Low Temperature Test and
EN 13718-1 Section 4.4.2 Humidity Tests performed

Test Merkezinin Adı / Test Center Name: Standart Kontrol ve Test Hizmetleri A.Ş
Test Merkezinin Adresi / Test Center Address: Malıköy AOSB 30 Ağustos Cad. No:18-A Sincan \ Ankara
Test Rapor Numaralar / Test Report No: ÇEV-032/02-04, ÇEV-48/02-24
Test Tarihleri / Test Dates: 16.02.2024-26.02.2024, 29.02.2024-01.03.2024

İmza/ Signature: Erhan Çınar

ARGE Yöneticisi/ R&D Manager

Tarih /Date: 19.03.2024

NOVOS TIBBİ CİHAZLAR
SAN.ve TİC. İTHALAT ve İHRACAT LTD. ŞTİ.
İvedik OSB. Mah. 1518. Cad. Matbaacılar Sitesi No: 2/39
Tel:0312 384 1588 Faks:0312 384 1598 ANKARA
Yenimahalle V.D. 040 7555 | Ticaret Sicili No :187318
Mersis No: 0619 0007 5550 0019
Info@novos.com.tr | www.novos.com.tr