

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 din 24.12.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 22.12.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)" prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 din 24.12.2023

pentru o durată de 120 (una sută douăzeci) zile, respectiv până la data de 22.04.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 22.12.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 din 24.12.2023						
Obiectul achiziției:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)						
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Aplicator Clipuri	Aplicator Clipuri	0301-02MLE+0301-01ML Clip Applier Liga V ML+Ligating Clips LigaV ML (1 cartridge - 6buc)	Anglia	Grena	Forceps pentru aplicarea clipurilor edoscopice . Rotire 360 grade. Tip mâner non detașabil. Lungime de lucru min. 330 mm. Tip mâner Luer Lock. Clipuri în cutie a min. 250, medii.	Forceps pentru aplicarea clipurilor edoscopice . Rotire 360 grade-DA, set notificare" GrenaLigaVBrochure-1, pag.7"Key features" Tip mâner non detașabil.-DA set notificare" GrenaLigaVBrochure-1, pag.7"key features" Lungime de lucru min. 330 mm-DA, set notificare" GrenaLigaVBrochure-1, pag.7"Working Length 33cm" Tip mâner Luer Lock-DA Clipuri 252 bucati . -cod 0301-01ML	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000559443+DM 000559533
45	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe	3008B-CTO-S01 BC-30s Auto Hematology Analyzer	China	Mindray	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 19626 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinaț analizei componentei sanguine cu sistem deschis de reactivi Parametri Specificați Metode de analiză 3 diff Procedura de contopie automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYMPH MIDP GRA% RDW-SD RDW-CV PDW-SD PDW-CV MPV PCT Capacitate (probelor) ≥ 60 Diluire automată Afiașaj grafic: Imprimantă da Starea ID pacient da Introducerea datelor manual Imprimantă PC da Afiașarea histogramei da Stocarea datelor da Calibrarea automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afiașarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afiașarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați- histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicativ de avertizare da Control al calității la 1 nivel cu consumabile grafice Levy-Jennings Limba de comunicare rom/ru Memorie internă > 1000 pacienți Accesorii Vaa pentru deserv suburi pentru reagenti suburi pentru uplate Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenti Reagenti SA fie incluse toți reagenti necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize Accesorii, consumabile SA fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 1000 probe Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni	Conform Anexa BC-30	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000371915

46	Analizator ionoselectiv Na, K Cod 150600	Analizator ionoselectiv Na, K Cod 150600	0-DD-Smartlyte Diamond Smartlyte electrolyte Analyzer	USA	Diamond	Analizator ionoselectiv Na, K Cod 150600 Descriere Analizatoarele de electroliti testează unul sau mai multi electroliti folosind electrozi iono-selectivi. Parametru Specificația Tip probă Ser da Urină da Plasmă da Singe integru da Tip analize Na da K da Spălare automată da Display LCD sau LED da Printer da Data management da Interfața PC da Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari cî și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni	Conform Anexa Smartlyte	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000376460
----	---	---	--	-----	---------	---	-------------------------	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Anexa BC-30

Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe			
Cod	150520		
Descriere	Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine cu sistem deschis de reactivi		
Parametrul	Specificația		
Tip sistem	deschis	Da	“BC-30s User Manual”, la pagina 33 producatorul descrie tipul de reagenti utilizati. Producatorul face referinta la reagentii produși de el, dar nu exclude utilizarea altor reagenti compatibili. + La pagina 32 in “BC-30s User Manual”, / “Reagents, Controls and Calibrators”, producatorul atentioneaza doar despre faptul de a nu utiliza reagenti de la diferiti producatori (adica toti reagentii sa fie de la acelasi producator, posibil si de la alt producator decat producatorul analizatorului) din motiv ca analizatorul, reagentii, controalele, calibratorul sunt parte a unui sistem, iar performanta sistemului depinde de toate componentele
Metode de analiză	3 diff	Da	“BC-30s User Manual” pagina 33: 2.1 Introduction / The BC-30s is a hematology analyzer and 3-part counter for In Vitro Diagnostic Use in clinical laboratories.
Procedura de curățire	automată	Da	“BC-30s User Manual” pagina 138-139: Overall Soak /You should perform the overall soaking procedure with the probe cleanser when / After aspirating probe cleanser, the analyzer performs probe cleanser soak automatically, and a progress bar will display indicating the progress. + “BC-30s User Manual” pagina 140: 10.2.2 Cleaning / Tap "Service" > "Maintenance", and select the "Cleaning" tab to enter the following screen. /The cleaning procedures are: / Tap the button of the component you want to clean. The message "Cleaning in process. Please wait..." will display. /When the progress ends, a message will display indicating "Cleaning finished!". - procedura de curatire automata se face cu ajutorul reactivului PROBE CLEANSER. Procedura este automata dupa ce utilizatorul slecteaza “Cleaning” din
	WBC	Da	
	RBC	Da	

Parametri determinați și calculați:	HGB	Da	“BC-30s Brochure” pagina 1: 21 parameters: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR,P-LCC / 3 histograms for WBC, RBC and PLT
	HCT	Da	
	MCV	Da	
	MCH	Da	
	MCHC	Da	
	PLT	Da	
	LYM	Da	
	MID	Da	
	GRA	Da	
	LYM%	Da	
	MID%	Da	
	GRA%	Da	
	RDW-SD	Da	
	RDW-CV	Da	
	PDW-SD	Da	
	PDW-CV	Da	
	MPV	Da	
	PCT	Da	
Capacitate (probe/oră)	≥ 60	Da	“BC-30s Brochure” pagina 1: Throughput / 70 samples per hour – analizatorul poate face 70 teste pe ora
Diluarea	automată	Da	“BC-30s User Manual” pagina 163: B.5 Sampling Features / B.5.1 Sample Volumes Required for Each Analysis / Whole blood mode ≤ 9μL / Predilute mode ≤ 20μL – analizatorul poate opera in 2 moduri “Whole Blood Mode” este modul cu diluarea automata, iar “Prediluted Mode” este modul cu diluarea manuala înainte de testare.
Afișaj	graphic	Da	“BC-30s Brochure” pagina 1: Display / 10.4 inch TFT Touch Screen - unde sunt afisate si rezultatele si 3 histogramre
Imprimantă	încorporată	Da	“BC-30s Brochure” pagina 1: Printout / Thermal recorder, 50 mm wide paper, various printouts formats – imprimanta termica incorporata ce utilizeaza hartie cu latimea 50 mm
Sistem ID pacient	da	Da	“BC-30s User Manual” pagina 67: Entering the patient ID / Enter the patient ID to the "Patient ID" box.

Introducerea datelor	manual	Da	“BC-30s User Manual” pagina 66-67: Entering the sample ID / You can enter letters, digits and all other characters on the keyboard for sample ID, only for [a-z][A-Z][0-9][-_]. – introducerea datelor se face manual de la tastatura
Interfața PC	da	Da	“BC-30s User Manual” pagina 170: C Communication / The LIS/HIS function of BC-30s enables the communication between the analyzer and the PC in laboratory through Ethernet, including sending analysis results to and receiving worklist from PC.
Afișarea histogramelor	da	Da	“BC-30s User Manual” pagina 77: 6.1 Introduction / After every analysis cycle, the analyzer automatically saves the analysis results into the sample database. Totally 500,000 records (including parameter results and histograms) can be saved. You can either choose the "Table Review" mode to review the parameter results of all samples saved in the sample and search databases; or the "Graph Review" mode to review both the parameter results and the histograms of each sample. – Pentru fiecare pacient, chiar dupa test sau mai tarziu (din memoria analizatorului) se pot afisa pe ecran / se pot printa rezultatele pentru fiecare pacient, inclusiv cele 3 histograme.
Stocarea datelor	da	Da	“BC-30s User Manual” pagina 77: 6.1 Introduction / After every analysis cycle, the analyzer automatically saves the analysis results into the sample database. Totally 500,000 records (including parameter results and histograms) can be saved. You can either choose the "Table Review" mode to review the parameter results of all samples saved in the sample and search databases; or the "Graph Review" mode to review both the parameter results and the histograms of each sample. – In memoria analizatorului se inregistreaza 500000 rezultate a testelor
Calibrarea-	automată	Da	“BC-30s User Manual” pagina 104: 8.1 Introduction / The analyzer supports 3 calibration programs, namely manual calibration, auto calibration using calibrators and auto calibration using fresh blood samples; and two calibration modes, namely "WB" and "PD". – Analizatorul suporta mai multe tipuri de calibrare. Calibrarea automata are loc cu ajutorul calibratorului.

Histograme:	WBC- repartizarea leucocitelor după volum	Da	“BC-30s Brochure” pagina 1: 21 parameters: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR,P-LCC / 3 histograms for WBC, RBC and PLT
	RBC- repartizarea eritrocitelor după volum	Da	“BC-30s Brochure” pagina 1: 21 parameters: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR,P-LCC / 3 histograms for WBC, RBC and PLT
	PLT- repartizarea trombocitelor după volum	Da	“BC-30s Brochure” pagina 1: 21 parameters: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR,P-LCC / 3 histograms for WBC, RBC and PLT
Afișarea pe ecran a tuturor datelor	histograme	Da	“BC-30s User Manual” pagina 30: 2.5 User Interface / 2.5.1 Screen / After the starting procedure, you will enter the "Sample Analysis" screen as shown in below figure. -Figure 2-6 "Sample Analysis" screen - din imagine se vede afisarea rezultatelor testelor – toti parametrii efectuati, graficile si histogramele.
	rezultate	Da	“BC-30s User Manual” pagina 30: 2.5 User Interface / 2.5.1 Screen / After the starting procedure, you will enter the "Sample Analysis" screen as shown in below figure. -Figure 2-6 "Sample Analysis" screen - din imagine se vede afisarea rezultatelor testelor – toti parametrii efectuati, graficile si histogramele.
	grafice	Da	“BC-30s User Manual” pagina 30: 2.5 User Interface / 2.5.1 Screen / After the starting procedure, you will enter the "Sample Analysis" screen as shown in below figure. -Figure 2-6 "Sample Analysis" screen - din imagine se vede afisarea rezultatelor testelor – toti parametrii efectuati, graficile si histogramele.
	rezultate din arhivă	Da	“BC-30s User Manual” pagina 78: 6.2 Table Review / You can browse, review, search, edit and export previous saved data on the "Table Review" screen. Tap "Table Review" to enter the "Table Review" screen. – aici se pot vedea toate rezultatele din arhiva (toate cele 500000 analize din memorie)

	date de service	Da	“BC-30s User Manual” pagina 132: 9.2.5 Maintenance Setup (for administrators only) / Tap "Setup" > "Maintenance" in the menu to enter the following screen. You can set up the following contents: - in meniul maintenance pot fi vizualizate datele de
Afișarea rezultatelor pe imprimantă	Parametri determinați și calculați- histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient	Da	“BC-30s User Manual” pagina 121: imaginea mai jos de”Report Template – utilizatorul poate alege in ce mod sa fie printate rezultatele. Sunt 4 sabloane pe o pagina sau jumate de pagina / cu sau fara histograme. Toate datele masurate / calculate, inclusiv histogramele pot fi imprimate.
Indicatori de avertizare	da	Da	“BC-30s User Manual” pagina 165: B.7.2 Indicator / The indicator indicates analyzer the status of the analyzer, including on/off, running or sleeping.
Control al calității	în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings	Da	“BC-30s User Manual” pagina 87: 7.1 Introduction / Mindray recommends you run the QC program daily with low, normal and high level controls. / This analyzer provides 2 QC programs: L-J QC and X-B QC. + “BC-30s User Manual” pagina 94: 7.2.3 Reviewing L-J Results / After QC analysis, you can review the QC results in the following ways: QC Graph / QC Table – Controlul calitatii se efectueaza in 3 nivele (jos, normal, inalt). Analizatorul are 2 tipuri de programe de control al calitatii, una dintre ele fiind L-J – Levey-Janings. Rezultatele controlului pot fi afisate atat sub forma de tabel cat si sub forma de grafice.
Limba de comunicare	rom/rus	Da	“BC-30s Brochure” pagina 1: Multi-language / Chinese, English, Spanish, Portuguese, Russian, French, Bahasa Indonesia – Este disponibila limba rusa.
Memorie internă	> 1000 pacienți	Da	“BC-30s Brochure” pagina 1: Data Storage Capacity / Up to 500,000 results including numeric and graphical information
Accesorii	Vas pentru deșeuri	Da	SRL Biosistem mld va furniza analizatorul cu accesoriile necesare pentru buna functionare al analizatorului – vas pentru deseuri, tuburi pentru reagenti, tuburi pentru spalare / eliminarea
	tuburi pentru reagenți	Da	SRL Biosistem mld va furniza analizatorul cu accesoriile necesare pentru buna functionare al analizatorului – vas pentru deseuri, tuburi pentru reagenti, tuburi pentru spalare / eliminarea

	tuburi pentru spălare	Da	SRL Biosistem mld va furniza analizatorul cu accesoriile necesare pentru buna functionare al analizatorului – vas pentru deseuri, tuburi pentru reagenti, tuburi pentru spalare / eliminarea
Alimentare	220 V, 50 Hz	Da	“BC-30s User Manual” pagina 166: B.9 Power supply / Voltage (100V-240V~) ±10% / Frequency / (50/60Hz)±1Hz – analizatorul poate lucr la tensiunea intre 100 – 240V si frecventa
Certificat	Certificat de la producător ce atestă pregătirea specialiștilor pentru întreținerea tehnică a	Da	
Reagenți		Da	
Reagenți	Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize	Da	SRL Biosistem mld va furniza analizatorul cu reagenti suficienți pentru a efectua cel puțin 1000 de teste
Accesorii, consumabile	Să fie incluse toate acesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 1000 probe	Da	SRL Biosistem mld va furniza analizatorul cu accesorii si consumabile suficiente pentru a efectua cel puțin 1000 de teste
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării	≥ 6 luni	Da	SRL Biosistem mld va livra impreuna cu analizatorul reagenti cu un termen de valabiitate mai mare de 6 luni.

Anexa Smartlyte

Analizator ionoselectiv Na, K, Cl
Cod 150610
Descriere Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai multi electroliți folosind electrozi iono-selectivi.
Parametrul Specificația
Tip probă Ser da– da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Sample Size Whole Blood, Serum (95 µl), Plasma, QCs (95 µl), Urine (180 µl)
Urină da– da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Sample Size Whole Blood, Serum (95 µl), Plasma, QCs (95 µl), Urine (180 µl)
Plasmă da– da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Sample Size Whole Blood, Serum (95 µl), Plasma, QCs (95 µl), Urine (180 µl)
Sînge integru da– da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Sample Size Whole Blood, Serum (95 µl), Plasma, QCs (95 µl), Urine (180 µl)
Tip analize Na da– da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Number of Parameters 5, Total, 4 (Simultaneously) / parameter Na ⁺ / K ⁺ / Cl ⁻ / Ca ⁺⁺ / Li ⁺ ; parameter Urine Na ⁺ / K ⁺ / Cl ⁻
K da– da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Number of Parameters 5, Total, 4 (Simultaneously) / parameter Na ⁺ / K ⁺ / Cl ⁻ / Ca ⁺⁺ / Li ⁺ ; parameter Urine Na ⁺ / K ⁺ / Cl ⁻
within the last 24 hours, the analyzer will automatically print on each sample report [EXECUTE MAINTENANCE!]. + procedura descrisa la pagina 67 – Analizatorul detecteaza automat cand este nevoie de a efectua procedura de spalare si atentioneaza utilizatorul. Dupa ce se alege “Clean”, analizatorul
Display LCD sau LED da– da, “SmartLyte+ brochure”, pagina 2: User Input 5” Touch Screen Remote Access
Printer da– da, “SmartLyte+ User Manual”, pagina 48: 2.14 Printer /TypeGraphical Thermal Printer
management care permite pastrarea in memorie a 10000 rezultate a testelor si cate 10000 de rezultate pentru fiecare dintre cele 3 niveluri de control al calitatii.

+“SmartLyte+ brochure”, pagina 2: Support Online Service Interface – este posibil suportul tehnic la distanta prin conectarea la analizator prin internet de la un PC exterior

Reagenți

Biosistem mld va furniza analizatorul cu toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru a putea efectua 1000 analize

Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni. – da, SRL Biosistem mld va furniza consumabile cu o perioada de valabilitate mai mare de 6 luni din momentul livrării

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 din 24.12.2023												
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Aplicator Clipuri	Aplicator Clipuri	bucată	2	7 085.73	8 502.87	14 171.46	17 005.74	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
45	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe	bucată	1	78 000.00	93 600.00	78 000.00	93 600.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
46	Analizator ionoselectiv Na, K Cod 150600	Analizator ionoselectiv Na, K Cod 150600	bucată	1	23 800.00	28 560.00	23 800.00	28 560.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
						TOTAL Oferta	115 971.46	139 165.74				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poiata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 din 24.12.2023
rul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va asigura instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat
- Termenul de garanție pentru echipament este nu mai mic de 12 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot
- Va garanta perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice
- Anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2022
- Va organiza pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat
- Este înregistrat în lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) cu numărul MD2021-10-EEE-005
- Pentru produsele care sunt înregistrate la AMDM este indicat codul înregistrării în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"
- Componentele sistemului vor fi noi (nefolosite)

Data completării: 22.12.2023

Cu stimă,

Poiana Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)