

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Spitalul Raional Orhei.

Numărul procedurii de achiziție: Achiziție comercială: 21009875. ID ocds-b3wdp1-MD-1562910484170.						Data: 22.07.2019	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți pentru analize medicale de laborator și consumabile/piese de schimb.						Lot:	pag. 1 din 2
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
-	1	2	3	4	5	6	7
-	1	2	3	4	5	6	8

Lot 2. Reagenți, calibratori și consumabile/accesorii pentru analizatorul Helena C-1 (sistem închis).

1	33696500-0	Tromboplastină cu activ. 14-18 sec,lichid și ISI nu mai mic de 1,1 și nu mai mare de 1.13.	Prothrombin-DAC.Lq ISI	Moldova	Dac-Spectromed	Flacoane cu volumul de la 5 ml pina la 10 ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1. Cerințe generale conform anexei nr.1	Tromboplastină cu activ. 14-18 sec,lichid și ISI nu mai mic de 1,1 și nu mai mare de 1,13. Flacoane cu volumul de la 5ml pina la 10ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
2	33696500-0	Set p/u determinarea fibrinogenului, cu standart	Fibrinogen-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2 ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1. Cerințe generale conform anexei nr.1	Set p/u determinarea fibrinogenului, cu standart. Flacoane cu volumul de la 1ml pina la 2ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
3	33696500-0	Plasma de control (3 parametri),A,SA,N	Control Plasma L1, L2, L2+	Moldova	Dac-Spectromed	Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2 ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1. Cerințe generale conform anexei nr.1	Plasma de control (3 parametri), A, SA, N. Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2 ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
4	33696500-0	Calibrator plazma,cu concentratia 100%	Coagulo St-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2 ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1. Cerințe generale conform anexei nr.1	Calibrator plazma, cu concentrația 100%. Flacoane cu volumul de la 1ml pina la 2ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
5	33696500-0	Cuve pentru reacții	colorimetric cup 1 Hole	Germania	Teco	Compatibil cu analizorul Helena C-1. Cerințe generale conform anexei nr.1	Cuve pentru reacții compatibile cu analizorul Helena C-1. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
6	33696500-0	Set pentru determinarea D-dimerilor	D-Dimer	Germania	Teco	Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2 ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1. Cerințe generale conform anexei nr.1. Metoda cantitativă.	Set pentru determinarea D-dimerilor. Flacoane cu volumul de la 1ml pina la 2ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1. Metoda cantitativă. Set 24ml destinat pentru 130teste. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.

3	33696500-0	Proteine, glucoza, acid ascorb, nitrite, sânge, pH, bilirubină, urobilinogen, leucocite, densitate, corpi cetonici + control pentru fiecare lot	DAC-11	Moldova	Dac-Spectromed	Ambalaj set a cite 100 teste	Proteine, glucoza, acid ascorb, nitrite, sânge, pH, bilirubină, urobilinogen, leucocite, densitate, corpi cetonici + control pentru fiecare lot. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
6	33696500-0	Proteina, leucocite, eritrocite, PH, glucoza	DAC-7	Moldova	Dac-Spectromed	Ambalaj set a cite 100 teste	Proteina, leucocite, eritrocite, PH, glucoza. Ambalaj 100teste. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
7	33696500-0	ASLO - LATEX	ASLO-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Cerințe generale conform anexei nr.3, metoda Latex-Test	ASLO - LATEX. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
9	33696500-0	Antigen cardioplipinic RPR carbon	RPR-CARBON-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Set min. 300 teste. Cerințe generale conform anexei nr. 3	Antigen cardioplipinic RPR carbon. Set 500teste. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
10	33696500-0	Troponima	cTnI-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Cerințe generale conform anexei nr.3, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA	Troponina. Cerințe generale conform anexei nr.3,,de asemenea să fie incluși, în afară de controlul „+” și „-”, calibratori. ELISA. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
17	33696500-0	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil, 2-20mc1.	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Possibilitatea de autoclavare totală,cu detașator pentru vîrfuri. Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate. Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 2-20mc1, gradul de precizie ±2,0 ±0,3, acuratețea ±2,5 ±0,8. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic, emis de Organismul național de metrologie al RM.	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil 2-20mc1. Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
18	33696500-0	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil, 5-50mc1.	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Possibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 5-50mc1,gradul de precizie ±0,8 ±0,4, acuratețea ±1,6 ±0,8. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic, emis de Organismul național de metrologie al RM.	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil 5-50mc1. Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.

19	33696500-0	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil, 10-100mcl.	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru virfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 10-100mcl, gradul de precizie $\pm 2,0 \pm 0,8$, acuratețea $\pm 2,5 \pm 0,8$. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic, emis de Organismul național de metrologie al RM.	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil 10-100mkl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
20	33696500-0	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil, 50-200mcl.	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru virfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 50-200mcl, gradul de precizie $\pm 2,0 \pm 0,4$, acuratețea $\pm 2,5 \pm 0,8$. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic, emis de Organismul național de metrologie al RM.	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil 50-200mkl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
21	33696500-0	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil, 100-1000mcl.	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru virfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 100-1000mcl, gradul de precizie $\pm 0,4 \pm 0,15$, acuratețea $\pm 1,6 \pm 0,6$. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic, emis de Organismul național de metrologie al RM.	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil 100-1000mkl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
22	33696500-0	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil, 1-5ml.	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru virfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 1ml-5ml, gradul de precizie $\pm 0,4 \pm 0,15$, acuratețea $\pm 1,6 \pm 0,6$. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic, emis de Organismul național de metrologie al RM.	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil (1-5ml) 1000-5000mkl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
23	33696500-0	Dozator semiautomat cu 8 canale,cu volum variabil 50-300	Eight-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru virfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 50-300, gradul de precizie $\pm 0,4 \pm 0,15$, acuratețea $\pm 1,6 \pm 0,6$. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic, emis de Organismul național de metrologie al RM.	Dozator semiautomat cu 8 canale, cu volum variabil 50-300mkl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
26	33696500-0	Eprubeta cu vacum din polisterol transparent cu etichetă și capac din 3 componente cu K3 EDTA, capac violet, vol. 2,5ml.	13x75 mm with K3 EDTA x 2 ml of blood, violet cap, sterile	Italia	FL	Conform anunțului de participare.	Eprubetă cu vacum din sticlă transparentă cu etichetă și capac din 3 componente cu K3 EDTA, capac violet, vol. 2ml. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
27	33696500-0	Eprubeta cu vacum din polisterol transparent cu etichetă și capac din 3 componente, cu Citrat de Na 3,8%, capac albastru, vol. 3,5ml.	13x75 mm with Sodium Citrate 3,8 % x 2,7 ml of blood for coagulation, light blue cap, sterile	Italia	FL	Conform anunțului de participare.	Eprubetă cu vacum din sticlă transparentă cu etichetă și capac din 3 componente, cu Citrat de Na 3,8%, capac albastru, vol. 2.7-3ml. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
28	33696500-0	Eprubeta cu vacum din polisterol transparent cu etichetă și capac din 3 componente, cu activator de coagulare, gel, capac roșu, vol. 6ml.	Vacuum Blood collection tube, Gel& Clot activator, vol. 5 ml, glass	China	RMD	Conform anunțului de participare.	Eprubetă cu vacum din sticlă transparentă cu etichetă și capac din 3 componente, cu activator de coagulare, gel, capac roșu, vol. 5ml. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.

Semnăt: _____

Numele, prenumele: **Virshi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă 5/1**

Data: 22.07.2019
Valabilitatea ofertei - 30 zile.