

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21543750, ocds-b3wdp1-MD-1768293448816						Data: 23.02.2026	Alternativa nr.	
Achiziționarea centralizată a REACTIVILOR conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 - Repetat și Suplimentar						Lot:	pag. 1 din 2	
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
14	33100000-1	Set p/u determinarea fibrinogenului (Set 100 teste) (006854)	Fibrinogen-DAC / 4020F120	Moldova	DAC-SpectroMed	Set p/u determinarea fibrinogenului (Set 100 teste) (006854), Set p/u determinarea fibrinogenului (Set 100 teste), set	Set p/u determinarea fibrinogenului , set 120 teste. Catalog pag. 9-10, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000302443.	ISO, CE.
15	33100000-1	Set p/u determinarea fibrinogenului (Set 50 teste) (006855)	Fibrinogen-DAC / 4020F60	Moldova	DAC-SpectroMed	Set p/u determinarea fibrinogenului (Set 50 teste) (006855), Set p/u determinarea fibrinogenului (Set 50 teste), set	Set p/u determinarea fibrinogenului , set 60 teste. Catalog pag. 9-10, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000323336.	ISO, CE.
49	33100000-1	Set p/u determinarea fibrinogenului (Set 20 teste) (G48038)	Fibrinogen-DAC / 4020F60	Moldova	DAC-SpectroMed	Set p/u determinarea fibrinogenului (Set 20 teste) (G48038), Set p/u determinarea fibrinogenului (Set 20 teste), set, comatibil cu analizatorul Helena C-1 și Coatron	Set p/u determinarea fibrinogenului , set 60 teste. Catalog pag. 9-10, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000323336.	ISO, CE.
53	33100000-1	Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat (006475)	Thymol-DAC / 3087T500	Moldova	DAC-SpectroMed	Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat (006475), Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 1,5 g/l lipemie trigliceride până la 2 g/l, Factorul reumatoid până la 500 ME/ml., ml	Proba cu timol , 1set = 1fl x11ml, determinarea la analizator automat sau fotometru, soluție concentrată, pentru diluție 1:50. Material pentru investigații: Ser. Limita minimă de detecție pentru set: 0.5 unități S-H. Coeficientul de variație intraserial: 4.6%. Coeficientul de variație extraserial: 4.9%. Interferențe: Nu se va utiliza ser hemolizat; în cazul serului lipemic (trigliceride ridicate), se recomandă utilizarea unui Blanc de probă conform instrucțiunii. Catalog pag. 3, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000104415	ISO, CE.
54	33100000-1	Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006476)	Thymol-DAC / 3087T500	Moldova	DAC-SpectroMed	Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006476), Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 1,5 g/l lipemie trigliceride până la 2 g/l, Factorul reumatoid până la 500 ME/ml., ml	Proba cu timol , 1set = 1fl x11ml, determinarea la analizator automat sau fotometru, soluție concentrată, pentru diluție 1:50. Material pentru investigații: Ser. Limita minimă de detecție pentru set: 0.5 unități S-H. Coeficientul de variație intraserial: 4.6%. Coeficientul de variație extraserial: 4.9%. Interferențe: Nu se va utiliza ser hemolizat; în cazul serului lipemic (trigliceride ridicate), se recomandă utilizarea unui Blanc de probă conform instrucțiunii. Catalog pag. 3, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000104415	ISO, CE.
137	33100000-1	Fibrinogen fl.-3ml Coagulometru Helena C-2	Fibrinogen-DAC / 4020F120	Moldova	DAC-SpectroMed	Fibrinogen fl.-3ml Coagulometru Helena C-2 Termenul de lucru din momentul deschiderii nu mai puțin de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	Set p/u determinarea fibrinogenului , set 120 teste. Catalog pag. 9-10, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000302443.	ISO, CE.

189	33100000-1	TPHA	TPHA-DAC / 1044T100	Moldova	DAC-SpectroMed	Unitatea de masura "Test". Test TPHA este un test serologic care detecteaza anticorpi specifici anti- Treponema palidum. Metoda este bazată pe reacția de hemaglutinare indirectă. Trusa va contine tot necesarul pentru 100 de teste. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ; Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0% Diferit de producatorul determinat castigator in cadrul Programului National HIV/SIDA și ITS pentru anul 2025	TPHA-DAC , set 100 teste. Test serologic, ANTICORPI CĂTRE TREPONEMA PALIDĂ. Metoda bazată pe reacția de hemaglutinare indirectă. Componenta setului: 1. TPHA-Test Reagent – suspensie de eritrocite învelite cu antigeni treponemă palidă; 2. Diluent Buffer – fosfați, soluție tampon; 3. TPHA-Control Reagent – suspensie de eritrocite; 4. TPHA-Positive Control – ser uman; 5. TPHA-Negative Control – ser animalier. Sensibilitatea ≥100% Specificitatea ≥ 100%. Catalog pag. 8, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000302450.	ISO, CE.
233	33100000-1	Test anti-HIV	IHI-402 / HIV 1.2 Rapid Test Cassete	China	Alltest	Test imunocromatografic, test calitativ. Componenta setului: 1. Caseta de testare 2. Diluant pentru probe 3. Consumabile pentru proba Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%,	HIV 1.2 Rapid Test Cassete - Test imunocromatografic, test calitativ. Componenta setului: Caseta de testare, Diluant pentru probe, Consumabile pentru proba. Sensibilitatea 99,8% Specificitatea 100%. Catalog, pag. 8, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000364540.	ISO, CE.
246	33100000-1	Hemocult-test (IFOBT) (006573)	TF0-602 / FOB Rapid Test	China	Alltest	Hemocult-test (IFOBT) (006573), Teste pentru determinarea singelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare, Test	FOB Rapid Test - Teste pentru determinarea singelui ocult în mase fecale. Sensibilitatea 99% Specificitatea 100%. Catalog, pag. 8, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000377425.	ISO, CE.
247	33100000-1	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale (006603)	IHP-602 / H.pylori Antigen Rapid Test Cassete (Feces)	China	Alltest	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale (006603), Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare., Test	H. pylori Antigen Rapid Test , metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate 98,8% și specificitate 98,4%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare. Catalog, pag. 8, instrucțiune de utilizare. № de înregistrare DM000377308.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 23.02.2026
Valabilitatea ofertei - 160 zile.