

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1732891864840 din 29.11.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Institutul de Medicină de Urgentă pentru anul 2024 (necesar suplimentar) repetat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - Sistem complex de endoprotezare sold primar						
<u>Lotul nr. 1.1 - Sistem complex de endoprotezare sold primar</u>	<u>Cupă necimentată diferite dimensiuni</u>	Spania	SURGIVAL CO S.A.U	CUPA Confectionată din aliaj de titan; Acoperirea externă a cupei: plasma spray (hidroxiapatita sau titan), bile sintetizate sau metal poros; Sa prezinte mecanism aditional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; Diametre externe sa se prezinte in minim 12 dimensiuni incepind de la 40mm; Sa prezinte minim 2 orificii cu dopuri filetate pentru utilizarea suruburilor si orificiu central din cupa sa prezinte obturator. Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, dimensiunile suruburilor de la 20mm la 40mm lungime;; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul	CUPA Confectionată din aliaj de titan, Da, (Titanium Alloy Ti6Al4V (ISO 5832-3) pag.4 Quarter TQ); Acoperirea externă a cupei: plasma spray (hidroxiapatita sau titan) – Da, (Plasma Spray coating (Titanium and Hydroxyapatite), metal poros pag.4 Quarter TQ);;	DM000800406
	<u>Quarter Cup+Quarter screws</u>				Prezinte mecanism aditional intern de fixare a insertului polimeric în cupa - Da, (pag.4 Quarter TQ);	DM000800405
	A2401668E				Diametre externe - în 15 dimensiuni începind de la 40mm-68mm cu increment 2mm, (pag 26 Quarter TQ);	DM000800404
	A2401666E				prezinte 3 orificii cu dopuri filetate pentru utilizarea suruburilor si orificiu central din cupa sa prezinte obturator. Da, (pag.4 Quarter TQ);	DM000800403
	A2401664E				2 suruburi - incluse la fiecare cupa livarata, dimensiunile suruburilor de la 20mm la 45mm lungime (pag.4 Quarter TQ);	DM000800402
	A2401662E				Vor fi sterile;	DM000800401
	A2401660E					DM000800400
	A2401658E					DM000800399
	A2401656E					DM000800398
	A2401654E					DM000800397
	A2401652E					DM000800396
	A2401650E-					
	A2401648E-					
	A2401646E-					
	A2401644E-					
	A2401642E-					
	A2401640E-					
	+					
	A2400545-					

	A2400540- A2400535- A2400530- A2400525- A2400520-				- Termen restant al sterilizării va fi nu mai mic de 3 ani la momentul.	DM000800395 DM000800394 DM000800393 DM000800392
Lotul nr. 1.2 - Sistem complex de endoprotezare sold primar	<u>Cap ceramic</u> <u>BIOLOX® Delta Ceramic*</u> A1507162E- A1507161E- A1507160E- A1507142E- A1507141E- A1507140E- A1507116E- A1507115E- A1507114E- A1507113E- A1507173E- A1507172E- A1507171E- A1507170E- A1507183E- A1507182E- A1507181E- A1507180E-	Spania	SURGIVAL CO S.A.U	Cap femural ceramic - Sa fie disponibil in minim 4 dimensiuni ale colului - Sa prezinte variante diametru exterior de 28mm, 32mm, 36mm diametru - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	Cap femural ceramic - Este disponibil în minim 4 dimensiuni ale colului Da, (pag 5 si 29 Quarter TQ) - Prezintă variante diametru exterior de 22mm, 28mm, 32mm, 36mm 40mm diametru Da, (pag 5 si 29 Quarter TQ) - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm – Da, (pag 5 si 29 Quarter TQ); Termen restant al sterilizării va fi nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	DM000800158 DM000800157 DM000800156 DM000800155 DM000800154 DM000800153 DM000800152 DM000800151 DM000800150 DM000800149 DM000800162 DM000800161 DM000800160 DM000800159 DM000800166 DM000800165 DM000800164 DM000800163
Lotul nr. 1.3 - Sistem complex de endoprotezare sold primar	<u>Cap diferite dimensiuni</u> <u>CoCr</u> A1506162E A1506161E A1506160E A1506043E A1506042E A1506041E A1506040E A1506016E A1506015E A1506014E A1506013E A1506073E A1506072E	Spania	SURGIVAL CO S.A.U	Cap diferite dimensiuni - Sa fie confectionat din aliaj de CoCrMo; - Sa fie disponibil in minim 4 dimensiuni ale colului - Sa prezinte variante de diametru exterior de 22mm, 28mm, 32mm, 36mm diametru - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	Cap diferite dimensiuni - Confectionat din aliaj de CoCrMo; Da, (pag 5 si 30 Quarter TQ); - Este disponibil în minim 4 dimensiuni ale colului Da, (pag 5 si 30 Quarter TQ); - Prezintă variante de diametru exterior de 22mm, 28mm, 32mm, 36mm 40mm diametru Da, (pag 5 și 30 Quarter TQ); - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm - Da, (pag 5 și 30 Quarter TQ); Termen restant al sterilizării va fi nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	DM000800585 DM000800576 DM000800569 DM000800600 DM000800589 DM000800578 DM000800572 DM000800601 DM000800591 DM000800579 DM000800573 DM000800603 DM000800593 DM000800581 DM000800574

	A1506071E A1506070E A1506083E A1506082E A1506081E A1506080E					DM000800604 DM000800595 DM000800583 DM000800575
Lotul nr. 1.4 - Sistem complex de endoprotezare sold primar	<u>Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni</u> <u>Cementless Karey –HA stems</u> <u>Karey-HA Standard Offset</u> <u>135 grade</u> F0400016E F0400015E F0400014E F0400013E F0400012E F0400011E F0400010E F0400009E F0400008E F0400006E <u>Karey-HA Standard Offset</u> <u>135 grade cu guler</u> F0400116E F0400115E F0400114E F0400113E F0400112E F0400111E F0400110E F0400109E F0400108E <u>KAREY-HA</u> <u>Standard Offset</u> <u>125 grade</u> F0410010E F0410009E <u>Karey-HA Standard Offset</u> <u>125 grade cu guler</u>	Spania	SURGIVAL CO S.A.U	Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de titan, acoperita cu strat de suprafata osteointegrativă hidroxiapatita, titanium plasam spray sau mixt, care crează stabilizarea secundară; Minim 10 dimensiuni; - Tijă cu forma conica trapezoidala ; Variantele standard minim 10dimensiuni si lateralizate minim 8, pentru adoptare mai buna spre anatomia individuala. - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Pentru implantarea tijelor femurale cimentate si necimentate se va utiliza același instrumentar.Sa prezinte in setul de tije alezoare specifice pentru implantarea mai exacta a tijelor.Instrumentarul sa prezinte sistem de extragere a tijelor implantate si instrumentar specific pentru abord anterior. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de titan (<i>titanium alloy Ti6Al4V</i>), acoperita cu strat de suprafata osteointegrativă hidroxiapatita, titanium plasam spray, care crează stabilizarea secundară Da, (pag.6 Karey Primaria TQ); Minim 10 dimensiuni; Da (pagine 5/15-8/15 fisa tehnica Femoral Karey Stems) - Tijă cu forma conica trapezoidala; Da, Variantele standard minim 10 dimensiuni Da, 29 dimensiuni: Standard 135 grade - 10 dimensiuni (pag. 5/15 fisa tehnica Femoral Karey Stems) Standard 135 grade cu guler - 9 dimensiuni (pag. 6/15 fisa tehnica Femoral Karey Stems) Standard 125 grade - 2 dimensiuni (pag. 7/15 fisa tehnica Femoral Karey Stems) Standard 125 grade cu guler - 8 dimensiuni (pag. 7/15 fisa tehnica Femoral Karey Stems) și lateralizate minim 8, pentru adoptare mai buna spre anatomia individuala. Da, 24 dimensiuni: High offset 135 grade - 8 dimensiuni (pag. 6/15 fisa tehnica Femoral Karey Stems) High offset 135 grade cu guler - 8 dimensiuni (pag. 7/15 fisa tehnica Femoral Karey Stems) High offset 125 grade cu guler - 8 dimensiuni (pag. 7/15 fisa tehnica Femoral Karey Stems) - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; Da, (pag.6 Karey Primaria TQ); - Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar Da, Karey Instrument Set.	DM000800417 DM000800416 DM000800415 DM000800414 DM000800413 DM000800412 DM000800411 DM000800410 DM000800408 DM000800407 - DM000800434 DM000800433 DM000800432 DM000800431 DM000800430 DM000800429 DM000800428 DM000800427 DM000800426 - DM000800444 DM000800443 - DM000800452 DM000800451 DM000800450 DM000800449 DM000800448 DM000800447 DM000800446 DM000800445 - DM000800425

	F0410116E F0410115E F0410114E F0410113E F0410112E F0410111E F0410110E F0410109E <u>Karey-HA High Offset</u> <u>135 grade</u> F0401016E F0401015E F0401014E F0401013E F0401012E F0401011E F0401010E F0401009E <u>KAREY-HA High Offset 135</u> <u>grade cu guler</u> F0401116E F0401115E F0401114E F0401113E F0401112E F0401111E F0401110E F0401109E <u>KAREY-HA High Offset</u> <u>125 grade cu guler</u> F0411116E F0411115E F0411114E F0411113E F0411112E F0411111E F0411110E F0411109E				In setul de tije prezinta alezoare specifice pentru implantarea mai exacta a tijelor. Da, (pag.16, 26 si 58 Karey Primaria TQ); Instrumentarul prezintă sistem de extragere a tijelor implantate Da, (pag.59 Karey Primaria TQ) și instrumentar specific pentru abord anterior Da, (pag.60 Karey Primaria TQ). Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	DM000800424 DM000800423 DM000800422 DM000800421 DM000800420 DM000800419 DM000800418 - DM000800442 DM000800441 DM000800440 DM000800439 DM000800438 DM000800437 DM000800436 DM000800435 - DM000800460 DM000800459 DM000800458 DM000800457 DM000800456 DM000800455 DM000800454 DM000800453
--	---	--	--	--	--	---

Lotul nr. 1.5 - Sistem complex de endoprotezare sold primar	<u>Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni</u> Karey CN F0421516E F0421515E F0421514E F0421513E F0421512E F0421511E F0420516E F0420515E F0420514E F0420513E F0420512E F0420511E	Spania	SURGIVAL CO S.A.U	Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de CoCr sau otel nitrogenat sau echivalentul său; - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Sa prezine varianta standard si lateralizata; In minim 8 tipodimensiuni; - Pentru implantarea tijelor femurale cimentate si necimentate se va utiliza același instrumentar Sa prezinte in setul de tije alezoare specifice pentru implantarea mai exacta a tijelor.Instrumentarul sa prezinte sistem de extragere a tijelor implantate.Tijele sa fie cu centror pe tija. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni - Confectionată din aliaj de oțel nitrogenat (HIGH NITROGEN STAINLESS STEEL Pag.9-10 fișa tehnica Femoral Karey Stems) - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; Da, Pag.9-10 fișa tehnica Femoral Karey Stems) - Prezintă varianta standard și lateralizata; Da, Pag.9-10 fișa tehnica Femoral Karey Stems) În 12 tipodimensiuni (Pag.9-10 fișa tehnica Femoral Karey Stems) - Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se utilizează același instrumentar Da, Karey Instrument Set. Sa prezinte în setul de tije alezoare specifice pentru implantarea mai exacta a tijelor. Da, (Pag.34-35 Karey Primaria TQ) Instrumentarul prezintă sistem de extragere a tijelor implantate. Da, (Pag.33 Karey Primaria TQ) Tijele sunt cu centror pe tija. Da, Pag.9-10 fișa tehnica Femoral Karey Stems) - Termen restant al sterilizării va fie nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000800489 DM000800488 DM000800487 DM000800486 DM000800485 DM000800484 DM000800483 DM000800482 DM000800481 DM000800480 DM000800479 DM000800478
Lotul nr. 1.6 - Sistem complex de endoprotezare sold primar	<u>Restrictor pentru canal femoral</u> A1101-6-2010 A1101-6-2012 A1101-6-2014 A1101-6-2016 A1101-6-2018	Germania	aap Joints GmbH	Restrictor pentru canal femural - Confectionat din polietilena supradensa; - Disponibil in mai multe tipodimensiuni, pentru adaptare mai buna spre anatomia individualizata; - Sa existe masuratorul pentru masurarea adincimii si diametrului de canal femural; - Sa se implanteze cu un instrument special, - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -	Restrictor pentru canal femural - Confectionat din polietilena supradensa; Da, (pag.1 IFU) - Disponibil în mai multe tipodimensiuni, pentru adaptare mai buna spre anatomia individualizată; Da, (pag.1 IFU) - Există masurator pentru masurarea adincimii și diametrului de canal femural; Da - Se implantează cu un instrument special, Da - Termen restant al sterilizării va fi nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000429508 DM000429509 DM000429510 DM000429511 DM000429512
Lotul nr. 1.7 - Sistem complex de	<u>Insert</u> QUARTER INSERTS A2412246E	Spania	SURGIVAL CO S.A.U	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata ; Diametre pentru minim 12 dimensiuni a cupelor, sa inceapa	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata ; Da, (pag 4/11 fișa tehnica Quarter)	DM000800170 DM000800169 DM000800168

endoprotezare sold primar	A2412244E			de la 40mm diametrul exterior .Sa prezinte guler antiluxant de 15 grade si neutru; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de dimensiuni 22, 28, 32,36 mm conform tehnicii. Setul de instrumente sa prezinte probe de insert specifice cupei; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii	Diametre pentru 17 dimensiuni a cupelor, de la 40mm diametrul exterior până la 68mm. Prezintă guler antiluxant de 15 grade și neutru Da, (pag 4/11 fișa tehnica Quarter); Diametrul interior al insertului să recepționeze capurile de dimensiuni 22, 28, 32,36,40 mm conform tehnicii. (pag 1/11 fișa tehnica Quarter) Setul de instrumente prezinta probe de insert specifice cupei; Da, (pag.12 Quarter TQ) Este steril; - Termen restant al sterilizării va fi nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii	DM000800167
	A2412242E					DM000800183
	A2412240E					DM000800182
	A2412868E					DM000800181
	A2412866E					DM000800180
	A2412864E					DM000800179
	A2412862E					DM000800178
	A2412860E					DM000800177
	A2412858E					DM000800176
	A2412856E					DM000800175
	A2412854E					DM000800174
	A2412852E					DM000800173
	A2412850E					DM000800172
	A2412848E					DM000800171
	A2412846E					DM000800194
	A2412844E					DM000800193
	A2413268E					DM000800192
	A2413266E					DM000800191
	A2413264E					DM000800190
	A2413262E					DM000800189
	A2413260E					DM000800188
	A2413258E					DM000800187
	A2413256E					DM000800186
	A2413254E					DM000800185
	A2413252E					DM000800184
	A2413250E					DM000800203
	A2413248E					DM000800202
	A2413668E					DM000800201
	A2413666E					DM000800200
	A2413664E					DM000800199
	A2413662E					DM000800198
	A2413660E					DM000800197
	A2413658E					DM000800196
	A2413656E					DM000800195
	A2413654E					
	A2413652E					
<u>Lotul nr. 1.8 - Sistem complex de</u>	<u>Cupa cimentata Muller</u> A1512244E A1512246E	Spania	SURGIVAL CO S.A.U	Confectionat din polietilena UHMWPE. Implantabila cimentat. Sa prezinte inel radioopac din oțel inoxidabil. Minim	Confectionat din polietilena UHMWPE. Da, (pag.4/9 fișa tehnica Muller)	DM000761588

endoprotezare sold primar	A1512248E A1512250E A1512252E A1512254E A1512256E A1512258E			8dimensiuni a cupelor, sa inceapa de la 44mm diametrul exterior. Striatii circulare si radiale pe cupa pentru a preveni rotirea si inclinarea cupei..Sa prezinte guler antiluxant de 15 grade; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de 28mm optional 32mm conform tehnicii; Instrumentar specific de implantare Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Implantabila cimentat. Da, (pag.4/9 fişa tehnica Muller) Prezintă inel radioopac din oţel inoxidabil. Da, (pag.7/9 fişa tehnica Muller) 8 dimensiuni a cupelor, înceapa de la 44mm până la 58 diametrul exterior. Da, (pag.4/9 fişa tehnica Muller) Striatii circulare şi radiale pe cupa pentru a preveni rotirea şi inclinarea cupei. Da, (pag.2/9 fişa tehnica Muller) Prezintă guler antiluxant de 15 grade; Da, (pag.2/9 fişa tehnica Muller) Diametrul interior al insertului receptionează capurile de 28mm Da, (pag.4/9 fişa tehnica Muller) Instrumentar specific de implantare Da, Muller Instrument Set Este steril; - Termen restant al sterilizării va fi nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000761589 DM000761590 DM000761591 DM000761592 DM000761593 DM000761594 DM000761595
Lotul nr. 1.9 - Sistem complex de endoprotezare sold primar	Lame pentru motor oscilant NS-1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument &Dvice Co.	Lame pentru motor oscilant	<u>Lame pentru motor oscilant</u> Catalog pag 27	DM000431018
Lotul nr. 1.10 - Sistem complex de endoprotezare sold primar	Motor burghiu şi oscilant gratis în folosinţă NS-1011, ND-2011	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument &Dvice Co.	Motor burghiu si oscilant gratis în folosinţă 1.Sa fie noi 2.va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3.va fi nou (neutilizat) În caz de defecţiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor burghiu şi oscilant gratis în folosinţă 1.Va fi nou - DA; 2.Oferie pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului - DA; 3.Va fi nou (neutilizat) - DA; În caz de defecţiune, furnizorul este obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului - DA;	DM000431018 DM000431014
Lotul nr. 1.1 - Sistem complex de	Set de instrumente gratis în folosinţă	Spania	SURGIVAL CO S.A.U	Setul de instrumente oferit gratuit în folosinţă va corespunde următoarelor cerinţe: 1.compatibil cu endoprotezele livrate 2.va fi oferit pe toată perioada	Setul de instrumente oferit gratuit în folosinţă corespunde următoarelor cerinţe: 1.Compatibil cu endoprotezele livrate - DA;	

endoprotezare sold primar				derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3.va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4.va fi nou (neutilizat) 5.Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	2.Oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului - DA; 3.Este în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea - DA; 4.Va fi nou (neutilizat) - DA; 5.Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar - DA; În caz de defecțiune, furnizorul este obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului - DA;	
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup”SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3