

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1718288166363</b> din <b>13.06.2024</b>
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 7 )

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot nr. 12 Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330</b>						
<b>Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330</b>	Aspirator chirurgical portabil <b>Model 28204</b> <b>AMDM</b> <b>DM000579024</b>	Italia	GIMA S.P.A.	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă $\geq 670$ mmHg Rata de flux, l/min. $\geq 80$ l/min Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 5\%$ Reglator aspirație obligatoriu Nivelul de zgomot, dBA $\leq 50$ dBA Vas colector În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector obligatoriu Selector mecanic de vas obligatoriu Numărul vaselor 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) Capacitatea, L $\geq 4$ L Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu Vas tip reutilizabil obligatoriu	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă – 675mmHg - <b>DA pag 4 Manualul de utilizare;</b> Rata de flux, l/min - <b>DA pag 4 Manualul de utilizare;</b> Indicator vacuum da, eroarea $\pm 5\%$ - <b>DA pag 4 Manualul de utilizare;</b> Reglator aspirație - <b>DA pag 9 Manualul de utilizare poza;</b> Nivel de zgomot - 46.4 dBA <b>Data sheet pag 2</b> Vas colector În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector - <b>DA pag 1 Data sheet;</b> Selector mecanic de vas - <b>DA pag 1 Datasheet;</b> Numărul vaselor 2 buc - <b>DA cod 28228;</b> Capacitatea, 4 L - <b>DA pag 1 Data sheet;</b>	Manual de utilizare, Data sheet

				<p>Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit) Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare obligatoriu Suport cu roțile <math>\geq 4</math> roți Roți cu frână da, <math>\geq 2</math> buc. Mâner pentru transportare obligatoriu Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației obligatoriu Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz obligatoriu Filtru antibacterian 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit) Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz</p>	<p>Protecție la umplere pentru fiecare vas - <b>DA pag 1 Data sheet;</b> Vas tip reutilizabil obligatoriu - <b>Borcan autoclavabil la 121°C cu sistem de supapă de revărsare: 2x4 l - pag 2 Data sheet;</b> Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare – <b>DA Imagine</b> Suport cu roțile - 4 roți din care 2 roți cu frână și mâner de transportare - <b>DA pag 2 Manual de utilizare;</b> Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației - <b>DA pag 1 Data sheet;</b> Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz – <b>DA;</b> Filtru antibacterian 15 buc - <b>DA cod 28228;</b> Tensiunea de alimentare 230 V, 50 Hz - <b>DA;</b></p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica  
În calitate de: Administrator  
Ofertantul: Aelo Grup SRL  
Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3