



ООО ПКФ «АСТРАХИМ»

Россия, 414044, г. Астрахань, ул. Советской Гвардии, 5



ПАСПОРТ № 554

Рег. уд. № ФСР 2009/04174 от 18.12.2012 г.

Код ОКПД2 22.19.71.190

Пробки резиновые медицинские под бутылки для вливаний ПРки-«Астрахим»

Конструкции 4Ц № 1

ТУ 9467-001-44111344-2008 изм. №1, №2, №3

Марка резины 52-369/1

Количество 1 шт. = 416300 шт. Вид упаковки: мешки п/пропиленовые с п/э вкладышами, внутри п/э пакеты

Партия 1060

Дата выпуска август 2018 г. Грузополучатель: г. Москва, ООО "Зеленарим"

№ п/п	Наименование показателей	Нормы	Фактические значения
1.	Размеры	В соответствии с ТУ	соотв. ТУ
2.	Плотность, г/см ³	1,26±0,05	1,27
3.	Массовая доля золы, %	30±5	32,3
4.	Твердость резины по Шору А, усл. ед.	42±5	48
5.	Снижение твердости после старения при (120±2) °С в течение трех часов, усл. ед., не более	4	+1
6.	Изменение величины рН водной вытяжки	±1,00	+0,80
7.	Ультрафиолетовое поглощение водной вытяжки в диапазоне длин волн 220-360 нм, ед. ОП, не более	0,200	0,061
8.	Перманганатная окисляемость водной вытяжки, мг О ₂ /100см ² , не более	0,50	0,24
9.	Миграция в водную вытяжку свинца, мышьяка, цинка, кальция, хлоридов, сульфатов	Должны выдерживать испытания	исп. выш.
10.	Стойкость к полному циклу обработки	Должны выдерживать испытания	исп. выш.
11.	Резиновые крошки в смывах с пробок, шт., не более	10	отсут.
12.	Удельная электрическая проводимость водной вытяжки, мкСм/см, не более	12	6,3
13.	Внешний вид	В соответствии с ТУ	соотв. ТУ
14.	Маркировка и упаковка	В соответствии с ТУ	соотв. ТУ

Заключение: Продукция соответствует требованиям ТУ 9467-001-44111344-2008 изм. №1, №2, №3.

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям ТУ 9467-001-44111344-2008 изм. №1, №2, №3 при соблюдении потребителем условий хранения и транспортирования, установленных техническими условиями.

Инструкцию по применению продукции смотри на сайте <http://astra-farm.ru/> в разделе «Каталог».

Гарантийный срок годности 2 года.

Старший инженер по качеству

И.о. зам. директора по качеству

Дата выдачи паспорта: 07 09 2018 г.

