



WASHING SOLUTION

INTENDED USE

Solution for the prevention of contamination between reagents in BioSystems semi-automated analyzers. For *in vitro* professional use only in the clinical laboratory.

COMPOSITION

WS1. Solution: Non-ionic surfactant 1 g/L, NaOH 5 mmol/L, preservatives, pH >11.

STORAGE AND STABILITY

Store at 15-30°C.

Components are stable once opened until the expiry date marked in the label if kept at the recommended storage temperature, well closed and if contamination is prevented during use.

Indications of deterioration: Presence of particulate material, turbidity.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents. Safety data sheet available for professional user on request. Disposal of all waste material should be in accordance with local guidelines. Any serious incident that might occur in relation to the device shall be reported to BioSystems S.A.

REAGENT PREPARATION

Solutions are provided ready to use. Proceed as indicated in the instructions of the analyzer.

SOLUTION DE LAVAGE

UTILISATION PRÉVUE

Solution pour la prévention de contamination entre réactifs dans les analyseurs BioSystems semiautomatisés. Pour usage professionnel *in vitro* uniquement dans le laboratoire clinique.

COMPOSITION

WS1. Solution: Tensioactif non ionique 1 g/L, NaOH 5 mmol/L, conservateurs, pH >11.

ENTREPOSAGE ET STABILITÉ

Entreposer à 15-30°C.

Les composants sont stables après ouverture jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette si le produit est conservé à la température d'entreposage recommandée et bien fermé, et si la contamination est évitée pendant l'utilisation.

Signes de détérioration: Présence de matière particulaire, turbidité.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Appliquer les mesures de précaution normales requises pour la manipulation de tous les réactifs de laboratoire. Fiche de données de sécurité à la disponibilité des utilisateurs professionnels sur demande. La mise au rebut de tous les résidus de matière doit être effectuée conformément aux directives locales. Tout incident grave pouvant survenir en rapport avec le dispositif doit être signalé à BioSystems S.A.

PRÉPARATION DU RÉACTIF

Les solutions sont fournies prêtes à l'emploi. Procéder selon les indications fournies dans les instructions de l'analyseur.

SOLUCIÓN DE LAVADO

USO PREVISTO

Solución para la prevención de la contaminación entre reactivos en los analizadores semiautomáticos de BioSystems. Únicamente para uso profesional *in vitro* en el laboratorio clínico.

COMPOSICIÓN

WS1. Solución: Tensioactivo no iónico 1 g/L, NaOH 5 mmol/L, conservantes, pH >11.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar a 15-30°C.

Los componentes son estables una vez abiertos hasta la fecha de caducidad marcada en la etiqueta si se conservan a la temperatura de almacenamiento recomendada, bien cerrados y si se evita la contaminación durante su uso.

Indicaciones del deterioro: Presencia de material en forma de partículas, con turbidez.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Adoptar las precauciones normales requeridas para la manipulación de todos los reactivos de laboratorio. La ficha de datos de seguridad está disponible para el usuario profesional que lo solicite. La eliminación de todo el material de desecho debe ser de conformidad con las guías locales. Cualquier incidente grave que se pueda producir en relación con el dispositivo deberá ser comunicado a BioSystems S.A.

PREPARACIÓN DE REACTIVOS

Se proporcionan soluciones listas para su uso. Proceder tal como se indica en las instrucciones del analizador.

ПРОМЫВОЧНЫЙ РАСТВОР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Решение для предотвращения загрязнения реагентов в полуавтоматических анализаторах BioSystems. Для профессионального использования *in vitro* только в клинической лаборатории.

СОСТАВ

WS1. Раствор: Неионогенное ПАВ 1 г/л, NaOH 5 ммоль/л, консерванты, pH >11.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Хранить при температуре 15-30°C.

Компоненты стабильны после открытия и до истечения срока годности, указанного на этикетке, если хранятся при рекомендуемой температуре хранения, хорошо закрыты и если предотвращается загрязнение во время использования.

Признаки ухудшения: Наличие материала в виде частиц, мутность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдайте стандартные меры предосторожности, необходимые для работы с любыми лабораторными реагентами. Паспорт безопасности может быть предоставлен профессиональному пользователю по запросу. Утилизация всех отходов должна производиться в соответствии с местными правилами. О любом серьезном происшествии, которое может произойти в отношении устройства, необходимо сообщать в BioSystems S.A.

ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ

Растворы поставляются готовыми к использованию. Действуйте, как указано в инструкции к анализатору.