

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1736154292807](#) din 14.01.2025

Obiectul achiziției: Servicii de deservire a stației de oxigen medical INMATEC-PO, pentru anul 2025

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Frecvența	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Frecvența	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Servicii de deservire a stației de oxigen medical INMATEC-PO, pentru anul 2025</b>	INMATEC - PO	Germania	INMATEC	Demontarea și verificarea supape pneumatice admise oxigen	Lunar sau la solicitare	Demontarea și verificarea supape pneumatice admise oxigen	Lunar sau la solicitare	Certificate de training
				Demontarea și verificarea supape pneumatice admise aer	Lunar sau la solicitare	Demontarea și verificarea supape pneumatice admise aer	Lunar sau la solicitare	
				Curățare și lubrifiere supape pneumatice admise aer	Lunar sau la solicitare	Curățare și lubrifiere supape pneumatice admise aer	Lunar sau la solicitare	
				Curățare și lubrifiere supape pneumatice admise oxigen	Lunar sau la solicitare	Curățare și lubrifiere supape pneumatice admise oxigen	Lunar sau la solicitare	
				Schimb filtru ulei	Lunar	Schimb filtru ulei	Lunar	
				Schimb filtru aer	Lunar sau la solicitare	Schimb filtru aer	Lunar sau la solicitare	
				Schimbare separator	1 dată la 3 luni	Schimbare separator	1 dată la 3 luni	
				Etalonare și verificare totală a generatorului de oxigen	5000 ore sau la solicitare	Etalonare și verificare totală a generatorului de oxigen	5000 ore sau la solicitare	
				Schimb ulei	Lunar	Schimb ulei	Lunar	

			Demontare, verificare și curățare filtru aer	Lunar sau la solicitare	Demontare, verificare și curățare filtru aer	Lunar sau la solicitare
			Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei	1 dată la 6 luni	Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei	1 dată la 6 luni
			Verificare și etalonare presostat	1 dată la 6 luni	Verificare și etalonare presostat	1 dată la 6 luni
			Etalonare și verificare senzori	1 dată la 6 luni	Etalonare și verificare senzori	1 dată la 6 luni
			Verificare soft	Lunar sau la solicitare	Verificare soft	Lunar sau la solicitare
			Actualizare soft	La solicitare	Actualizare soft	La solicitare
			Verificarea indicatoarelor de eroare și alarmare (doar pentru controlor)	Lunar sau la solicitare	Verificarea indicatoarelor de eroare și alarmare (doar pentru controlor)	Lunar sau la solicitare
			Verificarea și curățarea purjelor rezervorului de aer	Lunar sau la solicitare	Verificarea și curățarea purjelor rezervorului de aer	Lunar sau la solicitare
			Verificarea funcționării purjei de drenaj a condensului	Lunar sau la solicitare	Verificarea funcționării purjei de drenaj a condensului	Lunar sau la solicitare
			Verificarea nivelului de ulei	Lunar sau la solicitare	Verificarea nivelului de ulei	Lunar sau la solicitare
			Curățarea radiatoarelor pe exterior	Lunar sau la solicitare	Curățarea radiatoarelor pe exterior	Lunar sau la solicitare
			Verificarea funcționării valvei de siguranță	Lunar sau la solicitare	Verificarea funcționării valvei de siguranță	Lunar sau la solicitare
			Verificarea scurgerilor de ulei	Lunar sau la solicitare	Verificarea scurgerilor de ulei	Lunar sau la solicitare
			Curățarea interiorului compresorului	Lunar sau la solicitare	Curățarea interiorului compresorului	Lunar sau la solicitare
			Verificarea furtunului de retur al uleiului	Lunar sau la solicitare	Verificarea furtunului de retur al uleiului	Lunar sau la solicitare
			Verificarea cablurilor circuitelor de forță ale motorului	Lunar sau la solicitare	Verificarea cablurilor circuitelor de forță ale motorului	Lunar sau la solicitare
			Verificarea curelelor și fuliilor	Lunar sau la solicitare	Verificarea curelelor și fuliilor	Lunar sau la solicitare

				Verificarea temperaturii	Lunar sau la solicitare	Verificarea temperaturii	Lunar sau la solicitare	
				Verificarea termostatului	Lunar sau la solicitare	Verificarea termostatului	Lunar sau la solicitare	
				Verificarea compresorului de răcire	2000 ore sau la solicitare	Verificarea compresorului de răcire	2000 ore sau la solicitare	
				Verificarea presiunii de intrare și ieșire	Lunar sau la solicitare	Verificarea presiunii de intrare și ieșire	Lunar sau la solicitare	
				Curățarea interioară a uscătorului	Lunar sau la solicitare	Curățarea interioară a uscătorului	Lunar sau la solicitare	
				Etalonarea și verificarea totală a compresorului de răcire	1 dată la 3 luni	Etalonarea și verificarea totală a compresorului de răcire	1 dată la 3 luni	
				Verificare cabluri și conexiuni	Lunar sau la solicitare	Verificare cabluri și conexiuni	Lunar sau la solicitare	

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Rodion LOGHINOV

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MolDan-Service SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Șciusev 16