

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1617968619635				Data: 20.05.2021			
Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 2)							Pagina 1 din 3
Nr. Lot	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
3	Mașină de anestezie (caracteristici avansate)	AR-325B	China	ARI	Conform caietului de sarcini	Specificatii tehnice Corpul principal Raft din plastic de inginerie de înaltă rezistență, ușor, frumos și rezistent la coroziune Scopul aplicatiei - Adult, copil Sursa de gaz - O2: 0,27-0,55Mpa; N2O: 0,27-0,55MPa. Debitmetru - O2: 0,1-1,0 L / min; 1,1-10 L / min; N2O: 0,1-1,0 L / min; 1,1-10 L / min; Aer: 0,1-10L / min ; O2, N2O Linkage și N2O Dop - La utilizarea oxidului de azot, concentrația de oxigen> 25%; Când presiunea de oxigen <0,2 KPa, fluxul de oxid de azot va fi întrerupt. Debitul aprovizionării rapide cu oxigen 25-75L / min Alarma de presiune scăzută a oxigenului - Va exista o alarmă sonoră atunci când presiunea oxigenului <0.2MPa Vaporizator - Are funcția de compensare automată bazată pe presiune, temperatură și debit. Gama de reglare a concentrației evaporatorului este de 0-5 vol%. Dintre Halotan, Enfluran, Isofluran și Sevofluran, unul poate fi ales pentru aplicare, după cum solicită clientul. Și sunt disponibile și vaporizatoare care sunt importate cu ambalaj original. Circuitul respirator - Mod de lucru: aproape închis, semi-închis, semi-deschis; APL: 0,5-7kPa Burdof respirator - Burduf pentru adulți, intervalul volumului marelor: 0-1500ml; Burduf pentru copii, interval de volum mareic: 0-300ml. Oricine poate fi ales pentru cerere, după cum solicită clientul VENTILATOR Modul de afișare - Ecran tactil de 10,4 ", LCD color TFT de înaltă definiție Modul de ventilație - IPPV, SIPPV, SIMV, PEEP, MANUAL, SIGH, IMV, VCV, PCV Parametrii de ventilație ; Volumul mareelor 20 - 1500ml ; Rata 1 - 99bpm ; Rata SIMV 2 - 20bpm ; I: E 4: 1 - 1: 8 ; Presiune de declanșare inspirată -1,0 - 2,0kPa ; PEEP 0-2,0kPa ; Gama de presiune 1,0-6,0kPa ; VEDE de 1,5 ori timpul inspirator, 70-150 reglabil ; Platforma inspiratoare 0-50% Parametrii pentru ventilație Monitorizarea - Volumul mareelor, volumul de ventilație, rata IPPV, rata SIMV, rata respiratorie totală, I / E, presiunea maximă a căilor respiratorii, presiunea medie, forma de undă presiune - timp, debitul - forma de undă timp, PEEP, presiunea de declanșare inspiratorie, platforma inspiratorie, inspirator autonom rata, respectarea plămânilor, rezistența căilor respiratorii, bucla flux-volum, bucla presiune-volum Monitorizarea oxigenului Concentrație - 21% - 100% SISTEM DE ALARMĂ DE SECURITATE Alarma de concentrare a oxigenului - Gama de setare a limitei superioare 21% - 100%; Limita de setare a limitei inferioare 10% - 80% Alarma de presiune a căilor respiratorii - Intervalul de setare a limitei superioare 0,3-6,0 kPa; Limita de setare a limitei inferioare 0,2-5,0 kPa. Alarma volumului de ventilație pe minut Gama de setare a limitei superioare 3,0-30L / min; ; Limita de setare a limitei inferioare 1.0-10L / min. Presiune înaltă susținută Alarma - Va da alarma atunci când stresul a fost constant mai mare de 2,5 kPa Alarmă de sufocare - Va da alarma sonoră și luminează dacă nu există intrare de volum mareic timp de 15 secunde ALARMĂ DE PUTERE Putere AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1Hz, baterie de stocare (UPS) Arme mecanice (monitorizare expiratorie a CO2) Notă: Articolele între paranteze sunt opționale. Monitor pacient M-9000E 12 inch Șase parametri standard: ECG, RESP, NIBP, SPO2, 2_TEMP, PR / HR	

4	Unitate electro-chirurgicala bipolară	ESU-2000AI (LED)	China	ARI	Conform caietului de sarcini	1. Generator electrochirurgical de maxim 400W, cu funcție mono-polară și bipolară. 2. Nouă moduri de lucru: tăietură pură , blend1 , blend2, blend3, coag de contact, coag forțat, coag moale, coag bipolar, tăiat bipolar 3. Generatorul electrochirurgical este utilizat pentru a controla sângerarea și tăierea chirurgicală în toate procedurile chirurgicale generale și deschise, cum ar fi chirurgia generală, chirurgia toracică, chirurgie cerebrală, chirurgie ORL etc. 4. Cu diferite indicații sonore și vizuale în timpul procesului de ieșire. 5. Sistemul de monitorizare a electrodului de întoarcere a pacientului și sistemul Power Peak care oferă chirurghi cu performanțe îmbunătățite la setări de putere mai mică, minimizând riscul de leziune de țesut. 6. Aplicabil pentru operația chirurgicală de vaporizare a prostatei (TUR), perfect utilizat sub apă. Generatorul de electrochirurgie poate fi cooperat cu endoscop și laparoscop. 7. Ieșire de la distanță creion. Puterea de ieșire poate fi controlată de butonul de adăugare sau scădere de pe creionul de control la distanță. Foaie de configurare Creion de control al puterii (de unică folosință) 5buc ; Tampon electrochirurgical (de unică folosință) 10buc ; Cablu electrochirurgical 1pc ; Pedală dublă 1set ; Pensă bipolară cu cablu 1set ; Îndepărtați buretele curat 1 buc Specificatii tehnice Putere 220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz (110V ± 11V, 50 / 60Hz) Frecvența de operare a) Monopolar: 512KHz; b) Bipolar: 1024KHz Putere nominală 1100VA ± 10 % Nouă moduri de lucru Tăiere monopolară a) Tăiere pură: 1W ~400W (încărcare 800 Ω) b) Blend1: 1W ~300W (încărcare 800 Ω) c) Blend2: 1W ~200W (încărcare 800 Ω) d) Blend3: 1W ~150W (încărcare 800 Ω) Coag monopolar e) Spray Coag: 1W ~100W (încărcare 800 Ω) f) Coag forțat: 1W ~120W (încărcare 800 Ω) g) Soft Coag: 1W ~120W (încărcare 800 Ω) Bipolar h) Coagulare bipolară: 1W ~70W (încărcare 200 Ω) i) Tăiere bipolară: 1W ~120W (încărcare 200 Ω) Consum de energie ≤ 1100VA	
---	---------------------------------------	------------------	-------	-----	------------------------------------	--	--

5	Lămpa chirurgicala pentru sala de operație cu prindere tavan	LED AML500	China	ARI	Conform caietului de sarcini	Caracteristici -Sistemul optic de reflexie integrală este realizat prin tehnologia CAD / CAM, adâncimea sa de iluminare este de până la 1300 mm; prin utilizarea tehnologiei de compensare a temperaturii culorii, inversarea culorii este ridicată și este mai potrivită pentru iluminarea chirurgiei complexe, cum ar fi chirurgia encefalului și chirurgia toracelui.; -Panoul este fabricat din PC german (plastic antiglont) prin turnare prin injecție, face lumina mai moale și mai fiabilă. Echipat cu un sistem de suspensie a brațului echilibrat importat, ușor și la îndemână, șase articulații de grup se mișcă împreună și se mișcă ușor, poziționează stabil. Designul universal -360 poate satisface diferite înălțimi și unghiuri necesare în timpul operației. - Speranța de viață LED aproape nelimitată oferă o fiabilitate extraordinară a produsului și protecție împotriva investițiilor Iluminare ≥ 140.000 Lux Temperatura culorii $3800 \pm 500K$, $4400 \pm 500K$, $5000 \pm 500K$ Indicele de reducere a culorii (Ra) 93 Adâncimea de iluminare $\geq 1300mm$ Iradieră totală $534W / m^2$ Dimensiunea câmpului de lumină $250 \sim 300mm$ Bec cu LED $3,3 mW / m^2lx$ Viața de serviciu a iluminatului 50.000h Tensiunea sursei de alimentare AC110-240v, 50 / 60Hz Reglare luminozitate Reglare automată continuă a luminii în 8 trepte Cea mai mică înălțime de instalare 2500mm Consum total de energie 60W Cantitate totală de becuri LED 72buc (12 * 6)	
---	--	---------------	-------	-----	------------------------------------	--	--

Valabilitatea ofertei - 120 zile

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Marcel**

In calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «PARAMED GRUP»**

Adresa: **mun. Chișinău, or. Cricova, str. Nucarilor, 2**