



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul licitatiei: 21572275 din 01.03.2026
Denumirea licitatiei: Achiziționarea serviciilor de mentenanță a stației de producere a oxigenului medical INMATEC

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitate	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificația tehnică propusă, Standarde de referință
Lot 1.					



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.1	50400000-9	Generator de oxigen Model POC 8300- MED	1 buc.	Schimbare elemente filtrante: -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA de carbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -P-SRFO 04/20 filtru steril Verificare: Tensiune de alimentare (V) Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) Rezistența conductorului de protecție (Ω) Curent de scurgere la pământ (μA) Curent de scurgere prin carcasă (μA) Curent de scurgere la pacient (μA) **Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF) **Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF) Testatarea funcționării purjelor de condens Testatarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare Verificarea funcționării presostatelor Verificarea funcționării panoului tactil Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare Curățare și remediere defectiuni Panou tactil:	Schimbare elemente filtrante: -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA de carbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -P-SRFO 04/20 filtru steril Verificare: Tensiune de alimentare (V) Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) Rezistența conductorului de protecție (Ω) Curent de scurgere la pământ (μA) Curent de scurgere prin carcasă (μA) Curent de scurgere la pacient (μA) **Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF) **Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF) Testatarea funcționării purjelor de condens Testatarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare Verificarea funcționării presostatelor Verificarea funcționării panoului tactil Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire);
-----	------------	---	--------	--	---

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare Interval de întreținere programat	dacă este necesar și ajustare Curățare și remediere defecțiuni Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare Interval de întreținere programat
1.2		Compresor de aer Model ASD60/12 bar	1 buc.	KIT B (la solicitare): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte lucrari -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatlui electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).	KIT B (la solicitare): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte lucrari -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatlui electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.3	Compresor de aer Model ASD60/12 bar	1 buc.	KIT A (Prima la solicitare) : -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatlui electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).	KIT A(Prima la solicitare) : -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatlui electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).
1.4	Compresor de aer Model ASD60/12 bar	1 buc.	KIT C (a doua la solicitare): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)	KIT C (a doua la solicitare): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) - Kit Intretinere supapa retinere -Kit intretinere supapa admisie -Kit intretinere supapa comanda aerisire -Kit intretinere supapa termostatica -Kit intretinere supapa golire -Rulmenti cu bile motor – ventilator 2 Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatlui electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).	-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) - Kit Intretinere supapa retinere -Kit intretinere supapa admisie -Kit intretinere supapa comanda aerisire -Kit intretinere supapa termostatica -Kit intretinere supapa golire -Rulmenti cu bile motor – ventilator 2 Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatlui electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).
1.5		Kit service Unit Eco-drain 31 Vario compresor ASD 60	1 buc.	Kit service Unit Eco-drain 31 Vario compresor ASD 60	Kit service Unit Eco-drain 31 Vario compresor ASD 60
1.6		Cuplaj elastic compresor ASD 60	1 buc.	Cuplaj elastic compresor ASD 60	Cuplaj elastic compresor ASD 60

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.7		Uscator de Aer Model ACT 55	1 buc.	1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurati și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare	1)Masina curatata: • Verificarea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectarea unitatii pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificarea circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurarea și înregistrarea amperajul. Verificare dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili cu enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectarea furtunurilor flexibile și înlocuirea dacă este necesar. • La sfârșit, verificarea funcționarii mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare
1.8	50400000-9	Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD).	1 buc.	Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc.	Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc.
1.9		Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical) Purja automata Ethadrian TRIM1	1 buc.	Verificare Scurgeri Verificare si mentenanta purja automata	Verificare Scurgeri Verificare si mentenanta purja automata

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.10		Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical)	1 buc.	Verificare Scurgeri Verificare	Verificare Scurgeri Verificare
1.11		Panou electric	1 buc.	Panou electric Schimbare sigurante	Panou electric Schimbare sigurante

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul licitatiei: 21572275 din 01.03.2026

Denumirea licitatiei: Achiziționarea serviciilor de mentenanță a stației de producere a oxigenului medical INMATEC

Cod CPV	Nr. d/0	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
50400000-9	1	Mentenanța stației de producere a oxigenului medical INMATEC	Buc.	1	300.300,00	360.360,00	300.300,00	360.360,00
	TOTAL						300.300,00	360.360,00

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.