

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1756459700540 din 03.10.2025									
Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	3	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.						
33100000-1	3.1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382)	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382)	01.09.00.05.EC.03	China	ZYBIO INC.	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator automat (006382), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare la AMDM - DM000662794
33100000-1	3.2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396)	01.09.00.16.EC.02	China	ZYBIO INC.	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator automat (006396), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare la AMDM - DM000662793

33100000-1	5	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ.	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ.						
33100000-1	5.1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat (006383)	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat (006383)	01.09.00.05.EC.03	China	ZYBIO INC.	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat (006383), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 120 ml) determinarea la analizator semiautomat (006383), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare la AMDM - DM000662794
33100000-1	5.2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397)	01.09.00.16.EC.02	China	ZYBIO INC.	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare la AMDM - DM000662793
33100000-1	8	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006386)	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006386)	01.09.00.04.EC.03	China	ZYBIO INC.	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006386), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l, ml	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator automat (006386), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l, ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare la AMDM - DM000662799

33100000-1	9	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006387)	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006387)	01.09.00.04.EC.03	China	ZYBIO INC.	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006387), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,15$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,15$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l, ml	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006387), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,15$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,15$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l, ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare la AMDM - DM000662799
33100000-1	23	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415)	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415)	01.09.0C.01.EC.02	China	ZYBIO INC.	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415), Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.01 m mol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l, ml	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415), Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.01 m mol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l, ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662806
33100000-1	24	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006414)	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006414)	01.09.0C.01.EC.02	China	ZYBIO INC.	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006414), Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.01 m mol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l, ml	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator automat (006414), Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.01 m mol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l, ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662806
33100000-1	33	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006470)	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006470)	01.09.04.03.EC.02	China	ZYBIO INC.	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006470), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 2,5$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl., ml	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006470), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 2,5$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl., ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662817

33100000-1	34	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006469)	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006469)	01.09.04.03.EC.02	China	ZYBIO INC.	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006469), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 2,5$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl., ml	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator automat (006469), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 2,5$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl., ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662817
33100000-1	45	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006429)	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006429)	01.09.00.03.EC.02	China	ZYBIO INC.	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006429), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 1,5$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006429), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 1,5$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662802
33100000-1	46	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006428)	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006428)	01.09.00.03.EC.02	China	ZYBIO INC.	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006428), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 1,5$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator automat (006428), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 1,5$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662802
33100000-1	55	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467)	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467)	01.09.02.03.EC.02	China	ZYBIO INC.	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0 , ml	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator automat (006467), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0 , ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662797

33100000-1	56	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468)	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468)	01.09.02.03.EC.02	China	ZYBIO INC.	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0 , ml	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0 , ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662797
33100000-1	59	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006441)	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006441)	01.09.04.06.EC.02	China	ZYBIO INC.	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006441), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 5,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 10,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 8,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l., ml	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator automat (006441), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 5,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 10,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 8,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l., ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662790
33100000-1	60	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006442)	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006442)	01.09.04.06.EC.02	China	ZYBIO INC.	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006442), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 5,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 10,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 8,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l., ml	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006442), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 5,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 10,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 8,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l., ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662790
33100000-1	61	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465)	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465)	01.09.02.00.EC.02	China	ZYBIO INC.	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l, ml	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator automat (006465), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l, ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662798

33100000-1	62	LDL Coolesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466)	LDL Coolesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466)	01.09.02.00.EC.02	China	ZYBIO INC.	LDL Coolesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colestrolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l, ml	LDL Coolesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colestrolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l, ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662798
33100000-1	63	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006443)	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006443)	01.09.0B.01.EC.02	China	ZYBIO INC.	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006443), Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 2,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 1,5$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride până la 11g/l. Hemoglobina până la 5,5 g/l., ml	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006443), Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set Calibrator 1 Level $\times 1.0$ mL $\times 1$ Control 2 Levels $\times 1.0$ mL $\times 11$. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 2,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 1,5$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride până la 11g/l. Hemoglobina până la 5,5 g/l., ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662805
33100000-1	76	Strip-test la troponina I în ser (006479)	Strip-test la troponina I în ser (006479)	GDTRO-402b	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Strip-test la troponina I în ser (006479), Test la troponina I în ser de tip strip-test sau tip casetă. Sensibilitatea minim 98,5 % (valoarea cut-off),specificitatea minim 98,4%, Test	Strip-test la troponina I în ser (006479), Test la troponina I în ser de tip strip-test sau tip casetă. Sensibilitatea 98,6 % (valoarea cut-off),specificitatea 99,7%, Test. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare la AMDM - DM000450645
33100000-1	81	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	01.09.01.06.EC.02	China	ZYBIO INC.	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l. , ml	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l. , ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662792

33100000-1	82	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006457)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006457)	01.09.01.06.EC.02	China	ZYBIO INC.	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006457), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara heparinat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l., ml	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 120 ml.)determinarea la analizator automat (006457), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara heparinat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l., ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662792
33100000-1	85	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006455)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006455)	01.09.01.06.EC.02	China	ZYBIO INC.	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006455), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă după punctul final Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara heparinat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l., ml	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 120 ml.) determinarea la analizator automat (006455), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă după punctul final Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara heparinat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l., ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662792
33100000-1	86	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006456)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006456)	01.09.01.06.EC.02	China	ZYBIO INC.	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006456), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă după punctul final Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara heparinat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l., ml	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 120 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006456), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă după punctul final Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara heparinat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l., ml. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000662792
33100000-1	88	Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj (007956)	Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj (007956)	IF1009+Getein 1100 Immunofluorescence Quantitative Analyzer	China	GETEIN BIOTECH, INC.	Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj (007956), Determinarea Microalbuminei în urină (U-albumina) la analizatorul semiautomat existent „Finecare FIA” test tip cartridj. Set ≈ 24 teste. Metoda cromatografică, cantitativă., Test	OFERTA ALTERNATIVĂ. Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj (007956), Determinarea Microalbuminei în urină (U-albumina) la analizatorul semiautomat, analizatorul GETEIN 1100, compatibil cu testul propus va fi dotat cu titlu gratuit. Set 25 teste. Metoda cromatografică, cantitativă., Test. Broșura și instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare la AMDM - Getein 1100 Immunofluorescence Quantitative Analyzer - DM000428989 , mAlb Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay) - DM000428998

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9