

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **21376778** , conform SIA RSAP / M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: **Consumabile p/u tromboelastografie – 2025**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de ref.
1	2	3	4	5	6	7
1. Trombelastograf Rotem Delta	Ex-tem	Spania	Werfen	1.1. Test p/u studiul interacțiunii factorilor căii externe de coagulare a sângelui și trombocitelor (ex-tem) - Calea externă de coagulare trebuie să fie activată prin factorul tisular recombinant. Reactivul trebuie să conțină o enzimă care blochează acțiunea heparinei în probă.	1.1. Test p/u studiul interacțiunii factorilor căii externe de coagulare a sângelui și trombocitelor (ex-tem) - Calea externă de coagulare trebuie să fie activată prin factorul tisular recombinant. Reactivul trebuie să conțină o enzimă care blochează acțiunea heparinei în probă.	CE
	Fib-tem	Spania	Werfen	1.2. Investigarea concentrației și polimerizării fibrinogenului (fib-tem) - Reactivul trebuie să conțină o substanță care blochează influența trombocitelor asupra formării unui cheag de sânge.	1.2. Investigarea concentrației și polimerizării fibrinogenului (fib-tem) - Reactivul trebuie să conțină o substanță care blochează influența trombocitelor asupra formării unui cheag de sânge.	CE
	Ap-tem	Spania	Werfen	1.3. Test p/u studiul direct al hiperfibrinolizei (ap-tem) - Compoziția produsului trebuie să includă în mod necesar un agent antifibrinolic	1.3. Test p/u studiul direct al hiperfibrinolizei (ap-tem) - Compoziția produsului trebuie să includă în mod necesar un agent antifibrinolic	CE
	In-tem	Spania	Werfen	1.4. Test p/u studiul interacțiunii factorilor căii de coagulare intrinsecă cu trombocitele (in-tem) - Calea de coagulare intrinsecă este activată de tromboplastină și acid elagic.	1.4. Test p/u studiul interacțiunii factorilor căii de coagulare intrinsecă cu trombocitele (in-tem) - Calea de coagulare intrinsecă este activată de tromboplastină și acid elagic.	CE
	Hep-tem	Spania	Werfen	1.5. Testarea efectelor heparinei (hep-tem) - Reactivul trebuie să conțină o enzimă care descompune heparina.	1.5. Testarea efectelor heparinei (hep-tem) - Reactivul trebuie să conțină o enzimă care descompune heparina.	CE
	Star-tem	Spania	Werfen	1.6. Reactiv de recalcificare (star-tem) - Compatibil cu Tromboelastograful Rotem Delta.	1.6. Reactiv de recalcificare (star-tem) - Compatibil cu Tromboelastograful Rotem Delta.	CE
	Rotrol N	Spania	Werfen	1.7. Control normal - Împachetarea minim 20 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM.	1.7. Control normal - Împachetarea 20 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM.	CE

	Rotrol P	Spania	Werfen	1.8. Control patologic - Împachetarea minim 20 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM.	1.8. Control patologic - Împachetarea 20 teste/set. Compatibil cu dispozitivul ROTEM.	CE
	Cup & Pin pro	Spania	Werfen	1.9. Cup & Pin pro - Împachetarea: 200 teste/set. Compatibil cu Tromboelastograful Rotem Delta.	1.9. Cup & Pin pro - Împachetarea: 200 teste/set. Compatibil cu Tromboelastograful Rotem Delta.	CE
	TIPTRAY Box eLine 10-320µl	Spania	Werfen	1.10. TIPTRAY Box eLine 10-320µl - Împachetarea: 960 teste/set. Compatibil cu Tromboelastograful Rotem Delta	1.10. TIPTRAY Box eLine 10-320µl - Împachetarea: 960 teste/set. Compatibil cu Tromboelastograful Rotem Delta	CE
	Filter eLine	Spania	Werfen	1.11. Filter eLine - Împachetarea: 50 teste/set. Compatibil cu Tromboelastograful Rotem Delta.	1.11. Filter eLine - Împachetarea: 50 teste/set. Compatibil cu Tromboelastograful Rotem Delta.	CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Selar Iuliana

În calitate de: manager în comerț

Ofertantul: Î.M. Becor S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 111/5