

		Specificații tehnice (F4.1)							
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1616077019597						Data: 23/04/2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea exoprotezelor pentru glanda mamară și pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare						Lot: _____	Pagina: _____ din _____
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Pungi (Sistem) colostomice cu evacuare	Pungi (Sistem) colostomice cu evacuare	Pungă colostomică cu evacuare, 4006	China	Shanghai Channelmed Import & Export Co.	Compus din straturi de înaltă rezistență. Dintr-o piesă, Drenabilă, Să conțină filtru de carbune activat pentru evacuarea gazelor, care elimină mirosurile. Cu mecanism de închidere prin clemă sau bandă adezivă care asigură închiderea perfectă fără scurgeri. Flanșa flexibilă cu suport de adeziv hidrocoloid special hipoalergenic cu aderență sigură și protecție maximă a pielii. Dimensiunile 30x15 cm. Gaura de tăiere (Dimensiuni ochi) 15-70 mm. Cu evacuare de tip deschis. Flanșă adezivă pentru fixare mai mult de 24 ore. Mecanism de eliminare de tip deschis. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). Termen de valabilitate cel puțin 18 luni, de la momentul livrării.	1. O singură piesă 2. Drenabil 3. Filtru de cărbune activat 4. Mecanism de închidere prin clemă 5. Flanșa flexibilă cu suport de adeziv hidrocoloid 6. Dimensiune: 30x15cm 7. Gaura de tăiere 15-70mm 8. Mecanism de eliminare de tip deschis	1. Declarație de Conformitate CE; 2. ISO 13485; 3. ISO 9001.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudosan Reghina În calitate de: Farmacist-diriginte

Ofertantul: Dita Estfarm Adresa: mun. Chișinău, str. Burebista 23