

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21064408 din 01.10.2022**Obiectul de achiziție: Electrozi getabili ECG**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Electrozi getabili ECG	1900000400	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	1. Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2. Potriviti pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3. Fără latex 4. Neiritanți pentru piele 5. De unică folosință 6. Mod de prindere tip clemă	Electrozi ECG, de unică folosință, nesteril, pre-gelificat, negativ cu raze X pentru monitorizare în timpul radiografiei și RMN. Electrozi din spumă PE are o rezistență crescută a adezivului. Electrozi rotund are un diametru de 40 mm și o suprafață totală de cca. 12,6 cm ² . Suprafața gelului este de cca. 2,0 cm ² și suprafața adezivă aprox. 11,7 cm ² . Electrozi este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergen: fără latex, fără PVC	CE
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director**Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 2**