

Anexa 22 Specificații tehnice

I va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele

Numărul licitației:	LP nr: ocds-b3wdp1-MD-1773928171831	Data: „30”martie 2026	Alternativ a nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026		Pagina: din

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Prod u- cător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31000000	11	Ace subțire. cu canulă transparentă. cu lumen lărgit 21G (006035)	Ace subțire. cu canulă transparentă . cu lumen lărgit 21G (006035)	450040	GBO	Austria	Ace subțire. cu canulă transparentă. cu lumen lărgit 21G (006035), Ace subțire cu canulă transparentă.cu lumen lărgit 21G x 1 1/2" (0.8 x 38-40 mm), pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacuate. De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități, Bucată	Ace subțire. cu canulă transparentă. cu lumen lărgit 21G (006035), Ace subțire cu canulă transparentă.cu lumen lărgit 21G x 1 1/2" (0.8 x 38-40 mm), pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacuate. De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități, Bucată(brosuri marcat cu galben)	CE :ISO
33100000-1	13	Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml	Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml	456011	GBO	Austria	Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml (006322), 1.Eprubete vacuate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului alb. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.VaLabilitate mai mare de 60% din termenul de vaLabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015,ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” Opțional: ISO 6710 and EN 14820. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucată	Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml (006322), 1.Eprubete vacuate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului alb. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.VaLabilitate mai mare de 60% din termenul de vaLabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015,ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” Opțional: ISO 6710 and EN 14820. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucată(certificat de calitate,IFU p1,5,6 marcat cu galben)	CE :ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: C.Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5