

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21210167 din 19.04.2024****Obiectul de achiziție: Consumabile medicale, de laborator și radiologice pentru anul 2024**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 9</b>						
Cateter pentru drenaj toracal, drept, cu troacar 24 FR	02.000.30.024	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat; Vârf bont; Aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ; Diametru 24 FR	Cateterul troacar este introdus în golul pleural după incizia pielii și puncția cavității pleurale. Stiletul din metal ușor este îndepărtat și cateterul rămas este conectat la tubul de legătură/conector în trepte al unui sistem de drenaj toracic. Mărimile CH 10, 12 și 16 au un conector în formă de pâlnie. Dimensiunile CH 20, 24, 28 și 32 au un conector simplu. Marimea 24 Fg contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Steril: Da <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000619987</b>	CE
<b>Total lot 9</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23