

Specificatii tehnice (F4.1)

LP: 21029514					Data: 23.11.2020	Alternativa nr.: nu sunt	
Achizitionarea Reactivilor si consumabilelor pentru laboratorul clinic-diagnostic, pentru anul 2021					Lot:	Pagina: 1 din 3	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	8	9
3369630 0-8	Lot 1	Hemoglobina/Material de control hematologic					
	Lot 1	Hemoglobina		Franta	Elitech	Hemoglobina CE (Imunoturbidimetria Lichid stabil gata p-u folosire. Bireagent, cu calibrator, minimum 3 niveluri singe integral cu EDTA $\leq 1.5\%$ $\leq 0.3 \leq 0.2$ Acid ascorbic pina la 3.5mmol/l, Bilirubina pina la 4.4mmol/l, Hemoglobina pina la 5.5g/l, Lipemie - trigliceride pina la 21g/l, factorul Eumatic pina la 500U/ml Flacoane volum de la 1 pina la 1000 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor conțin caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare vor fi prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
	Lot 1	Material de control hematologic		Olanda	Avantor	Material de control hematologic 3 nivele , 3 flx2,5 ml	ISO, CE
	Lot 2	Toliclon					
	Lot 2	Toliclon anti A		Rusia	Mediclon	Toliclon anti A, 10 ml	ISO
	Lot 2	Toliclon anti B		Rusia	Mediclon	Toliclon anti B, 10 ml	ISO
	Lot 2	Toliclon Anti D super		Rusia	Mediclon	Toliclon Anti D super, 10 ml	ISO

Lot 9	Reactivi si consumabile compatibile cu analizatorul Benespha H32 Hemolizator					
Lot 9	Hemolizator		Olanda	Avantor	Hemolizator compatibil cu analizatorul Benespha H32 Hemolizator (CyMet BS)	ISO, CE
Lot 9	Diluent		Olanda	Avantor	Diluent compatibil cu analizatorul Benespha H32 Hemolizator (Diluent Erma)	ISO, CE
Lot 9	Solutie de spalare		Olanda	Avantor	Solutie de spalare compatibil cu analizatorul Benespha H32 Hemolizator (Detectoterge)	ISO, CE
Lot 9	Controlul calitatii de 3 niveluri, 3x2,5 ml		Olanda	Avantor	Controlul calitatii de 3 niveluri, 3x2,5 ml compatibil cu analizatorul Benespha H32 Hemolizator	ISO, CE
Lot 9	Set inele de cauciuc		Olanda	Avantor	Set inele de cauciuc compatibil cu analizatorul Benespha H32 Hemolizator	ISO, CE
Lot 9	Celula pentru masurarea leucocitelor		Olanda	Avantor	Celula pentru masurarea leucocitelor compatibil cu analizatorul Benespha H32 Hemolizator	ISO, CE
Lot 9	Hirtie termica		Olanda	Avantor	Hirtie termica compatibil cu analizatorul Benespha H32 Hemolizator	ISO, CE
Lot 10	Reactivi si consumabile compatibile cu analizatorul Helena					
Lot 10	Set pentru determinarea protrombinei 10x10 ml, cu calibrator		Marea Britanie	Helena	Set pentru determinarea protrombinei 10x10 ml, cu calibrator	ISO, CE
Lot 10	Cuve de masurare		Italia	Aptaca	Cuve de masurare, ambalaj 1000 buc	ISO, CE
Lot 15	Reactivi si consumabile compatibile cu analizatorul Hematologic Cell Dyn Ruby (5 diff)					
Lot 15	Enzyme Cleaner CD 100 ML 99644	99644	SUA	ABBOTT	Enzyme Cleaner CD 100 ML 99644	ISO, CE
Lot 15	Solutie WBC Lyse, RGT, 3800 ml	8H5201	SUA	ABBOTT	Solutie WBC Lyse, RGT, 3800 ml	ISO, CE
Lot 15	Solutie RGT HGB/WIC Lyse, 3800 ml	03H8002	SUA	ABBOTT	Solutie RGT HGB/WIC Lyse, 3800 ml	ISO, CE
Lot 15	Diluent Sheath 20 L	1H7301	SUA	ABBOTT	Diluent Sheath 20 L	ISO, CE
Lot 15	Set de control HP, CD 26	8H5902	SUA	ABBOTT	Set de control HP, CD 26	ISO, CE

Lot 15	Diluent/Sealth filter	6H9201	SUA	ABBOTT	Diluent/Sealth filter	ISO, CE
Lot 15	Tubing set, transfer pump	9148501	SUA	ABBOTT	Tubing set, transfer pump	ISO, CE
Lot 15	Seringa 10 ml	4H3401	SUA	ABBOTT	Seringa 10 ml	ISO, CE
Lot 15	Seringa 2,5 ml	2856101	SUA	ABBOTT	Seringa 2,5 ml	ISO, CE
Lot 15	Seringa 500 mkl	2856001	SUA	ABBOTT	Seringa 500 mkl	ISO, CE
Lot 15	Cell-Dyn sfear valve center section	8921204903	SUA	ABBOTT	Cell-Dyn sfear valve center section/Assy shear valve DR WR	ISO, CE
Lot 17	Set de control N si P/ test combina/Multicalibrator/Ulei de imersie					
Lot 17	Set de control "N"		Franta	Elitech	Set de control "N" /Elitol 1, 5 ml	ISO, CE
Lot 17	Set de control "P"		Franta	Elitech	Set de control "P"/ Elitol 2, 5 ml	ISO, CE
Lot 17	Test combina -2, min.50 teste - max 100		Germania	Macherey Nagel	Medi test combi 5S, 100 teste	ISO, CE
Lot 17	Multicalibrator		Franta	Elitech	Multicalibrator universal /Elical, 3 ml	ISO, CE
Lot 17	Ulei de imersie		Rusia	Minimed	Ulei de imersie	ISO
Lot 18	Consumabile de laborator					
Lot 18	Capilare hematocrit		Germania	Kabe	Capilar pentru colectarea singelui, 100 mkl	ISO, CE
Lot 18	Eprubete gradate 10 ml, plastic, cu pereții transparentți, fără capac	18012	Italia	KIMA	Eprubete gradate 10 ml, plastic, cu pereții transparentți, fără capac	ISO, CE
Lot 18	Eprubete gradate 5 ml, plastic, cu pereții transparentți, fără capac	1075	Italia	Aptaca	Eprubete gradate 5 ml, plastic, cu pereții transparentți, fără capac	ISO, CE
Lot 18	Pipete virusologice, ml 1: 1/100 sterile, ambalate individual		Italia	KIMA	Pipete virusologice, ml 1: 1/100 sterile, ambalate individual	ISO, CE
Lot 18	Lanțete de unică folosință pentru colectarea analizei genereale de sânge. Ambalate individual. Sterile.		Rusia	Minimed	Lancete de unică folosință pentru colectarea analizei genereale de sânge. Ambalate individual. Sterile.	ISO
Lot 18	Eprubete cu vacum, cu dop de cauciuc. 2 ml	11002	Italia	KIMA	Eprubete cu vacum, cu dop de cauciuc. 2 ml	ISO, CE
Lot 18	Hîrtie de filtru		Rusia	Minimed	Hîrtie de filtru	ISO

Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi

În calitate de: Director

Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65 of. 607